

Biała Podlaska, 09.12.2022 r.

SZP.272.737.2022**L.dz. 3824/22****Wykonawcy****Dotyczy:** postępowania pt. „Dostawa i montaż sprzętu medycznego”

Postępując zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej zwana SWZ. W załączeniu treść pytań i odpowiedzi.

Jednocześnie zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy, informuję, iż Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ w zakresie:

Pkt. 13.6. SWZ**Było:**

13.6.Oferty należy składać w terminie do dnia 09.12.2022 r. do godziny 11:00 na zasadach opisanych w pkt. 13 SWZ.

Jest:

13.6.Oferty należy składać w terminie do dnia 14.12.2022 r. do godziny 11:00 na zasadach opisanych w pkt. 13 SWZ.

Pkt. 14.1. SWZ**Było:**

14.1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2022 r. o godzinie 11:30 za pomocą funkcjonalności „Deszyfrowanie” udostępnionej Zamawiającemu w miniPortalu, pod adresem <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

Jest:

14.1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2022 r. o godzinie 11:30 za pomocą funkcjonalności „Deszyfrowanie” udostępnionej Zamawiającemu w miniPortalu, pod adresem <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

Pkt. 10.23.1. Opisu przedmiotu zamówienia**Było:**

10.23.1. elektrycznie regulowana wysokość łóżeczka Max. wysokość regulowana 1320-1520 mm (+/- 10%);

Jest:

10.23.1. elektrycznie regulowana wysokość łóżeczka Max. wysokość regulowana 820-1020 mm (+/- 10%);

Pkt. 10.38.5.1. Opisu przedmiotu zamówienia**Było:**

10.38.3.1. zakres pomiaru: 20 - 205 cm;

Jest:

10.38.3.1. zakres pomiaru: minimum 20 - 205 cm;

Pkt. 10.38.5.5. Opisu przedmiotu zamówienia**Było:**

10.38.5.5.wymiary (SxWxG): 337 x 2130 x 590 mm (+/- 40 mm);

Jest:

10.38.5.5.minimalne wymiary (SxWxG): 337 x 2130 x 400 mm;

Pkt. 10.38.5.6. Opisu przedmiotu zamówienia**Było:**

10.38.5.6.waga netto: 2,4 kg (+/- 0,2 kg).

Jest:

10.38.5.6. waga netto: 2,0 kg (+/- 0,2 kg).

Pkt. 10.54.3. Opisu przedmiotu zamówienia**Było:**

10.54.3. długość 25 cm (+/- 1 cm).

Jest:

10.54.3. długość 17 - 25 cm.

Pkt. 10.61.3.1.4. Opisu przedmiotu zamówienia**Było:**

10.61.3.1.4.Powyżej 20 dostępnych poziomów energii defibrylacji zewnętrznej;

Jest:

10.61.3.1.4. minimum 20 dostępnych poziomów energii defibrylacji zewnętrznej;

Pkt. 10.61.4.1. Opisu przedmiotu zamówienia**Było:**

10.61.4.1.Monitorowanie EKG z 3, 6 i 12 odprowadzeń;

Jest:

10.61.4.1.Monitorowanie EKG minimum z 3, 5 i 12 odprowadzeń;

Pkt. 10.61.4.2. Opisu przedmiotu zamówienia**Było:**

10.61.4.2.Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min.;

Jest:

10.61.4.2. Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min.;

Pkt. 10.61.6.3. Opisu przedmiotu zamówienia**Było:**

10.61.6.3.Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 0-150 mA;

Jest:

10.61.6.3.Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 0-140 mA;

Pkt. 10.61.7.1. Opisu przedmiotu zamówienia**Było:**

10.61.7.1.Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 8,4", z rozdzielczością minimum 640 x 480 pikseli, z automatyczną i ręczną możliwością zmiany trybu wyświetlania informacji w trybach (monitorowania EKG, 12 odpr., trendów, monitora funkcji życiowych);

Jest:

10.61.7.1.Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 6,5", z rozdzielczością minimum 640 x 480 pikseli, z automatyczną i ręczną możliwością zmiany trybu wyświetlania

informacji w trybach (monitorowania EKG, 12 odpr., trendów, monitora funkcji życiowych);

Pkt. 10.61.7.5. Opisu przedmiotu zamówienia

Było:

10.61.7.5. Pamięć wewnętrzna lub karta pamięci min. 300 zdarzeń z fragmentami zapisu EKG;

Jest:

10.61.7.5. Pamięć wewnętrzna lub karta pamięci min. 300 zdarzeń z fragmentami zapisu EKG lub pamięć wew. o pojemności pozwalającej na zapis kombinacji 24-godzinnych trendów z rozdzielczością 1 min., 1000 zdarzeń i 32 zrzutów ekranowych (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne);

Pkt. 10.61.7.6. Opisu przedmiotu zamówienia

Było:

10.61.7.6. Możliwość transferu danych/ raportów przez port USB; Wi-Fi; Bluetooth, Kartę pamięci;

Jest:

10.61.7.6. Możliwość transferu danych/ raportów minimum przez port USB; Wi-Fi; Bluetooth,

Pkt. 10.63.4. Opisu przedmiotu zamówienia

Było:

10.63.4. Częstość uciśnień: od 100 do 120 ucisków na minutę;

Jest:

10.63.4. Częstość uciśnień: od 80 ucisków na minutę;

Pkt. 10.63.6. Opisu przedmiotu zamówienia

Było:

10.63.6. Czas pracy na baterii minimum 80 minut;

Jest:

10.63.6. Czas pracy na baterii minimum 30 minut;

Pkt. 10.65.1. Opisu przedmiotu zamówienia

Było:

10.65.1. Panel jedno stanowiskowy

Jest:

10.65.1. Panel jedno stanowiskowy o długości 160 cm

Pkt. 10.65.3. Opisu przedmiotu zamówienia

Było:

10.65.3. Szyny instrumentalne i osprzętem szynowym,

Jest:

10.65.3. Szyny instrumentalne DIN i osprzętem szynowym tj. dozownik rotametryczny tlenu z wężem i wtykiem kątowym do punktu poboru AGA,

Pkt. 10.65.7. Opisu przedmiotu zamówienia

Było:

10.65.7.Gniazdo elektryczne 230V;

Jest:

10.65.7.8 gniazd elektrycznych w tym: 3x230V DATA, 2x gniazdo ekwipotencjalne;

W załączeniu Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do SWZ uwzględniający zmiany wniesione niniejszym pismem.

Z wyrazami szacunku

mgr Justyna Niewińska
Kanclerz ABNS im. Jana Pawła II

Treść pisma nr 1 z 05.12.2022 r.

Pytanie nr 1

Dot. załącznik SWZ pkt. 10.61. Zestaw do monitorowania czynności serca, defibrylacji i kardiowersji Defibrylator przenośny 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy defibrylator charakteryzujący się poniższymi parametrami:

- Monitorowanie EKG z 3, 5 i 12 odprowadzeń;
- 20 dostępnych poziomów energii defibrylacji zewnętrznej;
- Prąd stymulacji regulowany w zakresie 0-140 mA;
- Ekran kolorowy LCD o przekątnej 6,5", z rozdzielczością 640 x 480 pikseli;
- Zakres pomiaru częstości akcji serca 30-300 /min.;
- Możliwość transferu danych/ raportów przez port USB; Wi-Fi; Bluetooth;
- Pamięć wew. o pojemności pozwalającej na zapis kombinacji 24-godzinnych trendów z rozdzielczością 1 min., 1000 zdarzeń i 32 zrzutów ekranowych (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne).

Pozostałe wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia bez zmian.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza wskazane parametry. Zamawiający zmienia pkt. 10.61.3.1.4., 10.61.4.1., 10.61.4.2., 10.61.7.5. Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Dot. załącznik SWZ pkt. 10.61. Zestaw do monitorowania czynności serca, defibrylacji i kardiowersji Defibrylator przenośny 1 szt.

Ponieważ Zamawiający oczekuje technologii wspomagających prowadzenie RKO, czy Zamawiający będzie wymagał żeby defibrylator oprócz funkcji automatycznego metronomu dostosowującego swoje działanie do tempa uciśnień prowadzonych przez personel był wyposażony w funkcję monitorowania RKO, z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym o prawidłowości uciśnień klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa, prawidłowej głębokości uciśnień i relaksacji klatki piersiowej zgodnie z Wytocznymi Resuscytacji 2020/21 dla wszystkich grup wiekowych pacjentów?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 3

Dot. załącznik SWZ pkt. 10.61. Zestaw do monitorowania czynności serca, defibrylacji i kardiowersji Defibrylator przenośny 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie w funkcji defibrylacji półautomatycznej AED mogło być stosowane (producent zalecał, dopuszczał takie stosowanie) u pacjentów poniżej 8 roku życia?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 4

Dot. załącznik SWZ pkt 10.63. Urządzenie do kompresji klatki piersiowej 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej charakteryzujące się poniższymi parametrami:

- Częstość ucisków 80/min, w technologii tak samo efektywnej jak uciski punktowe wykonywane z częstotliwością 100-120/min;
- czas pracy na baterii 30 minut

- w komplecie ilość akumulatorów pozwalająca na 90 minut pracy;

Odpowiedź nr 4

Zamawiający dopuszcza wskazane parametry. Zamawiający zmienia pkt. 10.63.4, 10.63.6. Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5

Dot. załącznik SWZ pkt 10.63. Urządzenie do kompresji klatki piersiowej 1 szt.

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby oryginalna torba transportowa na urządzenie mogła pełnić jednocześnie funkcję płachty ratowniczej ułatwiającej przenoszenie i transport pacjenta?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie wymaga aby torba transportowa na urządzenie mogła pełnić jednocześnie funkcję płachty ratowniczej ułatwiającej przenoszenie i transport pacjenta.

Pytanie nr 6

Dot. załącznik SWZ pkt 10.63. Urządzenie do kompresji klatki piersiowej 1 szt.

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczone urządzenie posiadało czujnik nacisku kontrolujący pozycję pacjenta, który w sytuacji przemieszczenia się pacjenta względem aparatu, wyłączy automatycznie urządzenie zapobiegając potencjalnym urazom?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie wymaga aby dostarczone urządzenie posiadało czujnik nacisku kontrolujący pozycję pacjenta.

Pytanie nr 7

Dot. załącznik SWZ pkt 10.68. Defibrylator AED 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Defibrylator AED 3 BLS z informacją zwrotną nt jakości ucisku 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

Defibrylator półautomatyczny; Zasilanie bateryjne, bateria nieładowalna, 140 defibrylacji z maksymalną energią; Warunki środowiskowe pracy urządzenia: odporność na wynikanie pyłów i cieczy - klasa IP55; odporność na upadek z 1 m potwierdzona w instrukcji obsługi; Waga aparatu 2,5 kg z baterią i elektrodą (+/- 100 g); Dwufazowy niskoenergetyczny, stałoczasowy impuls defibrylacyjny; Maksymalna energia defibrylacji 200J; Eskalacja energii dla 1, 2 i 3 wyładowania (dotyczy protokołu dla dorosłych i dzieci); Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci poniżej 8 roku życia, osobny protokół energetyczny dla dorosłych i dla dzieci / automatyczna zmiana protokołu energetycznego po naciśnięciu przycisku pediatrycznego; Jedna elektroda dedykowana dla dzieci i dorosłych; Kolorowy dotykowy ekran z opcją wyświetlania: krzywej EKG liczby wykonanych defibrylacji; upływu czasu od momentu uruchomienia defibrylatora informacji zwrotnej o parametrach ucisku klatki piersiowej w trakcie wykonywanego RKO, w postaci:

Właściwego tempa i prawidłowej głębokości uciśnień; Cyfrowej rzeczywistej wartości częstości uciśnień; Cyfrowej rzeczywistej wartości głębokości uciśnień;

Licznika czasu pozostałego do końca 2 minutowego cyklu RKO; Funkcja cotygodniowego lub codziennego automatycznego testu.; Sprawdzanie następujących parametrów: podłączenie elektrod defibrylacyjnych; termin przydatności elektrod; stan naładowania baterii;

obwód naładowania i wyładowania defibrylatora; Stale widoczny wskaźnik sprawności aparatu, nie wymagający włączania urządzenia; Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnień klatki piersiowej w tempie 100-120 uciśnień/min., zgodnie z Wytycznymi 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji; Komunikaty tekstowe i głosowe wskazujące kroki kompletnego algorytmu BLS/AED, zgodne z aktualnymi Wytycznymi

2015 Europejskiej Rady Resuscytacji; Pamięć wewnętrzna z możliwością bezprzewodowej transmisji danych na serwer lub transfer danych za pomocą portu USB na komputer; Możliwość odczytu i analizy danych z akcji ratunkowej, przesłanych z pamięci defibrylatora w dedykowanym do tego celu oprogramowaniu komputerowym; Certyfikat CE, deklaracja zgodności CE należy dostarczyć w dniu dostawy sprzętu; Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Pytanie nr 8

Dot. załącznik SWZ pkt 10.23. Inkubator otwarty 1 szt.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie inkubatora z elektryczną regulacją łóżeczka (stolika) 820 mm do 1020 mm.

Prawdopodobnie w opisie przedmiotu zamówienia wkradł się mały błąd, zakres regulacji wymagany przez Zamawiającego w SWZ nie występuje w żadnym dostępnym na rynku inkubatorze.

Odpowiedź nr 8

Tak, Zamawiający dopuszcza inkubator z elektryczną regulacją łóżeczka (stolika) 820 mm do 1020 mm. Zamawiający zmienia pkt. 10.23.1. Opisu przedmiotu zamówienia.

Treść pisma nr 2 z 05.12.2022 r.**Pytanie nr 9**

Dotyczy Pozycji 10.12 Pulsoksymetr napalcowy

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 10.12 i utworzenie nowej pozycji, w celu złożenia oferty przez dystrybutora sprzętu.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający nie wyraża zgodny na podział zamówienia.

Pytanie nr 10

Dotyczy Pozycji 10.12 Pulsoksymetr napalcowy

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie napalcowego pulsoksymetru wyposażonego w Technologię Masimo Signal Extraction Technology® (SET®), pomiar przy niskiej perfuzji, pomiar u pacjentów z obrzękiem kończyn i z zimnymi kończynami, a także u pacjentów pobudzonych i w ruchu, z kolorowym i obrotowym wyświetlaczem LED, o wymiarach 7.5 cm x 4.0 cm x 3.0 cm i wadze z bateriami 73 g., z wyświetlanymi parametrami: SpO2, PR, PI, PVI,RRp, Signal IQ i Krzywa Pletyzmograficzna, o pomiarze pulsu w zakresie 25-240 bpm., zasilanymi dwiema bateriami typu AA, co pozwala na około 1800 pomiarów.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Pytanie nr 11

Dotyczy Pozycji 10.12 Pulsoksymetr napalcowy

Ponieważ pomiar saturacji, polega na pomiarze wysycenia krwi tętniczej, a w trakcie ruchu pacjenta sztucznie wzbudza się również puls żylny, co powoduje, że dochodzi do wymieszania wysokiej wartości wysycenia tętniczego z niską wartością wysycenia żylnego, a w konsekwencji tego dochodzi do błędów pomiarowych i fałszywych alarmów. Czy Zamawiający wymaga technologii saturacji, która eliminuje puls żylny, dzięki czemu

wykazuje minimum 97 % prawdziwych alarmów i eliminuje minimum 95 % fałszywych alarmów, (potwierdzone niezależnymi badaniami Klinicznymi)?

Odpowiedź nr 11

Zamawiający nie wymaga technologii saturacji, która eliminuje puls żylny.

Pytanie nr 12

Dotyczy Pozycji 10.12 Pulsoksymetr napalcowy

Czy Zamawiający oczekuje dodatkowych parametrów w postaci PVI –stopień nawodnienia pacjentów i RRp – ilość liczonych oddechów, pozwalających na dodatkowe monitorowanie parametrów u pacjentów.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający nie oczekuje dodatkowych parametrów w postaci PVI.

Pytanie nr 13

Dotyczy Pozycji 10.61.8 Pulsoksymetria

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 10.61.8 i utworzenie nowej pozycji, w celu złożenia oferty przez dystrybutora sprzętu.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający nie wyraża zgodny na podział zamówienia.

Pytanie nr 14

Dotyczy Pozycji 10.61.8 Pulsoksymetria

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Pulsoksymetru Amerykańskiej Firmy MASIMO RAD - G, pracującego w technologii Masimo SET, stanowiącej tzw. „złoty standard” pomiarów pulsoksymetrycznych – pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, z eliminacją artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żyłnej , zarówno do pomiarów ciągłych jak i wyrwykowych. Pulsoksymetr zawiera dodatkowe parametry RRp – ilość liczenia oddechów i PVI – poziom nawodnienia pacjenta.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Pytanie nr 15

Dotyczy Pozycji 10.61.8 Pulsoksymetria

Czy Zamawiający wymaga dodatkowych parametrów- pomiar z czujnika saturacji – PVI – stopień nawodnienia pacjenta i RRp – pomiar ilości oddechów?

Odpowiedź nr 15

Zamawiający nie wymaga dodatkowych parametrów.

Treść pisma nr 3 z 05.12.2022 r.

Dotyczy pozycji 10.2

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak bez uchwytów do prowadzenia?

Odpowiedź nr 16

Zamawiający nie dopuszcza ssaka bez uchwytów do prowadzenia.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak bez wyprofilowanego miejsca na akcesoria?

Odpowiedź nr 17

Zamawiający nie dopuszcza ssaka bez wyprofilowanego miejsca na akcesoria.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak o wymiarach 32 x 30 x 99 cm?

Odpowiedź nr 18

Zamawiający nie dopuszcza ssaka o wymiarach 32 x 30 x 99 cm.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak o maksymalnym ssaniu do 0,80 bar?

Odpowiedź nr 19

Zamawiający nie dopuszcza ssaka o maksymalnym ssaniu do 0,80 bar.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak o przepływie 40l/ minutę?

Odpowiedź nr 20

Zamawiający nie dopuszcza ssaka o przepływie 40l/ minutę.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak o głośności do 61,5 dB?

Odpowiedź nr 21

Zamawiający nie dopuszcza ssaka o głośności do 61,5 dB.

Dotyczy pozycji 10.3

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózko-wannę hydrauliczną ze stałymi poręczami wykonanymi ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź nr 22

Zamawiający nie dopuszcza wózko-wanny hydraulicznej ze stałymi poręczami wykonanymi ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózko-wannę hydrauliczną bez kosza na odzież?

Odpowiedź nr 23

Zamawiający nie dopuszcza wózko-wanny hydraulicznej bez kosza na odzież.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózko-wannę hydrauliczną o wymiarach leża 56x186?

Odpowiedź nr 24

Zamawiający nie dopuszcza wózko-wanny hydraulicznej o wymiarach leża 56x186.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózko-wannę hydrauliczną z kołami o średnicy 20 cm?

Odpowiedź nr 25

Zamawiający nie dopuszcza wózko-wanny hydraulicznej z kołami o średnicy 20 cm.

Dotyczy pozycji 10.4

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o poniższych parametrach:

- napięcie wejściowe: 220-230V,

- natężenie: 50-60Hz,
- napięcie wyjściowe: 12V,
- średni czas żywotności diod: 50000h,
- regulacja natężenia oświetlenia,
- natężenie światła:
- 65 000 luxów - przy 50 cm
- 35 000 luxów - przy 100 cm
- temperatura barwowa: 5000 K,
- ramię typu „gęsia szyja” zapewniające dokładne oświetlenie badanego pola,
- zintegrowana rączka do ustawienia położenia czaszy,
- długość kabla zasilającego: 3,8 m,
- długość gęsiej szyi: 70 cm,
- jedno kółko z blokadą,
- lampa posiada certyfikat CE,
- w zestawie metalowy wózek jezdny o stabilnej podstawie z regulacją wysokości od 72,8 do 129,8 cm.

Odpowiedź nr 26

Zamawiający nie dopuszcza lampę o powyższych parametrach.

Dotyczy pozycji 10.10

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści wagę z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Wagi oferowane z takim wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z dużymi cyframi, które widoczne są nawet pod kątem 90 stopni oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia? Ze względu na zasady bezpieczeństwa nie przeprowadza się badań w pomieszczeniach ciemnych, nie oświetlonych.

Odpowiedź nr 27

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Dotyczy pozycji 10.11

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wagę medyczną ze wzrostomierzem o obciążeniu maksymalnym do 200 kg?

Odpowiedź nr 28

Zamawiający nie dopuszcza wagi medycznej ze wzrostomierzem o obciążeniu maksymalnym do 200 kg.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wagę medyczną ze wzrostomierzem z zakresem pomiaru od 20 do 205 cm?

Odpowiedź nr 29

Zamawiający nie dopuszcza wagi medycznej ze wzrostomierzem z zakresem pomiaru od 20 do 205 cm.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wagę medyczną ze wzrostomierzem z platformą o wymiarach 340 x 330 x 65 mm?

Odpowiedź nr 30

Zamawiający nie dopuszcza wagi medycznej ze wzrostomierzem z platformą o wymiarach 340 x 330 x 65 mm.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wagę medyczną ze wzrostomierzem o wymiarach do 1500 x 350 x 340 cm.

Odpowiedź nr 31

Zamawiający nie dopuszcza wagi medycznej ze wzrostomierzem o wymiarach do 1500 x 350 x 340 cm.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wagę medyczną ze wzrostomierzem bez opcji print?

Odpowiedź nr 32

Zamawiający nie dopuszcza wagi medycznej ze wzrostomierzem bez opcji print.

Dotyczy pozycji 10.12

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pulsoksymetr kompatybilny z dostarczonym zestawem do defibrylacji?

Odpowiedź nr 33

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pozycji 10.18

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania drabinkę o całkowitej długości 300 cm?

Odpowiedź nr 34

Zamawiający nie dopuszcza drabinki o całkowitej długości 300 cm.

Dotyczy pozycji 10.20

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik transportowo kąpielowy o maksymalnym udźwigu do 150 kg?

Odpowiedź nr 35

Zamawiający nie dopuszcza podnośnika transportowo kąpielowego o maksymalnym udźwigu do 150 kg.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik transportowo kąpielowy z ręcznie regulowaną szerokością podstawy?

Odpowiedź nr 36

Zamawiający nie dopuszcza podnośnika transportowo kąpielowego z ręcznie regulowaną szerokością podstawy.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik transportowo kąpielowy z zasięgiem podnoszenia od 728 do 1740 mm?

Odpowiedź nr 37

Zamawiający nie dopuszcza podnośnika transportowo kąpielowego z zasięgiem podnoszenia od 728 do 1740 mm.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik transportowo kąpielowy z wysokością podstawy równą 111 mm?

Odpowiedź nr 38

Zamawiający nie dopuszcza podnośnika transportowo kąpielowego z wysokością podstawy równą 111 mm.

Dotyczy pozycji 10.23

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania inkubator o parametrach podanych poniżej:

- elektrycznie regulowana wysokość podstawy;
- regulowane pochylenie łóżeczka +/- 15 stopni;
- waga noworodkowa;
- demontowane ścianki boczne;
- pomiar i kontrola temperatury noworodka;
- podstawa materacyka o nieregulowanym przechyle;
- taca na film rentgenowski;
- dwa czujniki temperatury skóry noworodka;
- uchwyt na kroplówki,
- obrotowa półka na akcesoria;
- kosz na akcesoria z dopuszczalnym obciążeniem min.10 kg;
- ogrzewacz;
- zegar skali APGAR;
- podświetlenie LED min. 40W (łącznie);
- podstawa jezdna z możliwością zablokowania każdego koła.

Odpowiedź nr 39

Zamawiający nie dopuszcza inkubatora o parametrach podanych powyżej.

Dotyczy pozycji 10.26

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania termometr bezdotykowy o podanych parametrach:

- precyzyjne pomiary bezdotkowe,
- tryb wyboru: temperatura ciała lub powierzchni,
- możliwość ustawienia skali °C lub °F,
- możliwość ustawienia alarmu (domyślna wartość to 38,0 °C),
- podświetlenie wyświetlacza LED
- zapamiętywanie 32 pomiarów,
- automatyczne wyłączanie zasilania.
- warunki pracy, temperatura otoczenia 10-40 st. C,
- wymiary 95x42x139mm (L x W x H),
- waga 85g,
- rozdzielczość: 0,1°C (or 0.1°F)
- zakres pomiaru temperatury ciała: 32-42 st.C, powierzchni: 5-80 st.C,
- czas pomiaru: 1 sekund,
- pamięć pomiarów 32 pomiary,
- automatycznie zatrzymanie: około 7 sekund,
- zasilanie: 2 baterie AA.

Odpowiedź nr 40

Zamawiający nie dopuszcza termometru o parametrach podanych powyżej.

Dotyczy pozycji 10.33

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ciśnieniomierz z tarczą o średnicy ≥ 40 mm?

Odpowiedź nr 41

Zamawiający nie dopuszcza ciśnieniomierza z tarczą o średnicy ≥ 40 mm.

Dotyczy pozycji 10.34

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stetoskop o długości całkowitej 56 cm?

Odpowiedź nr 42

Zamawiający nie dopuszcza stetoskopu o długości całkowitej 56 cm.

Dotyczy pozycji 10.35

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stetoskop o długości całkowitej 75 cm?

Odpowiedź nr 43

Zamawiający nie dopuszcza stetoskopu o długości całkowitej 75 cm.

Dotyczy pozycji 10.38

Pytanie nr 44

Czy zamawiający dopuści Stadiometr o poniższych danych technicznych:

- zakres pomiaru: 14 - 205 cm
- podziałka: 1 mm
- pozycjoner głowy z wbudowaną poziomnicą do prawidłowego ustawienia wzrostomierza
- wymiary: 35 x 40 x 243 cm
- waga: 1,9 kg

Odpowiedź nr 44

Zamawiający dopuszcza wskazane parametry. Zamawiający zmienia pkt. 10.38.5.1., 10.38.5.5., 10.38.5.6. Opisu przedmiotu zamówienia.

Dotyczy pozycji 10.40

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający dopuści Orchidometr - Łańcuch 12 drewnianych kulek w rozmiarach od 1 do 25 mm w kolorze niebiesko – zielonym?

Odpowiedź nr 45

Zamawiający nie dopuszcza orchidometru - Łańcuch 12 drewnianych kulek w rozmiarach od 1 do 25 mm w kolorze niebiesko – zielonym

Dotyczy pozycji 10.43

Pytanie nr 46

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania goniometr plastikowy o długości 20 cm z podziałką 2°?

Odpowiedź nr 46

Zamawiający nie dopuszcza goniometru plastikowego o długości 20 cm z podziałką 2°.

Dotyczy pozycji 10.44

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oftalmoskop o następujących parametrach:

- Nowoczesna technologia LED
- 5 szczelin świetlnych o różnej wielkości

- Zakres soczewek - 20 D do + 20 D
- Kolor: czarno-srebrny
- Materiał: Aluminium - tworzywo sztuczne
- Żarówka LED V-BP101

Odpowiedź nr 47

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Dotyczy pozycji 10.45

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania otoskop o następujących parametrach:

- Oświetlenie LED
- Strumień światła: 12 lumena
- Powiększenie: 3x
- Żarówka: LED Model V-BT301; 3V; 0,15A
- 2 baterie alkaliczne AA; 1,5V (w zestawie)
- Kolor: czarny
- Wzierniki (po dwa z każdego wymiaru): 2,4mm, 3mm, 4mm, 5mm

Odpowiedź nr 48

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Dotyczy pozycji 10.48

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający dopuści dermatoskop o następujących parametrach:

Dermatoskop wyposażony w 8 białych diod LED dających bardzo jasne oświetlenie i szerokie pole widzenia. Wbudowany filtr polaryzujący minimalizuje efekt odbijania światła przez skórę.

System operacyjny: Windows XP, Vista, 7 i 8, Mac OS 10.4 lub nowszy. Dołączone bezpłatne oprogramowanie w języku polskim do instalacji na dowolnej liczbie komputerów.

Oprogramowanie: DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) pozwala m.in na:

- na przechowywanie i katalogowanie zdjęć i filmików z badania,
- nanoszenie uwag na plik, pomiar obwodu i powierzchni badanej zmiany,
- dołączanie do wysyłanej wiadomości pliku z badania (konsultacja medyczna),
- opcjonalnie - istnieje możliwość robienia zdjęć za pomocą pedału sterującego - dostępny jako niezależny produkt w sklepie.

W zestawie: etui, Płyta CD z programem, zamknięcie nasadki ZT-Z-CC1.

Powiększenie- 10-70x, 200x

Rozdzielczość- 1,3 megapixeli (1280x1024)

Odpowiedź nr 49

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Dotyczy pozycji 10.51

Pytanie nr 50

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwoślężynowy o poniższych parametrach:

POMPA:

- Wymiary: 300 x 190 x 120 mm (L x B x H).
- Waga: ca. 3 kg.
- Kompresor 1 membranowy w obudowie metalowej z trwałą membraną wykonaną z PU z uchwytami do powieszenia na panelu łóżka oraz postawieniu na podłodze.
- Zmienny cykl pracy (10 min).

- Tryb statycznych pracy dla pacjentów wrażliwych na ból.
- Alarm niskiego ciśnienia (wizualny i akustycznych).
- Regulacja ciśnienia-płynna z podziałką kg.,

MATERAC:

- Wymiary ~ 200 x 80/90 x 14 cm.
- Waga: ca. 4 kg.
- 18 komór dynamicznych, 3 statyczne komory głowy.
- Komory z mikroperforacją.
- Przewód powietrza PVC z wbudowanymi wew. zabezpieczeniami przed zgięciem (z zaworem bezpieczeństwa podczas transportu).
- Zawór reanimacyjny CPR.
- Funkcja transportowa,

MATERIAŁY WYKORZYSTANE:**Komory :**

- Nylon/ TPU gwarantuje olbrzymią trwałość, możliwość wymiany poszczególnych komór materaca.

Pokrowiec:

- Nylon z PU oddychający zapinany na zatrzaski.
- Wodoszczelny i paroprzepuszczalny.
- Max. Waga pacjenta: 130 kg.

Odpowiedź nr 50

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Dotyczy pozycji 10.54

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania młotek o długości min. 17 cm?

Odpowiedź nr 51

Zamawiający dopuszcza wskazany parametr. Zamawiający zmienia pkt. 10.54.3. Opisu przedmiotu zamówienia.

Dotyczy pozycji 10.56

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający dopuści nebulizator i pojemności 10 ml?

Odpowiedź nr 52

Zamawiający nie dopuszcza nebulizatora o pojemności 10 ml.

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dren o przekroju innym niż gwiazdkowy?

Odpowiedź nr 53

Zamawiający nie dopuszcza drenu o przekroju innym niż gwiazdkowy.

Dotyczy pozycji 10.59

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak o następujących parametrach:

- Pompa: bezolejowa i bezobsługowa pompa tłokowa
- Zasilanie: 220-230 V / 50-60 Hz
- Klasyfikacja ISO 10079-1: wysokie podciśnienie / niski przepływ
- Maksymalne podciśnienie (regulowane): -0.75 bar -75 kPa -563 mmHg
- Maksymalny przepływ: 16 l/min
- Poziom hałasu: 60,5 dB

- Cykl pracy: praca ciągła
 - Stopień ochrony IP: IP21
 - Waga: 3,49 kg (ze wszystkimi akcesoriami)
 - Wymiary: 35 x 18 x 21 cm
- Wyposażenie standardowe:
- Butla z poliwęglanu 1l z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem
 - Komplet drenów silikonowych (autoklawowalne)
 - Łącznik stożkowy Ø 8-9-10 mm
 - Filtr antybakteryjno-hydrofobowy
 - Cewnik CH20
 - Przewód zasilający

Odpowiedź nr 54

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Dotyczy pozycji 10.60

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator transportowy z możliwością wentylacji od 65% do 100% tlenu o następujących parametrach:

- Maski twarzowe CPAP, maska do wentylacji ciśnieniowej lub objętościowej przy użyciu ET- tube
- Respirator pneumatyczny przeznaczony dla dzieci i dorosłych od 23 kg.
- PEEP / CPAP
- Wentylacja inwazyjna i nieinwazyjna
- Możliwość pracy w śmigłowcu
- Przepływ przy oddechach spontanicznych do 140 l/min.
- Możliwość pracy w środowisku MRI
- Waga – 2,7 kg.
- Przepływ oddechów wymuszonych przy 36 l/min.
- Alarmy dźwiękowe i wizualne

Odpowiedź nr 55

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Dotyczy pozycji 10.61

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia odporne na kurz i zalanie wodą przy zasilaniu bateryjnym oraz sieciowym 230VAC – klasa IP44 wg IEC529 stosowanej u większości renomowanych producentów defibrylatorów, pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności i możliwość uzyskania korzystniejszej ceny.

Odpowiedź nr 56

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z wskaźnikiem czasu pracy wyświetlanym na ekranie urządzenia oraz w formie piktogramu pozostałej wartości baterii?

Odpowiedź nr 57

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Pytanie nr 58

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z prądem stymulacji regulowanym w zakresie 0-140 mA?

Odpowiedź nr 58

Zamawiający dopuszcza wskazany parametr. Zamawiający zmienia pkt. 10.61.31.4, 10.61.4.1., 10.61.4.2, 10.61.6.3., 10.61.7.1., 10.61.7.5., 10.61.7.6. Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 59

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością transferu danych/raportów przez port USB, WiFi oraz kartę pamięci?

Odpowiedź nr 59

Zamawiający nie dopuszcza powyższego parametru.

Dotyczy pozycji 10.63

Pytanie nr 60

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia do kompresji klatki piersiowej o wadze 7,1 kg?

Odpowiedź nr 60

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia do kompresji klatki piersiowej o wadze 7,1 kg.

Pytanie nr 61

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do kompresji klatki piersiowej pozwalające na pracę na baterii przez 60 minut?

Odpowiedź nr 61

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia do kompresji klatki piersiowej pozwalające na pracę na baterii przez 60 minut.

Dotyczy pozycji 10.65

Pytanie nr 62

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie długości wymaganego panelu.

Czy szyna ma być dostarczona i przygotowana do zamontowania do ściany, czy też ma być zintegrowana z panelem?

Prosimy o podanie wymaganego osprzętu na szynach.

Odpowiedź nr 62

Długość panelu 160 cm, szyna zintegrowana z panelem. Osprzęt mocowany na szynie DIN: dozownik rotametryczny tlenu z wężem i wtykiem kątowym do punktu poboru AGA. Zamawiający dopuszcza wskazany parametr. Zamawiający zmienia pkt. 10.65.1, 10.65.3, Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 63

Czy panel ma posiadać tylko jedno gniazdo elektryczne?

Odpowiedź nr 63

8 gniazd w tym 3x230V DATA; 2 x gniazdo ekwipotencjalne. Zamawiający dopuszcza wskazany parametr. Zamawiający zmienia pkt. 10.65.7 Opisu przedmiotu zamówienia.

Dotyczy pozycji 10.66

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stanowisko do badania i pielęgnacji noworodków o parametrach podanych poniżej:

Stanowisko składające się z dwóch modułów: wanienki z szafką dwudrzwiową oraz z modułu zabiegowego podzielonego na 2 segmenty: po lewej stronie szafka jednodrzwiowa, po prawej 3 szuflady. Korpus szafki, blenda pod blatem, szafka

dwudrzwiowa, szafka jednodrzwiowa i 3 szuflady. Moduły połączone ze sobą wspólnym blatem monolitycznym. Moduły prawo- lub lewostronne - do wyboru przez Zamawiającego przed realizacją. Wanienska wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego, z baterią zlewozmywakową z wyciąganą wylewką. Blat z laminatu poliestrowo-szklanego, z przegłębieniem w kolorze białym, wyposażony materacyk tapicerowany materiałem zmywalnym, odpornym na środki dezynfekcyjne - możliwość wyboru kolorystyki materacyka minimum 15 kolorów.

Dodatkowo osobny moduł, na który składa się umywalka z szafką. Umywalka wyposażona w baterię zlewozmywakową z wyciąganą wylewką. Stanowisko składające się z umywalki z szafką jednodrzwiową. Korpus szafki, blenda pod blatem i drzwiczki.

Moduł z półkami - dostępne prawo- lub lewostronne (2 półki+ blat). Blat wykonany z płyty MDF lakierowanej proszkowo na kolor BIAŁY. Półki wykonane z płyty MDF lakierowane na wybrany kolor z palety RAL - możliwość wyboru kolorystyki minimum 19 kolorów

Szafki wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze białym. Fronty szafek wykonane z płyty meblowej MDF lakierowanej na wybrany kolor z palety RAL - możliwość wyboru kolorystyki minimum 19 kolorów. Uchwyty szafek i szuflad bezpieczne, bez ostrych krawędzi, w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, możliwość wyboru kolorystyki - minimum 19 kolorów do wyboru.

Odpowiedź nr 64

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Dotyczy pozycji 10.66

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny z wyposażeniem o parametrach podanych poniżej:

Wózek reanimacyjny z 4 szufladami:

-- blat stalowy z pogłębieniem, lakierowany proszkowo na biało, otoczony z 3 stron bandami w kolorze frontów, bandy o wysokości 50 mm

- szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany na kolor wg palety RAL wzornik TECHMED, prowadnice szuflad z samodociągami, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonnący wilgoci, minimalizujący wibracje

- podstawa stalowa lakierowana proszkowo na biało z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego (szare) o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm

Wymiary szafki: 600x500x805 mm

wymiary powierzchni użytkowej szuflady

(przy wysokości frontów 3x156mm): 525x440x140 mm

(przy wysokości frontu 1x234mm): 525x440x209 mm

WYPOSAŻENIE:

-1x blat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo,

- 4x odcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem,

- 1x kosz kolanowy o poj. 8l

- 1x koszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo 290x96x90mm,

- 1x wieszak kroplówki z głowicą na 2 haczyki

- 1x deska do przeprowadzenia RKO wyprofilowana z odpornego tw. szt.,

- 1x półka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu,

- 1x uchwyt butli z tlenem o poj. 5l, z uchwytem na szynę

- 1x uchwyt z poj. na zużyte igły,

- 1x uchwyt do prowadzenia

Odpowiedź nr 65

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Dotyczy pozycji 10.68

Pytanie nr 66

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z trybem pediatrycznym oraz trybem dla dorosłym nie wymagającym używania klucza? Przełączenie za pomocą dedykowanego do tego suwaka.

Odpowiedź nr 66

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Pytanie nr 67

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania AED gotowe do defibrylacji w czasie 10 sekund?

Odpowiedź nr 67

Zamawiający nie dopuszcza AED gotowego do defibrylacji w czasie 10 sekund.

Pytanie nr 68

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator o wadze 1,95 kg?

Odpowiedź nr 68

Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora o wadze 1,95 kg.

Pytanie nr 69

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator odporny na upadek z wysokości 1m?

Odpowiedź nr 69

Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora odpornego na upadek z wysokości 1m.

Dotyczy pozycji 10.71

Pytanie nr 70

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przenośny aparat USG produkcji koreańskiej zainstalowany na wózku jezdny wyposażony w panoramiczną matrycę LED w rozmiarze 15,6" o rozdzielczości 1600x900?

Odpowiedź nr 70

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Pytanie nr 71

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przenośny aparat USG zainstalowany na wózku jezdny nie posiadający panelu dotykowego?

Odpowiedź nr 71

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Pytanie nr 72

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przenośny aparat USG wyposażony w wózek jezdny posiadający możliwość regulacji wysokości oraz 4 koła skrętne z możliwością blokady każdego z nich?

Odpowiedź nr 72

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Pytanie nr 73

Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr jeżeli dostarczony przenośny aparat USG będzie posiadał jedno aktywne gniazdo głowic obrazowych wbudowane w aparat oraz dedykowany rozdzielacz portów zintegrowany z wózkiem dający możliwość podłączenia 3 głowic obrazowych?

Odpowiedź nr 73

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Pytanie nr 74

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przenośny aparat USG, którego zakres częstotliwości pracy wynosi 1-20 MHz?

Odpowiedź nr 74

Zamawiający nie dopuszcza przenośnego aparatu USG, którego zakres częstotliwości pracy wynosi 1-20 MHz.

Pytanie nr 75

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przenośny aparat USG, którego maksymalny zakres dynamiki wynosi 192 dB?

Odpowiedź nr 75

Zamawiający nie dopuszcza przenośnego aparatu USG, którego maksymalny zakres dynamiki wynosi 192 dB.

Pytanie nr 76

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przenośny aparat USG, posiadający możliwość zapisu i eksportu obrazów w formatach BMP, JPEG, AVI, WMV?

Odpowiedź nr 76

Zamawiający nie dopuszcza przenośnego aparatu USG, posiadający możliwość zapisu i eksportu obrazów w formatach BMP, JPEG, AVI, WMV.

Pytanie nr 77

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przenośny aparat USG wyposażony w 192 elementową głowicę liniową o zakresie częstotliwości 8-17 MHz i FOV 44,8mm?

Odpowiedź nr 77

Zamawiający nie dopuszcza przenośnego aparatu USG wyposażony w 192 elementową głowicę liniową o zakresie częstotliwości 8-17 MHz i FOV 44,8mm.

Pytanie nr 78

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przenośny aparat USG wyposażony w 128 elementową głowicę convex o zakresie częstotliwości 1-6 MHz i maksymalną głębokością obrazowania wynoszącą 30 cm?

Odpowiedź nr 78

Zamawiający nie dopuszcza przenośnego aparatu USG wyposażony w 128 elementową głowicę convex o zakresie częstotliwości 1-6 MHz i maksymalną głębokością obrazowania wynoszącą 30 cm.

Pytanie nr 79

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przenośny aparat USG posiadający możliwość przewodowego lub bezprzewodowego eksportu danych na komputery zewnętrzny z możliwością przeglądu badań/wyników przy pomocy oprogramowania dostępnego w standardzie w środowisku typu Windows

Odpowiedź nr 79

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Pytanie nr 80

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparaty mobilny o parametrze: Wózek jezdny wyposażony w cztery skrętne kółka, półke na wideoprinter i przełącznik głowic;

Odpowiedź nr 80

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Pytanie nr 81

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparaty mobilny o parametrze: Min. 3 aktywne gniazda dla głowic obrazowych wbudowane w wózek jezdny;

Odpowiedź nr 81

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Pytanie nr 82

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparaty mobilny o parametrze: Zapis obrazów w formatach min. BMP, JPEG, TIFF, DCM, AVI, MP4;

Odpowiedź nr 82

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Pytanie nr 83

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparaty mobilny o parametrze: Głowica convex: liczba elementów min. 128, Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 1,2-6MHz , głębokość obrazowania min. 40 cm;

Odpowiedź nr 83

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Pytanie nr 84

Czy Zamawiający dopuści obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod różnymi kątami (min. 3 kąty) i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki);

Odpowiedź nr 84

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Pytanie nr 85

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparaty mobilny o parametrze: Oprogramowanie na zewnętrzny komputer umożliwiające archiwizację danych pacjentów (obrazy i raporty) z aparatu USG na komputerze klasy PC (z Windows 10).

Odpowiedź nr 85

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.