

Biała Podlaska, 21.06.2021 r.

**SZP.272.218.2021****L.dz. 1658/21****Wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania pt. „Dostawa sprzętu diagnostycznego zamawianego na potrzeby projektu „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”

Postępując zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej zwana ustawą, informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej zwana SWZ. W załączeniu treść pytania i odpowiedź.

Jednocześnie postępując zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie:

**Pkt. 7.2.3.2. Opis przedmiotu zamówienia****Było:**

7.2.3.2. Zakres pomiaru momentu siły -praca koncentryczna: od 0 do 680Nm

**Jest:**

7.2.3.2. Zakres pomiaru momentu siły -praca koncentryczna: od 0 maksymalnie do 678Nm

**Pkt. 7.2.3.3. Opis przedmiotu zamówienia****Było:**

7.2.3.3. Zakres pomiaru momentu siły -praca ekscentryczna: od 0 do 544Nm,

**Jest:**

7.2.3.3. Zakres pomiaru momentu siły -praca ekscentryczna: od 0 maksymalnie do 678Nm,

**Pkt. 7.2.3.5. Opis przedmiotu zamówienia****Było:**

7.2.3.5. Zakres pomiaru prędkości ruchu -praca ekscentryczna: do 300 /s

**Jest:**

7.2.3.5. Zakres pomiaru prędkości ruchu -praca ekscentryczna: maksymalnie do 500 /s

**Pkt. 7.3.1. Opis przedmiotu zamówienia****Było:**

7.3.1. 1,8" wyświetlacz TFT wyświetlający wyniki w formie liczbowej i graficznej

**Jest:**

7.3.1. 1,8" – 3,3" wyświetlacz TFT wyświetlający wyniki w formie liczbowej i graficznej,

**Pkt. 7.3.16. Opis przedmiotu zamówienia****Było:**

7.3.16. dokładność pomiaru przepływu: 5% albo 200ml/s

**Jest:**

7.3.16. dokładność pomiaru przepływu: 3% - 5% albo 50 ml/s - 200ml/s

**Pkt. 7.3.19. Opis przedmiotu zamówienia**

**Było:**

7.3.19. waga 150g (+/- 10%),

**Jest:**

7.3.19. waga maksymalnie 165 g

Usunięto pkt. 7.3.29.2. SWZ.

W załączeniu Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ, uwzględniający zmiany wniesione niniejszym pismem. Z uwagi na termin i zakres udzielonej odpowiedzi termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

**Z wyrazami szacunku**

**mgr Justyna Niewińska**  
**Kanclerz PSW im. Papieża Jana Pawła II**  
**w Białej Podlaskiej**

## **Treść pisma nr 1 z 17.06.2021 r.**

### **Pytanie nr 1**

Dotyczy pkt 7.3.1 Czy Zamawiający dopuści spirometr z dotykowym ekranem LCD o wielkości 3,3”?

### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający dopuszcza spirometr z dotykowym ekranem LCD o wielkości 3,3”. Zmianie ulega pkt. 7.3.1. Opisu przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie nr 2**

Dotyczy pkt 7.3.11 Czy Zamawiający dopuści spirometr nie posiadający automatycznego wyłącznika po 1 minucie?

### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający nie dopuszcza spirometru nie posiadającego automatycznego wyłącznika po 1 minucie. Opcja jest niezbędna w kwestii bezpieczeństwa użytkownika.

### **Pytanie nr 3**

Dotyczy pkt 7.3.16 Czy Zamawiający dopuści spirometr dokładnością pomiaru przepływu +/- 3% lub 50 ml?

### **Odpowiedź nr 3**

Zamawiający dopuszcza spirometr z dokładnością pomiaru przepływu +/- 3% lub 50 ml. Zmianie ulega pkt. 7.3.16. Opisu przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie nr 4**

Dotyczy pkt 7.3.19 Czy Zamawiający dopuści spirometr o wadze 300g?

### **Odpowiedź nr 4**

Zamawiający nie dopuszcza spirometru o wadze 300g. Maksymalna dopuszczalna masa spirometru to 165 g. Zmianie ulega pkt. 7.3.19. Opisu przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie nr 5**

Dotyczy pkt 7.3.29.2 Czy Zamawiający dopuści spirometr nie posiadający możliwości ściągnięcia aplikacji na telefon?

### **Odpowiedź nr 5**

Zamawiający dopuszcza spirometr nie posiadający możliwości ściągnięcia aplikacji na telefon.

### **Pytanie nr 6**

Dotyczy pkt. 7.2.3.2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem pomiaru siły (koncentrycznie) do 678 Nm?

**Odpowiedź nr 6**

Zamawiający dopuszcza urządzenie z zakresem pomiaru siły (koncentrycznie) do 678 Nm. Zmianie ulega pkt. 7.2.3.2. Opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 7**

Dotyczy pkt. 7.2.3.3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem pomiaru siły (ekscentrycznie) do 678 Nm?

**Odpowiedź nr 7**

Zamawiający dopuszcza urządzenie z zakresem pomiaru siły (ekscentrycznie) do 678 Nm. Zmianie ulega pkt. 7.2.3.3. Opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 8**

Dotyczy pkt. 7.2.3.5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem pomiaru prędkości (ekscentrycznie do 500 stopni/s?

**Odpowiedź nr 8**

Zamawiający dopuszcza urządzenie z zakresem pomiaru prędkości ekscentrycznie do 500 stopni/s. Zmianie ulega pkt. 7.2.3.5. Opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 9**

Dotyczy pkt. 7.2.5.1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komputerem schowanym w obudowie? Rozwiązanie takie ułatwia ewentualny dostęp do niego oraz serwis i łatwiejszy dostęp do części zamiennych ponieważ stacja komputerowa może być zmieniana w ramach potrzeb użytkownika.

**Odpowiedź nr 9**

Tak

**Pytanie nr 10**

Dotyczy pkt. 7.2.5.3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komputerem schowanym w obudowie urządzenia oraz stolikiem do monitora dotykowego, który można ustawić w wygodnej i ergonomicznej pozycji dla terapeuty (obrót 360 stopni i zmiana kąta położenia)?

**Odpowiedź nr 10**

Odp.: Tak

**Pytanie nr 11**

Dotyczy pkt. 7.2.14. Czy Zamawiający dopuści urządzenie przez możliwości rozbudowy o przystawki z włókna węglowego? Przystawki takie są zbędne w tego typu urządzeniach i charakterystyczne tylko dla jednego dostawcy. Jednocześnie zaznaczamy, że włókno węglowe cechuje się większą sprężystością podczas pracy co powoduje, że część pomiarów może być obciążone błędami pomiarowymi, a związku z tym, że Zamawiający nie planuje ich zakupu teraz, parametr ten ogranicza konkurencyjność innych urządzeń.

### **Odpowiedź nr 11**

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia przez możliwości rozbudowy o przystawki z włókna węglowego. W przyszłości planowane są badania pacjentów z niską siłą mięśniową. Przystawki z włókna węglowego zapewniają mniejszą masę, a przez to możliwość obiektywnych pomiarów u tego typu badanych.