

Biała Podlaska, 03.08.2021 r.

SZP.272.300.2021

L.dz. 2117/21

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania pt. „Dostawa wyposażenia Pracowni Fizjologii Wysiłku Fizycznego zamawianego na potrzeby projektu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”

Postępując zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej zwana ustawą, informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej zwana SWZ. W załączeniu treść pytania i odpowiedź.

W uwagi na termin i zakres udzielonych odpowiedzi termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk
Rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej

Treść pisma nr 1 z 28.07.2021 r.

Pytanie nr 1

Dotyczy pkt. 7.1.2 (Opis przedmiotu zamówienia) Czy zamawiający dopuści urządzenie, które dokonuje pomiaru wartości bioelektrycznych (rezystancja, reaktancja) tylko tkanki mięśniowej w poszczególnych segmentach ciała? Proponowane urządzenie oblicza natomiast wartości rezystancji, reaktancji i kąta fazowego dla całego organizmu.

Odpowiedź nr 1

Tak, takie rozwiązanie jest wystarczające do naszych potrzeb diagnostycznych.

Pytanie nr 2

Dotyczy pkt. 7.1.3 (Opis przedmiotu zamówienia) Czy zamawiający dopuści urządzenie, które oblicza w poszczególnych segmentach ciała, tylko masę tkanki mięśniowej, natomiast masę tłuszczową oblicza w całym organizmie, łącznie z tkanką trzewną, bez podziału na poszczególne segmenty ciała?

Odpowiedź nr 2

Tak, takie rozwiązanie jest wystarczające do naszych potrzeb diagnostycznych.