

Biała Podlaska, 09.08.2021 r.

SZP.272.301.2021**L.dz. 2163/21**

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania pt. „Dostawa zestawu do diagnostyki układu krążeniowo- oddechowego (CPET) wraz z oprogramowaniem zamawianego na potrzeby projektu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”

Postępując zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej zwana ustawą, informuję, iż Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej zwana SWZ w zakresie:

Pkt. 15.6. SWZ

Było:

15.6. Oferty należy składać w terminie do dnia 16.08.2021 r. do godziny 10:00 na zasadach opisanych w pkt. 15 SWZ

Jest:

15.6. Oferty należy składać w terminie do dnia 18.08.2021 r. do godziny 10:00 na zasadach opisanych w pkt. 15 SWZ

Pkt. 16.1. SWZ

Było:

16.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2021 r. o godzinie 11:00 za pomocą funkcjonalności „Deszyfrowanie” udostępnionej Zamawiającemu w miniPortalu, pod adresem <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

Jest:

16.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2021 r. o godzinie 11:00 za pomocą funkcjonalności „Deszyfrowanie” udostępnionej Zamawiającemu w miniPortalu, pod adresem <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

pkt. 7.2.4 Opis przedmiotu zamówienia

Było:

7.2.4. Pomiar saturacji krwi z wykorzystaniem wbudowanego czujnika w cykloergometrze

Jest:

7.2.4. Pomiar saturacji krwi na bieżni i na cykloergometrze

pkt. 7.2.10 Opis przedmiotu zamówienia

Było:

7.2.10. Przepływomierz dwukierunkowy o zwartej budowie, bez ruchomych części, gwarantujący minimalny opór. Zakres przepływu: +/-18l/s. Dokładność pomiaru przepływu: +/- 2% lub 50ml/s

Jest:

7.2.10. Przepływomierz dwukierunkowy o zwartej budowie, gwarantujący minimalny opór. Zakres przepływu: +/-18l/s. Dokładność pomiaru przepływu: +/- 2% lub 50 ml/s

pkt. 7.2.12 Opis przedmiotu Zamówienia

Było:

7.2.12.Zakres pomiaru O₂ od 0 - 100% z dokładnością w przedziale 0,01% - 0,05%

Jest:

7.2.12.Zakres pomiaru O₂ od 0 - 100% z dokładnością w przedziale 0,05% - 0,1%

pkt. 7.2.13 Opis przedmiotu Zamówienia

Było:

7.2.13. Zakres pomiaru CO₂ minimum 0 - 10% (+/-3%) z dokładnością w przedziale 0,01 - 0,05%

Jest:

7.2.13. Zakres pomiaru CO₂ minimum 0 - 10% (+/-3%) z dokładnością w przedziale 0,05% - 0,1%

pkt. 7.2.31 Opis przedmiotu Zamówienia

Było:

7.2.31.Ergospirometr przystosowany do przepływomierzy wielorazowego użytku.

Jest:

7.2.31.Ergospirometr przystosowany do przepływomierzy wielorazowego i jednorazowego użytku.

Dodano: Pkt. 7.1.3.6., 7.1.4.10.56. – 7.1.4.10.58. Opis przedmiotu zamówienia.

W załączeniu Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ, uwzględniający zmiany wniesione niniejszym pismem.

Z wyrazami szacunku

**dr inż. Tomasz Grudniewski
Prorektor ds. międzynarodowych
PSW im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej**