

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY Z DNIA
11 WRZEŚNIA 2019 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2021 R. POZ. 1129 Z PÓŹN ZM.)**

**PT.
DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU MEDYCZNEGO
ZAMAWIANEGO NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY
WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ
PODLASKIEJ**

Zatwierdzam

**mgr Justyna Niewińska
Kancelarz PSW im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej**

Biała Podlaska, wrzesień 2021 r.

1. Nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;

- 1.1. Zamawiający: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
- 1.2. Adres: ul. Sidorska 95/97,
21 – 500 Biała Podlaska
- 1.3. REGON: 030310705
- 1.4. NIP: 537-21-31-853
- 1.5. Telefony:
- 1.5.1. Rektorat 83 344 99 00
- 1.5.2. Magda Kalinowska 83 344 99 86
- 1.6. Adres e-mail:
- 1.6.1. Rektorat psw@pswbp.pl
- 1.6.2. Magda Kalinowska m.kalinowska@pswbp.pl
- 1.6.3. Strona www www.pswbp.pl

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia;

- 2.1. bip.pswbp.pl;

3. Tryb udzielenia zamówienia;

- 3.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 w powiązaniu z art. 129 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
- 3.2. Do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
- 3.3. Wymaga się, aby wszystkie pisma związane z niniejszym postępowaniem, w tym ewentualne zapytania itp. były opatrzone numerem sprawy tj. SZP.272.230.2021.

4. Opis przedmiotu zamówienia;

- 4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu medycznego zamawianego na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, szczegółowo opisane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej zwanej SWZ.
- 4.2. Zamawiający informuje, iż w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SWZ, określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.
- 4.3. Kod CPV:
- 4.3.1. 33100000-1 Urządzenia medyczne.
- 4.3.2. 39162100-6 Pomoce dydaktyczne.

5. Informację o przedmiotowych środkach dowodowych;

- 5.1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
- 5.1.1. Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

- 5.2. Jeżeli Wykonawca nie złożyły przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa dni robocze od dnia przekazania wezwania.
- 5.3. Przepisu pkt. 5.2. nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 5.4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

6. Termin wykonania zamówienia;

- 6.1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

7. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy;

- 7.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności przewidzianej w art. 108 ust. 1 ustawy.
- 7.2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
 - 7.2.1. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3), chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 7.2.2. który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:
 - 7.2.2.1. będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
 - 7.2.2.2. będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,
 - 7.2.2.3. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;
 - 7.2.3. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 7.1.2.1. i 7.1.2.2. SWZ;
 - 7.2.4. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego

- rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- 7.2.5. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
 - 7.2.6. jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy;
 - 7.2.7. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
 - 7.2.8. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
 - 7.2.9. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 7.2.10. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 7.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 - 7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy lub pkt. pkt. 7.1.2.-7.1.5. i 7.1.7.-7.1.10 SWZ, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
 - 7.4.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
 - 7.4.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;
 - 7.4.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - 7.4.3.1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
 - 7.4.3.2. zreorganizował personel,
 - 7.4.3.3. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - 7.4.3.4. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

7.4.3.5. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

7.5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 7.4. SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 7.4. SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

8. Informację o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

8.1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.

8.1.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.

8.1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.

8.1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum jedną dostawę sprzętu medycznego o wartości łącznej minimum 100 000,00 PLN netto. Przez dostawę Zamawiający rozumie pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych pisemnych / ustnych zleceń / zamówień realizowanych na rzecz tego samego podmiotu lub kilku podmiotów. Dla dostaw zrealizowanych w innej walucie niż PLN Zamawiający przyjmie przeliczenie wg średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez NBP i obowiązującej w dniu zawarcia danej umowy.

8.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

8.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych;

9.1. Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

9.1.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w pkt. 7. SWZ, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

9.1.1.1. Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ należy go pobrać, ze strony <http://bip.pswbp.pl/przetarg/5243/szp-272-230-2021> zapisać na

- dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis ESPD dostępny pod adresem: <http://espd.uzp.gov.pl>.
- 9.1.1.2. Uzupełniony ESPD należy podpisać kwalifikowanym.
 - 9.1.1.3. Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf dostępna jest Instrukcja Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w języku polskim).
 - 9.1.1.4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 9.1.2. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- 9.1.2.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. w formie konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W tym przypadku, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym odpowiednio dla każdego z Wykonawców.
 - 9.1.2.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które części przedmiotu zamówienia (dostawy lub usługi) wykonają poszczególni Wykonawcy.
- 9.1.3. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów udostępniających zasoby:
- 9.1.3.1. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 9.1.1. SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. W tym przypadku, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej (odrębny plik) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot, na którego zasoby się powołuje.
 - 9.1.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane.
 - 9.1.3.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 9.1.3.2. SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- 9.1.3.3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- 9.1.3.3.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- 9.1.3.3.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

9.1.4. Dokumenty i oświadczenia aktualne na dzień złożenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:

- 9.1.4.1. wykaz dostaw zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunku udziału opisanego w pkt. 8.1.4. SWZ, w szczególności nazwę, zakres i termin zrealizowanych dostaw, nazwę Zamawiającego oraz dowody określające czy dostawy zamieszczone w *Wykazie dostaw* zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, dowodem jest oświadczenie Wykonawcy,
- 9.1.4.2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, w zakresie określonym w:
 - 9.1.4.2.1. art. 108 ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy Pzp,
 - 9.1.4.2.2. art. 108 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
 - 9.1.4.2.3. art. 109 ust. 1 pkt. 2) lit. a) ustawy Pzp,
 - 9.1.4.2.4. art. 109 ust. 1 pkt. 2) lit. b) ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
 - 9.1.4.2.5. art. 109 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
- 9.1.5. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
- 9.1.6. informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
- 9.1.7. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz

- z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- 9.1.8. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- 9.1.9. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- 9.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
- 9.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 9.1.4.2. SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie o którym mowa w pkt. 9.1.4.2. SWZ;
- 9.2.2. informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa w pkt. 9.1.6. SWZ składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych;
- 9.2.3. zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 9.1.7. SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt. 9.1.8. SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 9.1.9. SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- 9.2.3.1. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- 9.2.3.2. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej

tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

- 9.3. Dokument, o którym mowa w pkt. 9.2.1 SWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
- 9.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.2.2. i 9.2.3. SWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
- 9.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2. SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt. 1, 2 lit. a i b oraz pkt. 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy dotyczące ważności dokumentów wskazane w pkt. 9.3. i 9.4. SWZ stosuje się odpowiednio.

10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;

- 10.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej, **z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu.**
- 10.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
- 10.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
- 10.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
- 10.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
- 10.6. Dane niniejszego postępowania można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.
- 10.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:

10.7.1. dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.

10.7.2. za pomocą poczty elektronicznej e-mail m.kalinowska@pswbp.pl.

10.8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 10.7.2. SWZ, adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415) podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

11. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy;

11.1. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji innej niż przy użyciu elektronicznych środków komunikacji.

12. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami;

12.1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

12.1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia:

12.1.1.1. dr Stanisława Spisacka, tel. 83 345 62 46, e-mail m.kalinowska@pswbp.pl,

12.1.1.2. dr Iwona Gładysz, tel. 83 344 99 18, e-mail m.kalinowska@pswbp.pl,

12.1.2. W zakresie proceduralnym: mgr Magda Kalinowska tel. 83 344 99 86, e-mail m.kalinowska@pswbp.pl.

13. Termin związania ofertą;

13.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 24.01.2022 r.

13.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 13.1. SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 13.1. SWZ, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

13.4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 13.1. SWZ, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą

14. Opis sposobu przygotowywania oferty;

14.1. Na ofertę składają się:

- 14.1.1. Formularz oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ;
 - 14.1.2. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ;
 - 14.1.3. Dowód wniesienia wadium.
- oraz
- 14.1.4. o ile nie wynika to ze złożonych dokumentów do oferty lub z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy,
 - 14.1.5. gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ, w części dotyczącej podmiotów trzecich;
 - 14.1.6. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
- 14.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub złożone dokumenty lub oświadczenia są niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
- 14.2.1. oferta Wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie, lub
 - 14.2.2. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 14.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena za realizację całości przedmiotu zamówienia.
- 14.4. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami, załącznikami składającymi się na SWZ.
- 14.5. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy oraz wymogami SWZ.
- 14.6. Oferta powinna zostać przygotowana na / lub w formie formularzy, które stanowią załączniki do SWZ.
- 14.7. Załączniki powinny być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku, ściśle według warunków i postanowień zawartych w SWZ.
- 14.8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski) oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 14.9. Naniesione poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
- 14.10. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub notarialnie potwierdzonej kopii, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii należy załączyć do oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej. Dopuszcza

się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 poz. 1192 z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- 14.11. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
- 14.12. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej pliku z opisem „Zastrzeżona część oferty” i zaszyfrować wraz z pozostałymi dokumentami składającymi się na ofertę. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
- 14.13. W przypadku zastrzeżenia części oferty Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1913).
- 14.14. W toku oceniania ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 14.15. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania Wykonawców.
- 14.16. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 - 14.16.1. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii należy załączyć do oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 poz. 1192 z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
 - 14.16.2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.
 - 14.16.3. Przepisy i wymagania dotyczące niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu stosuje się odpowiednio do każdego Wykonawcy.

- 14.16.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnika.
- 14.16.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani będą do zawarcia między sobą umowy cywilno-prawnej. Umowa musi być zawarta na czas trwania umowy. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, jednakże nie później niż 3 dni od wysłania w/w zawiadomienia przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji umowy, w oryginale.
- 14.16.6. Umowa, o której mowa w pkt. 14.17.5. SWZ musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczą spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących umowę.

15. Sposób oraz termin składania ofert;

- 15.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku. Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
- 15.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej w pliku .pdf, jpg, lub jednym z programów z pakietu MS OFFICE bądź zgodnym z nim pakiecie oprogramowania biurowego i podpisana podpisem kwalifikowanym.
- 15.3. Ofertę wraz z załącznikami (oświadczenia, pełnomocnictwo itp.) przed złożeniem należy skompresować do jednego pliku archiwum w formacie *.zip.
- 15.4. Oferta musi być oznaczonym napisem: „SZP.272.230.2021, nazwa Wykonawcy”.
- 15.5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.
- 15.6. Oferty należy składać w terminie do dnia 27.10.2021 r. do godziny 10:00 na zasadach opisanych w pkt. 15 SWZ.
- 15.7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA.

16. Termin otwarcia ofert;

- 16.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2021 r. o godzinie 10:30 za pomocą funkcjonalności „Deszyfrowanie” udostępnionej Zamawiającemu w miniPortalu, pod adresem <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.
- 16.2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- 16.3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 16.4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 16.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 16.5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 16.5.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
- 16.6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub osób trzecich, oraz transmisji sesji otwarcia za pośrednictwem jakichkolwiek urządzeń do przekazu wideo, on-line.

17. Sposób obliczenia ceny;

- 17.1. Wykonawca musi przedstawić cenę oferty w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów ujętych SWZ oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy.
- 17.2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz ewentualne upusty cenowe.
- 17.3. Wykonawca w formularzu Oferta poda łączną wartość brutto za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia.
- 17.4. Podaną cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
- 17.5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
- 17.6. Oferowana cena jest ceną ostateczną i nie podlega waloryzacji w okresie realizacji umowy.
- 17.7. Wszystkie rozliczenia związane z przedmiotem zamówienia będą się odbywały w polskich złotych.
- 17.8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 17.9. W sytuacji rozbieżności w cenie podanej liczbowo i słownie za prawidłową Zamawiający uzna cenę podaną słownie.
- 17.10. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 17.11. W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to Zamawiający wyłącznie dla celów porównania ofert, doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi.

18. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

18.1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i otrzyma największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami:

18.1.1. Cena brutto oferty – 60 pkt.

18.1.2. Okres gwarancji – 40 pkt.

18.2. Oferty zostaną ocenione wg wzoru:

$$X = X_c + X_{g1}$$

$$X_c = (C_{min} : C_{of}) \times 60,00 \text{ pkt.}$$

gdzie:

X_c wartość punktowa ceny

C_{min} najniższa cena brutto wśród złożonych ofert

C_{of} cena brutto oferty ocenianej

$$X_{g1} = G \times 40,00 \text{ pkt.}$$

gdzie:

X_{g1} wartość punktowa w kryterium gwarancja

G oferowany okres gwarancji ocenianej oferty w liczony w pełnych latach określony przez Wykonawcę w pkt. 4 oferty. W przypadku zaoferowania wydłużenia okresu gwarancji o okres dłuższy niż rok do obliczeń zostanie przyjęty okres roku.

18.3. W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, Zamawiający, wyłącznie dla celów porównania ofert, doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi.

18.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

18.4.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

18.4.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.5. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 18.4. SWZ, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

19. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

19.1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie w terminie związania z ofertą jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- 19.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 19.1. SWZ, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
- 19.3. W przypadku posłużenia się podwykonawcą / podwykonawcami Wykonawca złoży zakres zadań / części przedmiotu zamówienia, jego wartość oraz dane podwykonawcy odpowiedzialnego za powierzony zakres umowy.
- 19.4. Za uchylenie się od zawarcia umowy Zamawiający uzna m.in.:
- 19.4.1. Wykonawca nie dostarczy przez zawarciem umowy dokumentów wymaganych w SWZ;
 - 19.4.2. dostarczone dokumenty nie będą potwierdzać wymagań określonych w SWZ;
 - 19.4.3. niestawienie się Wykonawcy w terminie lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy;
 - 19.4.4. osoba reprezentująca Wykonawcę, która przybędzie w celu zawarcia umowy, nie będzie posiadała stosownego umocowania do reprezentowania Wykonawcy.
- 19.5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
- 19.5.1. formularza cenowego zawierającego ilości poszczególnego asortymentu wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia, cenę jednostkową netto, wartość netto danej pozycji (iloczyn ilości i ceny jednostkowej netto), stawkę podatku VAT, cenę jednostkową brutto danej pozycji, wartości brutto danej pozycji (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) oraz sumę wartość brutto wszystkich pozycji. Łączna kwota brutto wskazana w Formularzu cenowym musi być równa kwocie brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy.
 - 19.5.2. Dotyczy poz. 7.21. i 7.22. Opisu przedmiotu zamówienia:
 - 19.5.2.1. Deklarację zgodności CE;
 - 19.5.2.2. Wpis lub zgłoszenie do URPLWM i PB;
 - 19.5.2.3. Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny;
 - 19.5.2.4. Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego lub równoważny;

20. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- 20.1. Projekt umowy zawieranej w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
- 20.2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wystąpienia zdarzeń związanych z działaniem siły wyższej (jak np. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, epidemii, pandemii, działania militarne itp.). Zmiana postanowień umowy będzie dotyczyć zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu jego realizacji, wynagrodzenia, terminu realizacji itp., i w zależności od wpływu zaistniałej sytuacji na jej prawidłową realizację i zostanie wprowadzona aneksem.
- 20.3. Zamawiający dopuszcza zmiany w sytuacji wystąpienia problemów finansowych po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp. w takiej sytuacji zmiana ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej jej realizacji i zostanie wprowadzona aneksem.
- 20.4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku nie zrealizowania całego przedmiotu umowy w okresie trwania umowy z przyczyn

leżących po stronie Zamawiającego i dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o 5 dni roboczych. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy zostanie wprowadzone aneksem.

- 20.5. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji asortymentu oferowanego przez Wykonawcę, jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili złożenia oferty. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od producenta danego asortymentu informacji dotyczącej daty zaprzestania produkcji i zaoferować w zamian inny urządzenie / wyposażenie o identycznych lub wyższych parametrach technicznych i funkcjonalności w zakresie wskazanym w SWZ oraz przedstawić na piśmie propozycje zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej w stosunku do specyfikacji technicznej i funkcjonalnej określonej w opisie przedmiotu zamówienia. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia (jedynie obniżenia), terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do jej prawidłowej realizacji i zostanie wprowadzone aneksem.
- 20.6. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wprowadzenia przez władze państwowe po terminie składania ofert restrykcji / ograniczeń / zakazów / zaleceń związanych z epidemią / pandemią COVID-19. Zmiana może dotyczyć zmiany zakresu przedmiotu umowy, sposobu jego realizacji, wynagrodzenia, terminu realizacji i w zależności od wpływu zaistniałej sytuacji na prawidłową realizację przedmiotowej umowy zostanie określona przez Strony i wprowadzona zostanie w formie aneksu.
- 20.7. Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno ze strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy, zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony itp. podobne zmiany nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu ustawy.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

- 21.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.
- 21.2. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
- 21.3. Odwołanie przysługuje na:
- 21.3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- 21.3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
- 21.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie i terminach określone w Dziale IX „Środki ochrony prawnej”.

22. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;

22.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

23. Liczbę części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części;

23.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

24. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium;

24.1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych i 00/100) i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy.

24.2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

24.2.1. pieniądzu;

24.2.2. gwarancjach bankowych;

24.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

24.2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

24.3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: Santander Bank Polska numer rachunku 45 1500 1331 1213 3001 7949 0000 z dopiskiem „Wadium SZP.272.230.2021”, w takim czasie, aby kwota wadium przed upływem terminu składania ofert znajdowała się na rachunku Zamawiającego.

24.4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

24.5. Zwrot wadium lub jego zatrzymanie przez Zamawiającego nastąpi na warunkach wskazanych w ustawie.

24.6. Dokument wniesienia wadium w innej formie niż pieniądź winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wymaganej kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie.

24.7. W dokumencie tym, gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez Zamawiającego dodatkowych warunków (np. żądanie wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu Zamawiającego, albo żądania złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego itp.) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów, z wyłączeniem dokumentów potwierdzających umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

25. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia;

25.1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- 26. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie;**
26.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.
- 27. Maksymalną liczbę Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;**
27.1. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
- 28. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) i 8) ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;**
28.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy.
- 29. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów;**
29.1. Zamawiający nie przewiduje konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia posiadanych przez niego dokumentów.
- 30. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;**
30.1. Wszystkie rozliczenia związane z przedmiotem zamówienia będą się odbywały w polskich złotych. Nie dopuszcza się rozliczenia rozliczeń w walutach obcych.
- 31. Informację o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny;**
31.1. Zamawiający nie przewiduje odwróconej kolejności oceny.
- 32. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną;**
32.1. Zamawiający nie przewiduje wyboru ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- 33. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot;**
33.1. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 34. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania;**
34.1. Zamawiający nie przewiduje obowiązki zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.
- 35. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2) ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania;**

35.1. Zamawiający nie ustanawia żadnych wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują zatrudnienie osób wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) ustawy.

36. Informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania;

36.1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy.

37. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy;

37.1. Zamawiający informuje, iż nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań składających się na przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem.

38. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy.

38.1. Zamawiający nie żąda złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.

39. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

39.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

39.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, 21 - 500 Biała Podlaska

39.1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jest Jan Sroka tel. 83 344 99 82 e-mail: iod@pswbp.pl;

39.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr SZP.272.230.2021.

39.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych;

39.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

39.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

39.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

39.1.8. posiada Pani/Pan:

39.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

39.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

39.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

39.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

39.1.8.5. nie przysługuje Pani/Panu:

39.1.8.5.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

39.1.8.5.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

39.1.8.5.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

40. Wykaz załączników:

40.1.	Załącznik nr 1	Formularz oferty,
40.2.	Załącznik nr 2	JEDZ,
40.3.	Załącznik nr 3	Projekt umowy,
40.4.	Załącznik nr 4	Opis przedmiotu zamówienia.

Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1

.....
.....

Adres siedziby

.....
.....

Adres do korespondencji

.....
.....

tel. -

email:

NIP -

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pt. „*Dostawa i montaż sprzętu medycznego zamawianego na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej*” składam niniejszą ofertę i oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ za cenę brutto

zł słownie:
..... zł

1. Oświadczam, iż przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie do 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Akceptuję wskazany w SWZ termin związania ofertą, tj. do dnia 24.01.2022 r.
3. Oświadczam, że wybór oferty będzie / nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
4. Oświadczam, że na dostarczony asortyment udzielę gwarancji na okres określony w projekcie umowy oraz oferuję wydłużenie ww. gwarancji o okres (należy podać dodatkowy okres, o który zostanie wydłużona gwarancja w pełnych latach).

5. Akceptuję projekt umowy i w sytuacji wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszej SWZ.
7. Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
8. Informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy znajdują się na następujących stronach oferty:.....
..... do, których tylko Zamawiający ma możliwość wglądu.
9. Oświadczam, że:
 - 1) Realizację przedmiotu zamówienia zamierzam wykonać sam*
 - 2) Realizację przedmiotu zamówienia zamierzam wykonać sam oraz przy użyciu podwykonawców. Zakres przedmiotu zamówienia jaki planuje powierzyć podwykonawcom (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG oraz precyzyjnie określić powierzającą część zamówienia):
.....
.....*
W sytuacji nie wykreślenia / zaznaczenia żadnej z powyższych opcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonuje przedmiot bez udziału podwykonawców.
10. Wykonawca oświadcza, że jest:
 - 1) mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR);*
 - 2) małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR);*
 - 3) średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR);*
 - 4) innym niż ww.*

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

12. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącą jej integralną część są:

- | | |
|----------|----------|
| 1) | 5) |
| 2) | 6) |
| 3) | 7) |
| 4) | 8) |

Oferta wraz z załącznikami składa się z stron/kartek*.

* niepotrzebne skreślić.

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 3

UMOWA NR SZP...2021

**zawarta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)**

w dniu roku w Białej Podlaskiej, pomiędzy:
Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z siedzibą przy
ul. Sidorskiej 95/97 w Białej Podlaskiej, NIP 537-21-31-853, zwaną w treści umowy
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

.....
przy kontrasygnacie:

.....
a z siedzibą w
przy ul., wpisanym do za nr
..... NIP, REGON zwanym w treści umowy
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....
łącznie dalej zwanych Stronami.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w dniu
..... pod nr w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy**§ 1**

1. Na warunkach niniejszej umowy Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawa i montaż sprzętu medycznego zamawianego na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, szczegółowo opisane co do rodzaju w Opisie przedmiotu zamówienia (SWZ), którego kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy za cenę tam wskazaną, której kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy (przedmiot umowy). Ww. i nw. załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapoznał się z warunkami realizacji niniejszej umowy, dokonał szczegółowej ich analizy oraz zapoznał się z warunkami dostawy i w związku z tym oświadczył, iż posiada uprawnienia, niezbędną wiedzę, umiejętności oraz potencjał do wykonania czynności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu i zobowiązuje się do ich wykonywania z należytą starannością oraz, że nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na należyte wykonanie przez niego niniejszej umowy.
3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy, siłami własnymi lub przy udziale wybranych przez siebie podwykonawców. Zakres powierzonych podwykonawcom części przedmiotu umowy oraz ich wartość została określona w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. Wykonawca za działania bądź zaniechania podwykonawcy, odpowiada tak jak za działania bądź zaniechania własne.

Termin realizacji**§ 2**

Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustaliły do ... dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy.

§ 3

1. Wykonawca zapewni na swój koszt dostawę przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, do wskazanego pomieszczenia w budynku Zamawiającego w Białej Podlaskiej oraz jego rozładunek, uruchomienie, instalację, konfigurację oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z jego obsługi.
2. Dostawa zostanie realizowana transportem Wykonawcy i na jego koszt, najpóźniej do godziny 14-tej ostatniego dnia dostawy. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, dostarczonego po godzinie 14-tej.
3. Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, wyda Zamawiającemu, instrukcje ich obsługi, książki serwisowe oraz inne wymagane odrębnymi przepisami dokumenty, wraz z tłumaczeniem na język polski, umożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest zawiadomienie Zamawiającego o terminie dostawy z dwudniowym wyprzedzeniem.

§ 4

1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, niezwłocznie po osiągnięciu gotowości do obioru tj. dostawie, rozładunku, uruchomieniu, instalacji, konfiguracji, przeszkoleniu pracowników oraz wydaniu wszystkich wymaganych umową dokumentów.
2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru zawierający wszelkie istotne okoliczności i oświadczenia Stron, a w tym oświadczenie Zamawiającego o odbiorze przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, bądź o odmowie jego odbioru oraz wskazanie przyczyn odmowy.
3. Niebezpieczeństwo utraty czy też uszkodzenia dostarczonego przedmiotu umowy, o który mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą protokolarnego zakończenia czynności odbioru bez uwag.
4. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli:
 - 1) przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, nie będzie zgodny z warunkami niniejszej umowy lub Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, albo
 - 2) stwierdzone zostaną wady przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Cena i warunki płatności

§ 5

1. Za terminowe i prawidłowe pod względem jakościowym i ilościowym wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie które nie przekroczy kwoty brutto zł (słownie: zł i .../100) zgodnie z ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy i Formularzem cenowym, którego kopia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie, po zrealizowaniu bez usterek i wad całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez uwag, na podstawie faktur / rachunków płatnych w formie przelewu w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur / rachunków, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze / rachunku.

3. Podstawą do wyliczenia wartości faktury / rachunku będzie iloczyn ilości poszczególnych urządzeń składających się na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, odebranych przez Zamawiającego bez uwag i cen jednostkowych wskazanych w Formularzu cenowym, którego kopia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
4. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest kwotą ostateczną obejmującą cały zakres umowy przedstawiony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, i jako wynagrodzenie ryczałtowe nie będzie podlegać jakiegokolwiek waloryzacji ani jakimkolwiek zwiększeniu, w tym w szczególności w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 niniejszej umowy.
5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP 537-21-31-853.
6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP

Odstąpienie od umowy i kary umowne

§ 6

1. Poza wypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający może odstąpić od umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, również w szczególności gdy:
 - 1) Wykonawca w terminie, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, nie dostarczy całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy;
 - 2) Zamawiający odmówi dokonania odbioru całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie.
2. Poza wypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, również w szczególności gdy:
 - 1) Zamawiający odmówi dokonania odbioru części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie;
 - 2) Wykonawca w terminie, o których mowa w § 2 niniejszej umowy, nie dostarczy części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy;
 - 3) Wykonawca naruszy inne istotne warunki niniejszej umowy.
3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie z tytułu wykonania.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy w części Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości będącej sumą iloczynów ilości odebranych bez uwag przez Zamawiającego urządzeń i cen jednostkowych wskazanych w Formularzu cenowym Wykonawcy, którego kopia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
5. Płatność, o której mowa ust. 4 niniejszego paragrafu odbędzie się zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
6. Prawo odstąpienia niniejszej umowy Zamawiający może wykonać w terminie 7 dni kalendarzowych od uzyskania informacji o okoliczności wskazanej w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, stanowiącej przyczynę odstąpienia.
7. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 1) w wypadku nie dostarczenia w terminie wskazanym w § 2 niniejszej umowy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy – w wysokości 0,5% wartości brutto nieodebranej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,
 - 2) w wypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy – w wysokości 0,5% wartości brutto części przedmiotu umowy objętej naprawą gwarancyjną za każdy dzień zwłoki,
 - 3) w wypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20% wartości brutto nieodebranej części przedmiotu niniejszej umowy.
2. Strony oświadczają, iż łączna maksymalna kwota naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy, nie przekroczy 25% kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
 3. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości przenoszącej zastrzeżone kary umowne. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy zestawienia tych kosztów.
 4. Naliczone kary umowne, jak również koszty wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający może również potrącić z przysługującej Wykonawcy wierzytelności z tytułu wynagrodzenia.

Warunki gwarancji i rękojmi

§ 8

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, na okres minimum 12 miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru bez uwag.
3. W wyniku zaistnienia konieczności naprawy w ramach gwarancji Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt obowiązany jest do:
 - 1) przystąpienia do naprawy w terminie 48 godzin od dnia zgłoszenia;
 - 2) dokonania naprawy w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od daty zgłoszenia;
 - 3) naprawa podzespołu urządzenia więcej niż 3 razy w ramach gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy;
 - 4) wymiany na sprzęt fabrycznie nowy w terminie do 14 dni od dnia stwierdzenia wady nie dającej się usunąć lub nie naprawienia przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 3 pkt. 2) niniejszego paragrafu.
4. Okres gwarancji jest automatycznie przedłużany o okres od daty zgłoszenia usterki do daty odbioru po naprawie.
5. Naprawy będą dokonywane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego w miejscu eksploatacji urządzeń składających się na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W wypadku braku możliwości dokonania w miejscu wskazanym Wykonawca na własny koszt dokona odbioru i zwrotu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w miejsce jego eksploatacji.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do serwisowania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, z wymianą materiałów zużytych minimum raz do roku zgodnie z wymaganiami serwisu wskazanymi przez producenta dostarczonego asortymentu. Ostatni przegląd serwisowy odpędzie się po upływie terminu gwarancji wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

7. Wykonawca w zakresie pkt. 9.21. i 9.22. opisu przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do zagwarantowania serwisu pogwarancyjnego na okres minimum 10 lat.
8. Wykonawca oświadcza, iż koszt związany z serwisem, o którym mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, został uwzględniony w kwocie, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Postanowienia końcowe

§ 9

Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Kodeks Cywilny.

§ 12

1. Osoba po stronie Wykonawcy podpisująca niniejszą umowę oświadcza, że jest w pełnym zakresie umocowana do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuje i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia niniejszej umowy.
2. Osoby po stronie Zamawiającego podpisujące niniejszą umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, którego reprezentują i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia niniejszej umowy.
3. Zawiadomienia wskazane w umowie mogą być dokonywane na piśmie lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru na adresy Stron:
 - 1) Wykonawcy:
 - 2) Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska e-mail: psw@pswbp.pl, tel. 83 344 99 00.
4. Strony są zobowiązane informować się niezwłocznie nawzajem na piśmie o każdej zmianie siedziby, bądź adresu do doręczeń, pod rygorem uznania doręczenia korespondencji na ostatnio wskazany adres za skuteczne, tj. wywołujące skutki prawne.
5. Osobą odpowiedzialną za realizację i odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, ze strony Zamawiającego jest
6. Osoba wskazana w ust. 5 niniejszego paragrafu nie jest upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, które zmierzałyby do zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia;
2. Kopia oferty Wykonawcy;
3. Wykaz podwykonawców;

4. Formularz

cenowy.

Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu medycznego szczegółowo opisana poniżej.
2. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy tj. wykonany z nowych elementów, nie używany, zapakowany w oryginalne opakowania producenta.
3. Zamawiający przedstawił minimalne parametry techniczne, które spełniałyby założone wymagania techniczne i jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Wykonawca może zaoferować inny typ urządzenia, ale musi być ono równoważne jakościowo do określonego w SWZ. Oznacza to, że w ofercie nie może być zaoferowane urządzenie o niższym standardzie i gorszych parametrach niż określone w SWZ. Wykonawca proponujący typ urządzenia zobowiązany jest wykazać, że jest ono równoważne jakościowo i spełnia wymagane normy, parametry i standardy. W takim przypadku zadaniem Wykonawcy jest wskazanie i udowodnienie wymaganego przez Zamawiającego poziomu parametrów i jakości poprzez podanie typów urządzeń, producentów i opisu zawierającego co najmniej informacje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gorszych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych przedmiotu zamówienia oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania.
4. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których przedmiot zamówienia zostanie dostarczony (Zamawiający może usunąć opakowania po dostawie, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczone urządzenia, mimo braku opakowań, będą podlegały usłudze gwarancyjnej).
5. Dostawa, rozładunek i montaż urządzeń w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
6. Transport na koszt Wykonawcy.
7. Wymagane jest przeszkolenie pięciu osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonych urządzeń obejmujące całą funkcjonalności oraz ćwiczenia w praktycznym wykorzystaniu dostarczonych urządzeń w wymiarze minimum 4 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut).
8. Zamawiający dopuszcza możliwość przeszkolenia pracowników w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jednakże koszty związane przejazdem, noclegiem (w hotelu / ośrodku / pensjonacie itp. odpowiadającym standardowi pokoju w hotelu 3 gwiazdkowym) i całodziennym wyżywieniem wszystkich uczestników szkolenia pokrywa Wykonawca.
9. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu medycznego w ilości i o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.1. Aparat KTG (kardiotokograf) w ilości 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.1.1. głowica - budowa z min. 7 kryształów FHR ok. 50 – 240 bpm;
 - 9.1.2. automatyczne wykrywanie ruchów płodu;
 - 9.1.3. analiza badania KTG;
 - 9.1.4. wyświetlacz typu LED;
 - 9.1.5. informacje na wyświetlaczu: FHR 1, TOCO, alarmy;
 - 9.1.6. ustawienia dźwięków:
 - 9.1.6.1. limity alarmowe (górne i dolne);
 - 9.1.6.2. głośność rytmu serca;
 - 9.1.6.3. głośności alarmu;
 - 9.1.7. drukarka: rozmiar papieru A4;
 - 9.1.8. papier do drukarki 10 sztuk;

- 9.1.9. prędkość druku 1,2,3 cm/min;
- 9.1.10. zasilanie: 100 – 240V AC, 50/60 Hz, oraz DC 18V 2.5A.
- 9.2. Wózek do aparatu KTG w ilości 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.2.1. rozmiar blatu 22,5 – 30,0 x 31,5 – 40,0 cm;
 - 9.2.2. wykonany ze stali;
 - 9.2.3. posiada kółka wykończone gumą;
 - 9.2.4. dwa kółka obrotowe z hamulcem;
 - 9.2.5. w zestawie plastikowy pojemnik na akcesoria oraz uchwyt do kabli.
- 9.3. Waga ze wzrostomierzem w ilości 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.3.1. elektroniczna waga kolumnowa z funkcją BMI;
 - 9.3.2. wzrostomierz;
 - 9.3.3. klasa dokładności: III (3);
 - 9.3.4. nośność: 200 kg;
 - 9.3.5. podziałka (g): 100 g < 150 kg > 200 g;
 - 9.3.6. zasilanie: baterie, zasilacz;
 - 9.3.7. wymiary (szer. x wys. x gł.): 290 – 294 x 800 – 831 x 400-417 mm;
 - 9.3.8. waga netto: 6,0 kg – 6,3 kg;
 - 9.3.9. funkcje: automatyczne wyłączenie, rolki transportowe, TARA, HOLD, przełączanie zakresów ważenia, BMI;
 - 9.3.10. CE 0109, CE 0123.
- 9.4. Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa w ilości 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.4.1. system programowania parametrów infuzji z możliwością ustawiania co najmniej: prędkości, prędkości i dawki, prędkości i czasu lub dawki i czasu;
 - 9.4.2. prędkość dozowania nastawiana co 0,1 ml/h:
 - 9.4.2.1. 0,1 ÷ 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml;
 - 9.4.2.2. 0,1 ÷ 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml;
 - 9.4.2.3. 0,1 ÷ 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml;
 - 9.4.2.4. 0,1 ÷ 600 ml/h dla strzykawki 10 ml;
 - 9.4.2.5. 0,1 ÷ 400 ml/h dla strzykawki 5 ml;
 - 9.4.3. objętość infuzji minimum: 0,1 ÷ 1000 ml, ustawiana max co 0,1 ml;
 - 9.4.4. maksymalna prędkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus) nastawiana co 0,1 ml/h:
 - 9.4.4.1. do 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml;
 - 9.4.4.2. do 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml;
 - 9.4.4.3. do 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml;
 - 9.4.4.4. do 600 ml/h dla strzykawki 10 ml;
 - 9.4.4.5. do 400 ml/h dla strzykawki 5 ml;
 - 9.4.5. jednostki programowania infuzji co najmniej: ml/h, µg/h, mg/h, µg/kg/h, mg/kg/h, µg/kg/min, mg/kg/min;
 - 9.4.6. dawka początkowa do objętości strzykawki;
 - 9.4.7. waga pacjenta: do 300 kg;
 - 9.4.8. czas infuzji: minimum 98 godzin;
 - 9.4.9. prędkość KVO: w zakresie co najmniej od 0 ÷ 5 ml, programowana co max 0,1 ml/h Dokładność dozowania: +/- 2%;
 - 9.4.10. programowane ciśnienie okluzji – co najmniej 9 poziomów: W zakresie co najmniej 40 ÷ 120 kPa co max 10 kPa;
 - 9.4.11. typy strzykawk: 10, 20, 30, 50/60 ml (kompatyblne ze strzykawkami różnych producentów);
 - 9.4.12. zasilanie: w zakresie od 100 - 240 V AC, 50/60 Hz lub 12 - 15 V DC Pobór mocy: maksymalnie 10 VA;

- 9.4.13. akumulator wewnętrzny: NiMh (min. 1300 mAh);
- 9.4.14. czas pracy z akumulatora: co najmniej 20 h przy prędkości 5 ml/h;
- 9.4.15. czas ładowania akumulatora: max 24 h Wymiary gabarytowe (s x g x w): 320 x 182 x 142 mm +/-5 mm;
- 9.4.16. klasa ochronności (minimum) I, CF, odporność na defibrylację;
- 9.4.17. waga (z akumulatorem) max 4 kg;
- 9.4.18. port komunikacyjny np. RS-232;
- 9.4.19. warunki pracy urządzenia: temperatura otoczenia w zakresie co najmniej od + 5 °C do + 40 °C, wilgotność względna w zakresie co najmniej 20% ÷ 90%;
- 9.4.20. gniazdo alarmu zewnętrznego;
- 9.4.21. wyświetlacz: LCD duży, czytelny, dwuwierszowy, INNE FUNKCJE (co najmniej):
 - 9.4.21.1. likwidacja bolusa okluzyjnego (ABS);
 - 9.4.21.2. automatyczne rozpoznawanie strzykawkę;
 - 9.4.21.3. informacja o stanie naładowania akumulatora;
 - 9.4.21.4. biblioteka leków z możliwością modyfikacji (min. 15 leki);
 - 9.4.21.5. infuzje wielofazowe z możliwością zapisania profilu;
 - 9.4.21.6. wskaźnik ciśnienia infuzji;
 - 9.4.21.7. programowanie nazwy oddziału;
 - 9.4.21.8. interfejs użytkownika w języku polskim;
 - 9.4.21.9. możliwość zablokowania przycisków klawiatury;
 - 9.4.21.10. blokada zmiany parametrów hasłem;
 - 9.4.21.11. funkcja wypełniania drenu;
 - 9.4.21.12. funkcja STAND-BY (od co najmniej 1 sek. - 24h);
 - 9.4.21.13. testy użytkownika i serwisowe;
 - 9.4.21.14. historia infuzji: około 2000 zdarzeń;
 - 9.4.21.15. czas utrzymania danych w pamięci: do min. 10 lat;
 - 9.4.21.16. regulacja głośności alarmu: co najmniej 3 poziomy głośności, ton przerywany lub ciągły Instrukcja obsługi w języku polskim;
- 9.4.22. statyw jezdny z listwą przyłączeniową i uchwytem umożliwiającym przymocowanie pompy oraz wieszakiem na kroplówki (2 sztuki).
- 9.5. Pompa infuzyjna, objętościowa w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.5.1. szybkość dozowania - w trybie standard w zakresie co najmniej od 1 - 1000 ml/godz. Programowana co max. 0,1 ml/godz.;
 - 9.5.2. dokładność dozowania: <=5%;
 - 9.5.3. maksymalna objętość dozowania: 9 999 ml, programowana co max. 0,1 ml;
 - 9.5.4. maksymalny czas dozowania: co najmniej 98 godzin;
 - 9.5.5. szybkość dozowania w trybie KVO: 0 - 5 ml/godz.;
 - 9.5.6. szybkość dozowania w trybie BOLUS maks. 1500 ml/godz., ustawiana co max. 1 ml
 - 9.5.7. programowane ciśnienie okluzji: płynne ustawianie w zakresie co najmniej 40 - 80 kPa;
 - 9.5.8. detektor powietrza: ustawianie czułości: jednorazowo 0,01 - 0.05 ml powietrza, maks. 1 ml w ciągu 15 min. Infuzji;
 - 9.5.9. wyposażony w ergonomiczny uchwyt;
 - 9.5.10. czas ładowania akumulatora: max. 24 godz.;
 - 9.5.11. zasilanie wewnętrzne akumulatorowe: 12h przy przepływie 25 ml/h;
 - 9.5.12. zasilanie sieciowe: 210-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny);
 - 9.5.13. wymiary: 230 x 140 x 230 mm +/- 5 mm;

- 9.5.14. warunki pracy: temperatura otoczenia w zakresie co najmniej +5 do 40°C
wilgotność względna w zakresie co najmniej 20% - 90%;
- 9.5.15. funkcje:
 - 9.5.15.1. informacja o stanie naładowania akumulatora - biblioteka leków z możliwością modyfikacji - wskaźnik ciśnienia infuzji - programowanie nazwy oddziały;
 - 9.5.15.2. blokada zmiany parametrów hasłem;
 - 9.5.15.3. funkcja wypełniania drenu - funkcja STAND-BY (1 sek. - 24h);
 - 9.5.15.4. testy użytkownika i serwisowe;
- 9.5.16. historia infuzji: do 2000 zdarzeń Regulacja głośności alarmu: co najmniej 3 poziomy głośności, ton przerywany lub ciągły;
- 9.5.17. statyw jezdny z listwą przyłączeniową i uchwytem umożliwiającym przymocowanie pompy oraz wieszakiem na kroplówki (1 sztuka);
- 9.6. Aparat do pomp objętościowych w ilości 20 sztuk o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.6.1. dren do przetoczeń płynów infuzyjnych przez pompę, z filtrem i zatyczką;
 - 9.6.2. ostry kolec komory kroplowej;
 - 9.6.3. odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką;
 - 9.6.4. górna część komory kroplowej dopasowana do czujnika kropli;
 - 9.6.5. zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej;
 - 9.6.6. krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy.
- 9.7. Lampa bezcieniowa sufitowa w ilości 3 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.7.1. do diagnostyki medycznej i oświetlenia pola zabiegowego;
 - 9.7.2. zapewnia profesjonalne oświetlenie medyczne o wysokich i odpowiednich dla procedur medycznych parametrach;
 - 9.7.3. źródłem światła w lampie zabiegowej co najmniej 7 żarówek LED zgrupowanych w jednej głowicy świetlnej osadzonej na dwuramiennym wysięgniku prostowodowym umożliwiającym swobodne kierowanie światła na pole zabiegowe;
 - 9.7.4. emitowane światło posiada odpowiedni kształt i wielkość plamki świetlnej oraz wysokie natężenie i temperaturę barwową;
 - 9.7.5. włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej odbywa się wyłącznikiem klawiszowym zainstalowanym w zasilaczu na uchwycie lampy;
 - 9.7.6. natężenie światła 35.000 lx z odległości 1 metra;
 - 9.7.7. plamka świetlna 180 mm z odległości co najmniej 1 metra;
 - 9.7.8. barwa światła co najmniej 4700K biała lekko chłodna;
 - 9.7.9. wskaźnik oddawania barw Ra 93;
 - 9.7.10. energooszczędna - pobór mocy tylko 14 VA;
 - 9.7.11. dwuramienny wysięgnik z przegubem;
 - 9.7.12. długość ramienia co najmniej 140 cm;
 - 9.7.13. zakres obrotu w osi pionowej na uchwycie sufitowym co najmniej 210°;
 - 9.7.14. długość uchwytu sufitowego zostanie doprecyzowana po podpisaniu umowy;
- 9.8. Lampa bakterioobójcza przepływowa jednofunkcyjna z licznikiem czasu pracy w ilości 5 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.8.1. napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz;
 - 9.8.2. energooszczędne - pobór mocy: 115 W, element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W
 - 9.8.3. trwałość promiennika: co najmniej 8000 h;
 - 9.8.4. wydajność wentylatora: co najmniej 199 m³/h;
 - 9.8.5. dezynfekowana kubatura: co najmniej 45-90 m³/h;
 - 9.8.6. zasięg działania lampy: co najmniej 18-36 m²;

- 9.8.7. wymiary kopuły: co najmniej 1125 x 215 x 130 mm (+/- 20 mm);
- 9.8.8. wymiary: co najmniej 1190 x 215 x 145 mm (+/- 20 mm);
- 9.8.9. masa: 9 kg (+/- 0,20 kg);
- 9.8.10. sposób montażu: N - uniwersalna (ściennie-sufitowa);
- 9.8.11. przepływowa lampa bakteriobójcza, która dezynfekuje powietrze w obecności personelu i pacjentów;
- 9.8.12. przepływowość: model wymusza przepływ powietrza przez komorę UV-C;
- 9.8.13. obudowa: blacha kwasoodporna;
- 9.8.14. licznik czasu pracy do lampy z 4-polowym wyświetlaczem LED, z akustyczną sygnalizacją konieczności wymiany promienników;
- 9.8.15. pilot do lampy bakteriobójczej;
- 9.8.16. montaż lamp bakteriobójczych;
- 9.8.17. zestaw 5 szt. zapasowych filtrów do przepływowych lamp NBVE jednofunkcyjnych - 5 kpl.;
- 9.8.18. promiennik do lampy bakteriobójczej jednofunkcyjnej - 5 sztuk.
- 9.9. Inkubator zamknięty w ilości 1 szt. o a parametrach nie gorszych niż:
 - 9.9.1. inkubator zamknięty przeznaczony dla wcześniaków i noworodków;
 - 9.9.2. podstawa jezdna z możliwością zablokowania każdego kółka;
 - 9.9.3. zasilanie sieciowe 100-240V AC, 50-60 Hz;
 - 9.9.4. kopuła:
 - 9.9.4.1. konstrukcja kopuły dwuścienna;
 - 9.9.4.2. kurtyna powietrzna zapobiegająca spadkowi temperatury po otwarciu drzwiczek;
 - 9.9.4.3. minimum 6 drzwiczek, zapewniających dostęp do noworodka z każdej strony;
 - 9.9.4.4. minimum 12 otworów przelotowych z uszczelkami do wprowadzenia przewodów, cewników lub respiratorowych układów pacjenta;
 - 9.9.4.5. umiejscowienie otworów umożliwiające wyjęcie noworodka z inkubatora bez odłączania przewodów, cewników i rur;
 - 9.9.4.6. możliwość odchylenia przedniej i tylnej ścianki;
 - 9.9.4.7. niski poziom hałasu wewnątrz kopuły zapewniający komfort przebywającego w nim noworodka, min. 45 dB;
 - 9.9.4.8. tacka na kasetę rentgenowską, umiejscowiona pod materacykiem;
 - 9.9.4.9. montaż kasetki bez konieczności przemieszczania dziecka;
 - 9.9.4.10. mechanizm regulacji nachylenia materacyka w zakresie minimum +/- 12°;
 - 9.9.4.11. wygodna obsługa inkubatora – panel sterowania, zbiornik wody oraz regulacja przechyłu realizowana z przodu inkubatora
 - 9.9.4.12. wymienny filtr powietrza;
- 9.9.5. sterowanie i obsługa
 - 9.9.5.1. panel sterowania umieszczony z przodu urządzenia, wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej ekranu minimum 7”;
 - 9.9.5.2. automatyczne blokowanie przycisków zapobiegające przypadkowemu przyciśnięciu klawiszy;
 - 9.9.5.3. prezentacja na ekranie mierzonych i ustawionych wartości parametrów temperatury, wilgotności;
 - 9.9.5.4. widoczny stale na ekranie wykres trendów z zakresem do 3 dni monitorowania;
 - 9.9.5.5. możliwość wyboru parametrów wyświetlanych na ekranie trendów (temperatura powietrza, temperatura skóry, wilgotność);

- 9.9.5.6. możliwość wyświetlenia na ekranie okna pomocy ze skróconą instrukcją obsługi panelu sterowania wraz ze zdjęciami ułatwiającymi poznanie obsługi urządzenia;
- 9.9.5.7. procedura auto-testu podczas włączania inkubatora sprawdzająca prawidłowość działania systemu;
- 9.9.6. regulacja i pomiar temperatury
 - 9.9.6.1. inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji temperatury w zależności od mierzonej temperatury powietrza lub od temperatury skóry noworodka;
 - 9.9.6.2. pomiar temperatury skóry noworodka może być realizowany w dwóch punktach jednocześnie. Na wyposażeniu dwa czujniki temperatury skóry;
- 9.9.7. regulacja i pomiar wilgotności
 - 9.9.7.1. automatyczny układ sterowania i pomiaru wilgotności powietrza pod kopułą;
 - 9.9.7.2. zakres regulacji wilgotności regulowany w zakresie do min. 95% przy rozdzielczości 1%. Zbiornik na wodę znajdujący się poza przedziałem pacjenta, możliwa sterylizacja w autoklawie;
 - 9.9.7.3. możliwość rozbudowy o zewnętrzny ekran z możliwością obrotu, o przekątnej minimum 7" do wyświetlania obrazu z kamery umieszczonej wewnątrz inkubatora, mierzonych parametrów oraz danych z czujnika saturacji;
- 9.9.8. alarmy:
 - 9.9.8.1. system alarmowy wizualny i dźwiękowy;
 - 9.9.8.2. alarmy dotyczące temperatury, wilgotności;
 - 9.9.8.3. alarmy systemowe wraz z opisem informujące o nieprawidłowej pracy urządzenia. Akumulator litowo-jonowy zapewniający alarm dźwiękowy przez min. 30 minut przy braku zasilania zewnętrznego;
- 9.10. Ssak elektryczny w ilości 3 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.10.1. butla wielokrotnego użytku z poliwęglanu, pojemność min. 1 l;
 - 9.10.2. przepływ min. 16 l/min.;
 - 9.10.3. regulator i wskaźnik podciśnienia;
 - 9.10.4. dreny silikonowe z łącznikami;
 - 9.10.5. filtr bakteryjny zasilanie sieciowo-akumulatorowe;
 - 9.10.6. wózek na pięciu kołach, w tym min. jedno z blokadą.
- 9.11. Waga noworodkowa w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.11.1. elektroniczna waga przeznaczona do ważenia leżących niemowląt i dzieci w pozycji pionowej do wagi 20 kg;
 - 9.11.2. zasilanie sieciowe (w zestawie zasilacz) lub bateryjne;
 - 9.11.3. waga wyposażona w wbudowaną poziomnicę i poziomowalne nóżki;
 - 9.11.4. obciążenie maksymalne: 20 kg;
 - 9.11.5. dokładność odczytu: $5\text{ g} < 10\text{ kg} > 10\text{ g}$;
 - 9.11.6. wyświetlacz LCD;
 - 9.11.7. zasilanie: bateryjne oraz sieciowe (zasilacz w zestawie);
 - 9.11.8. wymiary wagi: 560-570 x 330-360 x 145-165 mm;
 - 9.11.9. opcje: TARA, HOLD, automatyczne wyłączanie;
 - 9.11.10. wzrostomierz;
 - 9.11.11. torba transportowa.
- 9.12. Stolik reanimacyjny w ilości 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:

- 9.12.1. wózek wykonany z elementów łączonych z ABS, stopu aluminium, konstrukcji stalowej o wymiarach szer.700 mm x głęb. 425mm x wys. 900 mm (dopuszcza się zwiększenie wymiarów o max. +60 mm);
- 9.12.2. blat z 2 uchwytami na ręce po obu stronach w całości wykonany z tworzywa z ABS;
- 9.12.3. wyposażony w rant zabezpieczający przed zsuwaniem się elementów o wysokość max. 70 mm.
- 9.12.4. wyposażony w pięć szuflad o trzech różnych wysokościach zamykanych przy pomocy centralnego zamka;
- 9.12.5. umieszczony pod blatem roboczym wysuwany na prowadnicach dodatkowy blat roboczy;
- 9.12.6. na boku wózka zamontowany dodatkowy wykonany z tworzywa pojemnik na akcesoria;
- 9.12.7. składany stojak na kroplówki o regulowanej wysokości,
- 9.12.8. 2-litrowym pojemnikiem na ostre przedmioty umieszczony w koszyku oraz 2 koszami na śmieci w 2 kolorach.
- 9.12.9. wszystkie elementy zamontowane po prawej stronie wózka.
- 9.12.10. nad blatem 2 rzędy po 10 pojemników wykonanych z przezroczystego tworzywa do umieszczenia drobnych elementów: strzykawki, igły etc.;
- 9.12.11. wózek przejezdny wyposażony w 4 tzw. ciche kółka antystatyczna z osłoną PVC, 2 kółka wyposażone w blokadę.
- 9.13. Aparat EKG w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.13.1. 1-kanałowy aparat EKG (12 odprowadzeń);
 - 9.13.2. możliwość korzystania z urządzenia bez dostępu do zasilania sieciowego;
 - 9.13.3. wyposażony w drukarkę termiczną;
 - 9.13.4. manualny i automatyczny tryb zapisu;
 - 9.13.5. zasilanie: 230V, 50/60Hz lub akumulator;
 - 9.13.6. wyposażenie:
 - 9.13.6.1. kabel EKG - 1 zestaw;
 - 9.13.6.2. pas gumowy do elektrod - 2 sztuki;
 - 9.13.6.3. elektrody przyssawkowe - 2 zestawy;
 - 9.13.6.4. elektrody klamrowe - 1 zestaw;
 - 9.13.6.5. kabel zasilający - 1szt.;
 - 9.13.6.6. papier termiczny - 1szt.;
 - 9.13.6.7. instrukcja obsługi w języku polskim - 1szt.;
 - 9.13.7. papier termiczny do aparatu EKG - 20 sztuk.
- 9.14. Kardiomonitor w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.14.1. Moduły pomiarowe: monitor EKG (analiza odcinka ST/AR, możliwość zamrożenia i analizy krzywej; kaskada EKG);
 - 9.14.2. pulsoksymetr (poziom natlenienia - saturacji [SpO₂] oraz pulsu [PR]);
 - 9.14.3. ciśnieniomierz (NIBP - pomiar ręczny, automatyczny; dedykowany ekran pomiaru NIBP), temperatura;
 - 9.14.4. wszystkie akcesoria pomiarowe;
 - 9.14.5. rączka do mocowania;
 - 9.14.6. czytelny kolorowy 7" wyświetlacz LCD TFT o wysokiej rozdzielczości;
 - 9.14.7. różne konfiguracje ekranu;
 - 9.14.8. menu oraz instrukcja obsługi w języku polskim;
 - 9.14.9. alarmy wizualne i dźwiękowe z możliwością ustawienia granic włączeni alarmu;
 - 9.14.10. pamięć mierzonych parametrów;

- 9.14.11. trendy tabelaryczne i graficzne.
- 9.15. Pulsoksymetr w ilości 5 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.15.1. alarmy - sygnalizacja wizualna.
 - 9.15.2. zaprogramowane alarmy informujące o stanie zdrowia pacjenta.
 - 9.15.3. wskazuje: puls (PR), SpO₂, poziom baterii, falę pulsu, wykres słupkowy.
- 9.16. Termometr elektroniczny w ilości 5 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.16.1. czas pomiaru: 1 sekunda;
 - 9.16.2. dokładność pomiaru: 0,2 stopnia;
 - 9.16.3. miejsce pomiaru: czoło, pokój, przedmiot (np. mleko w butelce), ucho, woda;
 - 9.16.4. sygnał dźwiękowy końca pomiaru;
 - 9.16.5. zasilanie: baterie AAA.
- 9.17. Glukometr w ilości 5 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.17.1. przedział pomiarowy systemu 10 - 600 mg/dL (0,6 - 33,3 mmol/L);
 - 9.17.2. objętość próbki 1 - 2 μ L;
 - 9.17.3. zasilanie 1 bateria;
 - 9.17.4. trwałość baterii ok. 1000 pomiarów lub ok. 1 roku;
 - 9.17.5. samoczynne wyłączanie po 30 lub 90 sekundach;
 - 9.17.6. pamięć minimum 500 wyników z czasem i datą oraz wartości średnie z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.
- 9.18. Zestaw do odciągania pokarmu z akcesoriami w ilości 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.18.1. 3-fazowy laktator odwzorowujący naturalny przebieg funkcji ssania dziecka (fazę stymulacji wypływu pokarmu, fazę mieszaną i fazę głębokiego odciągania);
 - 9.18.2. możliwość doboru ilości cykli od 200 do 25 cykli/min.;
 - 9.18.3. każda faza minimum 9 poziomów mocy, łącznie minimum 27 poziomów regulacji;
 - 9.18.4. obsługa za pomocą panelu LCD;
 - 9.18.5. wyświetlacz LCD;
 - 9.18.6. wyposażony w wąż silikonowy, minimum 80 cm, pozwalający na odstawienie silnika np. na stoliku, obok łóżka;
 - 9.18.7. zasilacz pozwalający odstawić silnik z boku;
 - 9.18.8. uniwersalne zasilanie (zasilacz, baterie, USB) - sieciowe/ baterie (4xAA).
- 9.19. Miednicomierz w ilości 4 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.19.1. wymiary: długość 33cm;
 - 9.19.2. zakrzywione szczęki;
 - 9.19.3. skala w calach i centymetrach do od 1 do 40 cm;
 - 9.19.4. pierścieniowy uchwyt;
 - 9.19.5. wielokrotnego użytku;
 - 9.19.6. stal chirurgiczna;
 - 9.19.7. wykończenie satynowe;
 - 9.19.8. niejałowy;
 - 9.19.9. bez lateksu;
- 9.20. Stanowisko do resuscytacji noworodka w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.20.1. długość minimum 1100 mm;
 - 9.20.2. szerokość minimum 800 mm;
 - 9.20.3. wysokość minimum 1875 mm;
 - 9.20.4. ogrzewacz promiennikowy z obrotową głowicą +/- 180 stopni z wbudowanym oświetleniem;
 - 9.20.5. kwarcowy promiennik podczerwieni;

- 9.20.6. regulacja temperatury: ręczna i automatyczna;
- 9.20.7. utrzymywanie nastawionej temperatury z dokładnością min +/- 0,2 °C. Zakres automatycznej regulacji temperatury 34° - 39° C;
- 9.20.8. czujnik temperatury wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji;
- 9.20.9. łóżeczko z materacem piankowym niepodgrzewanym o wymiarach minimalnych 750 x 550 mm;
- 9.20.10. kolor materacyka dopasowany do koloru stanowiska;
- 9.20.11. przechył łóżeczka regulowany płynnie bezstresowo w zakresie min. +/- 15° do pozycji Trendelenburga;
- 9.20.12. ścianki z czterech stron łóżeczka otwierane z możliwością szybkiego demontażu do mycia;
- 9.20.13. ścianki wykonane z materiału odpornego na UV oraz środki dezynfekcyjne;
- 9.20.14. podstawa jezdna inkubatora z blokadą min. 2 kółek, kółka przewodzące ładunki elektrostatyczne;
- 9.20.15. wyposażenie do terapii tlenowej:
 - 9.20.15.1. mikser złożony z:
 - 9.20.15.1.1. przepływomierz tlenu 1szt.;
 - 9.20.15.1.2. przepływomierz powietrza 1 szt.;
 - 9.20.15.1.3. komplet drenów.
- 9.20.16. wieszak do kroplówki mocowany do stelaża inkubatora, rura do zawieszenia pomp infuzyjnych;
- 9.20.17. ssak tlenowy podciśnieniowy z regulacją podciśnienia i pomiarem w zakresie 0-25Kpa,
- 9.20.18. pojemnik na wydzielinę wielorazowy 500ml;
- 9.20.19. alarm świetlny i dźwiękowy oraz wyłączenie grzejnika w przypadku przegrzania lub niedogrzenia;
- 9.20.20. alarm świetlny i dźwiękowy w przypadku uszkodzenia lub odłączenia czujnika temperatury;
- 9.20.21. wyświetlacz temperatury trójkolorowy o wysokości cyfr min. 30 mm zmieniający kolor wskazań w zależności od różnicy temperatury zadanej i mierzonej,
- 9.20.22. komunikaty słowne o błędach i awariach wyświetlane na ekranie;
- 9.20.23. kolumna stanowiska wyposażona w prowadnice do mocowania osprzętu;
- 9.20.24. półka na dodatkowe wyposażenie;
- 9.20.25. szafka z min. dwoma szufladami wysuwanymi do przodu urządzenia, obciążenie min. 10 kg każda.
- 9.20.26. oświetlenie podstawowe luminescencyjne min 200 W lub diodowe min. 50 W;
- 9.20.27. możliwość zainstalowania w głowicy ogrzewacza diodowej lampy do fototerapii światłem niebieskim;
- 9.20.28. urządzenie wyposażone w zegar Apgar o następujących interwałach czasowych: 1 min., 3 min., 5 min., 10 min.;
- 9.20.29. urządzenie do resuscytacji noworodków z bezpiecznym i precyzyjnym regulowanym ciśnieniem wdechowym od 5 do 70 cmH₂O i PEEP od 8 do 9 cm H₂O.
- 9.20.30. umożliwiające ręczne taktowanie częstości oddechowej.
- 9.20.31. posiadające wbudowany manometr wskazujący ciśnienie w drogach oddechowych.

- 9.20.32. urządzenie zamocowane na prowadnicach pionowych z lewej lub prawej strony kolumny stanowiska do resuscytacji w sposób rozłączny.
- 9.21. Panel gazów medycznych I w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 9.21.1. kaseton elektryczno-gazowy ścienny poziomy wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanałami dla instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL przez Zamawiającego (minimum 20 kolorów do wyboru);
 - 9.21.2. mocowany do ściany poziomy panel zasilania medycznego ze zintegrowanymi w swej obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi i teletechnicznymi;
 - 9.21.3. układ kasetonu - poziomym, w tym:
 - 9.21.3.1. głębokość nie większa niż 75 mm;
 - 9.21.3.2. długość min. 1600 mm;
 - 9.21.4. urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości: gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów;
 - 9.21.5. od frontu dostępne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko: gniazdo 2x O₂, 1xVAC, 1xN₂O podłączone do źródła sprężonego powietrza;
 - 9.21.6. panel wyposażony w dozownik - 2 szt.;
 - 9.21.7. parametry dozownika:
 - 9.21.7.1. ciśnienie zasilania: 0,5 Mpa;
 - 9.21.7.2. zakres wskazań: 0-17l/min;
 - 9.21.7.3. nawilżanie tlenu: 0-60%;
 - 9.21.7.4. jednostka miary: litr na minutę (L/min);
 - 9.21.7.5. tolerancja wskazania: +/- 10%;
 - 9.21.7.6. wtyki do systemów: AGA;
 - 9.21.7.7. wyjście gwintowane: 9/16";
 - 9.21.7.8. nawilżacz: z zaworem bezpieczeństwa;
 - 9.21.7.9. temperatura pracy: 10-30 stopni C;
 - 9.21.7.10. wymiary: 280 – 285 x 105 – 110 x 70 – 75 mm;
 - 9.21.7.11. waga: 0,5 – 0,8 kg;
 - 9.21.8. od frontu dostępne gniazda elektryczne/stanowisko:
 - 9.21.8.1. gniazdo 230V/16A - 4 szt.;
 - 9.21.8.2. gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.;
 - 9.21.9. oświetlenie: 2 żarówki LED średnica fi 50mm, mocowanie GU10, moc każdej żarówki 5W LED odpowiednik, tradycyjnej żarówki 50W, 36 stopni kąt światła, temperatura 2700K, 355 lumenów, trwałość 15.000h;
 - 9.21.10. urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb;
 - 9.21.11. rok produkcji 2021.
- 9.22. Panel gazów medycznych II w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 9.22.1. kaseton elektryczno-gazowy ścienny poziomy wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanałami dla instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL przez Zamawiającego (minimum 20 kolorów do wyboru) Mocowany do ściany poziomy panel zasilania medycznego ze zintegrowanymi w swej obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi i teletechnicznymi;
 - 9.22.2. układ kasetonu - poziomym, w tym:
 - 9.22.2.1. głębokość nie większa niż 75 mm;
 - 9.22.2.2. długość min. 1600 mm;

- 9.22.3. urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości -gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów;
- 9.22.4. od frontu dostępne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko gniazdo 2x O2, 1xVAC- podłączone do źródła sprężonego powietrza;
- 9.22.5. panel wyposażony w dozownik- 1 szt.;
- 9.22.6. parametry dozownika:
 - 9.22.6.1. ciśnienie zasilania: 0,5 Mpa;
 - 9.22.6.2. zakres wskazań: 0-17l/min.;
 - 9.22.6.3. nawilżanie tlenu: 0-60%;
 - 9.22.6.4. jednostka miary: litr na minutę (L/min.);
 - 9.22.6.5. tolerancja wskazania: +/- 10%;
 - 9.22.6.6. wtyki do systemów: AGA;
 - 9.22.6.7. wyjście gwintowane: 9/16";
 - 9.22.6.8. nawilżacz: z zaworem bezpieczeństwa;
 - 9.22.6.9. temperatura pracy: 10-30 stopni C;
 - 9.22.6.10. wymiary: 280 – 282 x 105 – 107 x 70 – 72 mm;
 - 9.22.6.11. waga: 0,5 – 0,8 kg;
- 9.22.7. Od frontu dostępne gniazda elektryczne/stanowisko:
 - 9.22.7.1. gniazdo 230V/16A 4 szt.;
 - 9.22.7.2. gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 1 szt.;
- 9.22.8. Oświetlenie:
 - 9.22.8.1. 2 żarówki LED średnica fi 50mm, mocowanie GU10, moc każdej żarówki 5W LED odpowiednik, tradycyjnej żarówki 50W, 36 stopni kąt światła, temperatura 2700K, 355 lumenów, trwałość 15.000h;
- 9.22.9. Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb;
- 9.22.10. rok produkcji 2021.
- 9.23. Drabinka gimnastyczna w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.23.1. drewniana drabinka gimnastyczna, rehabilitacyjna;
 - 9.23.2. wymiary 220 – 230 × 90 – 95 cm;
 - 9.23.3. z okuciem;
 - 9.23.4. 12 szczebli;
 - 9.23.5. wykonana zgodnie z normą bezpieczeństwa PN-EN 12346:2001;
 - 9.23.6. Szczeble drabinki powinny posiadać 3,6 cm średnicy (+/-10%);
 - 9.23.7. konstrukcja nośna ok. 12 – 14 cm szerokości i 4,5 – 5,5 cm grubości.
- 9.24. Dozownik rotametryczny do gazów w ilości 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.24.1. ciśnienie zasilania: 0,5 Mpa;
 - 9.24.2. zakres wskazań: 0-17l/min.;
 - 9.24.3. nawilżanie tlenu: 0-60%;
 - 9.24.4. jednostka miary: litr na minutę (L/min);
 - 9.24.5. tolerancja wskazania: +/- 10%;
 - 9.24.6. wtyki do systemów: AGA;
 - 9.24.7. wyjście gwintowane: 9/16";
 - 9.24.8. nawilżacz: z zaworem bezpieczeństwa;
 - 9.24.9. temperatura pracy: 10-30 stopni C;
 - 9.24.10. wymiary: 280 – 285 x 105 – 110 x 70 -75 mm;
 - 9.24.11. waga: 0,5 – 0,8 kg.

- 9.25. Hak do liny montowanej przy suficie w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 9.25.1. hak do liny wykonany ze stali;
 - 9.25.2. długość 10 – 15 cm;
 - 9.25.3. szerokość 10 – 15 cm;
 - 9.25.4. grubość ucha \varnothing 10 – 12;
 - 9.25.5. grubość blachy 6 – 8 mm;
 - 9.25.6. cztery otwory montażowe.
- 9.26. Lina porodowa w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 9.26.1. do bezpośredniego mocowania przy suficie;
 - 9.26.2. materiałowa wykonana w 100% z bawełny;
 - 9.26.3. z pokrywą lub panelem dekoracyjnym;
 - 9.26.4. łatwa wymiana chusty za pomocą stalowego pierścienia do wiązania liny;
 - 9.26.5. pierścień łączący wykonany ze stali nierdzewnej;
 - 9.26.6. karabińczyk;
 - 9.26.7. maksymalne obciążenie urządzenia: 175 kg.
- 9.27. Karimaty w ilości 12 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 9.27.1. 2 – warstwowa;
 - 9.27.2. 180 – 190 x 50 – 60 cm.
- 9.28. Aparat do pomiaru ciśnienia automatyczny w ilości 4 sztuki o parametrach nie gorszych niż:
- 9.28.1. typ ciśnieniomierza automatyczny naramienny;
 - 9.28.2. metoda pomiaru oscylometryczna;
 - 9.28.3. rozdzielczość pomiaru 1 (mmHg);
 - 9.28.4. zakres pomiaru ciśnienia 0 do 299 (mmHg);
 - 9.28.5. zakres pomiaru tętna 40 do 180 (uderzeń/min);
 - 9.28.6. dokładność pomiaru ciśnienia +/- 3 mmHg;
 - 9.28.7. dokładność pomiaru tętna +/- 5% odczytu;
 - 9.28.8. temperatura działania 10 do 40 (st.C);
 - 9.28.9. temperatura przechowywania - 20 do 60 (st.C);
 - 9.28.10. wskaźnik prawidłowo założonego mankietu;
 - 9.28.11. mankiet 22 – 32 cm;
 - 9.28.12. waga 240g (bez baterii);
 - 9.28.13. wymiary 107 x 79 x 141 mm;
 - 9.28.14. zasilanie 4 baterie 1,5V AA lub zasilacz – w zestawie;
 - 9.28.15. wyłączanie automatyczne;
 - 9.28.16. wskaźnik niskiego poziomu baterii;
 - 9.28.17. wyposażenie:
 - 9.28.17.1. ciśnieniomierz
 - 9.28.17.2. etui;
 - 9.28.17.3. instrukcja obsługi;
 - 9.28.17.4. karta do notowania zmierzonych wartości ciśnienia.
- 9.29. Aparat do pomiaru ciśnienia dla dorosłych zegarowy w ilości 10 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 9.29.1. zintegrowany przycisk precyzyjnej kontroli inflacji;
 - 9.29.2. manometr jest chroniony przed urazami mechanicznymi;
 - 9.29.3. gruszka zintegrowana z manometrem oraz ochronną łyżką;
 - 9.29.4. manometr zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i wyposażony w nierdzewny mechanizm;
 - 9.29.5. maksymalny błąd pomiaru +/- 3 mm Hg;

- 9.29.6. kompletna obudowa jest wykonana z tworzywa nietłukącego sztucznego, co zapewnia niską wagę;
- 9.29.7. innowacyjny zawór przycisku umożliwi skrajnie precyzyjną regulację i zamyka się automatycznie podczas inflacji.
- 9.30. Ciśnieniomierz pediatryczny i noworodkowy w ilości 4 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.30.1. mankiet noworodkowy: obwód od 9,5 do 13 cm;
 - 9.30.2. mankiet dziecięcy: obwód od 13 do 19 cm;
 - 9.30.3. mankiet dla nastolatków: obwód od 18,4 do 26,7 cm;
 - 9.30.4. manualny ciśnieniomierz dla dzieci;
 - 9.30.5. ciśnieniomierz naramienny;
 - 9.30.6. trwała pompka – balonik;
 - 9.30.7. zintegrowana głowica z pompką;
 - 9.30.8. w skład zestawu wchodzi:
 - 9.30.8.1. aparat pomiarowy;
 - 9.30.8.2. stetoskop;
 - 9.30.8.3. manometr;
 - 9.30.8.4. etui do przechowywania aparatu.
- 9.31. Stetoskop dla dorosłych I w ilość 5 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.31.1. system jedнопrzewodowy;
 - 9.31.2. jednolity kolor drewna, oliwek i ciepłej obwódki;
 - 9.31.3. ergonomiczna, metalowa głowica.
- 9.32. Stetoskop dla dorosłych II w ilość 5 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.32.1. głowica ze stali nierdzewnej lub z aluminium;
 - 9.32.2. z precyzyjnie wykonaną podwójną głowicą;
 - 9.32.3. długość całkowita minimum 74 cm.
- 9.33. Stetoskop dla dzieci w ilość 4 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.33.1. chromowana głowica o małych rozmiarach wykonana ze stopu cynku z najwyższą dokładnością, dobra jakość dźwięków i wysoka trwałość;
 - 9.33.2. mały lejek pediatryczny 30 mm do dokładnego osłuchiwania niskich częstotliwości;
 - 9.33.3. czuła membrana 38 mm do osłuchiwania wysokich częstotliwości;
 - 9.33.4. pierścień wokół membrany i lejka zapewnia dziecku komfort termiczny;
 - 9.33.5. lira zewnętrzna posiadająca kąt ustawienia 15°;
- 9.34. Stetoskop dla noworodków w ilość 10 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.34.1. głowica wykonana z aluminium, w pełni odwracalna;
 - 9.34.2. membrana wzmacniająca wysokie tony;
 - 9.34.3. lejek w kształcie stożka umożliwiający właściwe uchwycenie niskich tonów, wykończony pierścieniem poprawiającym komfort noworodka;
 - 9.34.4. oliwki;
 - 9.34.5. miękkie samouszczelniające się oliwki silikonowe w trzech rozmiarach: mały, typowy, duży;
 - 9.34.6. słuchawki wykonane z lekkiego aluminium ze wstępnie ustawionym kątem wejścia do ucha 15°;
 - 9.34.7. przewody akustyczne: wykonane z wysokogatunkowego i grubszego PVC o większej gęstości, bez użycia lateksu.
- 9.35. Latarka diagnostyczna w ilość 3 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.35.1. 3V LED (5.500 Kelvin / 24.000 Lux max.);
 - 9.35.2. zasilanie na 2 baterie typu AAA (w zestawie);
 - 9.35.3. aluminiowa obudowa nadająca się do dezynfekcji;

- 9.35.4. metalowy klips umożliwiający przyczepienie latarki do kieszeni;
 - 9.35.5. włącznik uruchamiany poprzez naciśnięcie metalowego klipsaKod;
 - 9.35.6. temperatura światła (K): 5.500 Kelvin / 24.000 Lux max.;
 - 9.35.7. technologia żarówki / światła: LED.
- 9.36. Okulary ochronne wielokrotnego użytku w ilości 3 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 9.36.1. stosowane do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych;
 - 9.36.2. szybki wykonane z poliwęglanu o wysokiej odporności na uderzenia;
 - 9.36.3. możliwość stosowania razem z okularami korekcyjnymi;
- 9.37. Worek samorozprężalny dla dzieci w ilości 4 kpl. o parametrach nie gorszych niż:
- 9.37.1. worek samorozprężalny silikonowy, przezroczysty z ciśnieniową zastawką bezpieczeństwa (z możliwością blokady);
 - 9.37.2. rezerwuar tlenu;
 - 9.37.3. przewód zasilający (tlenowy) 2 m;
 - 9.37.4. maska twarzowa, umożliwia swobodny obrót o 360 stopni względem osi łącznika;
 - 9.37.5. maski wyposażone są w fartuchy uszczelniające;
 - 9.37.6. maski twarzowe z pompowanym kołnierzem uszczelniającym w rozmiarach 1, 2, 3,
 - 9.37.7. konstrukcja worka umożliwia wentylację bierną i czynną 100% tlenem.
 - 9.37.8. worek oraz maska nadają się do sterylizacji w autoklawie.
- 9.38. Worek samorozprężalny dla dorosłych w ilości 4 kpl. o parametrach nie gorszych niż:
- 9.38.1. wykonany z lekkiego trwałego tworzywa;
 - 9.38.2. posiadający złącze do podawania tlenu;
 - 9.38.3. średnica zawór pacjenta/łącznik pacjenta: 22/15mm;
 - 9.38.4. zakres stosowania: dorośli, pacjenci o wadze ciała >40kg;
 - 9.38.5. częstotliwość wentylacji: 12-15 razy/min;
 - 9.38.6. maksymalna ilość oddechów: 45/min;
 - 9.38.7. objętość resuscytatora/wdech: ok. 1200-1500ml;
 - 9.38.8. objętość worka rezerwuaru tlenu: 2000ml;
 - 9.38.9. zestaw zawiera:
 - 9.38.9.1. worek samorozprężalny;
 - 9.38.9.2. worek rezerwuaru tlenu;
 - 9.38.9.3. cewnik tlenowy;
 - 9.38.9.4. maskę;
 - 9.38.9.5. instrukcję obsługi;
 - 9.38.9.6. pudełko.
- 9.39. Worek samorozprężalny dla noworodków w ilości 4 kpl. o parametrach nie gorszych niż:
- 9.39.1. resuscytator PVC (worek samorozprężalny) przeznaczony do prowadzenia wentylacji noworodka;
 - 9.39.2. resuscytator PVC 300 ml;
 - 9.39.3. maska nr 1;
 - 9.39.4. rezerwuarem 900 ml;
 - 9.39.5. przewód tlenowy o długości 2,1 m;
 - 9.39.6. zawór bezpieczeństwa ograniczający ciśnienie do 40 mbar.
- 9.40. Zestaw do intubacji: laryngoskop wielokrotnego użytku z rękojeścią dla dorosłych, 3 rozmiary łopatek (4, 3, 2) typu Macintosh w ilości 2 kpl.

- 9.41. Zestaw do intubacji: laryngoskop wielokrotnego użytku z rękojeścią (tzw. krótka) dla dzieci, 3 rozmiary łopatek (3, 2, 1) typu Macintosh w ilości 3 kpl.
- 9.42. Zestaw do intubacji: laryngoskop wielokrotnego użytku z rękojeścią (tzw. cienką) dla noworodków, 3 rozmiary łopatek typu Miller w ilości 4 kpl.
- 9.43. Zestaw rurek ustno – gardłowych Guedela w ilości 4 kpl. o parametrach:
- 9.43.1. rozmiary rurek Guedela:
- 9.43.1.1. różowa nr 000, długość 4cm (9 szt./kpl.);
 - 9.43.1.2. granatowa nr 00, długość rurki 6 cm (9 szt./kpl.);
 - 9.43.1.3. czarna nr 0, długość rurki 6 cm (9 szt./kpl.);
 - 9.43.1.4. biała nr 1, długość rurki 7 cm (9 szt./kpl.);
 - 9.43.1.5. zielona nr 2, długość rurki 8 cm (9 szt./kpl.);
 - 9.43.1.6. żółta nr 3, długość rurki 9 cm (9 szt./kpl.);
 - 9.43.1.7. czerwona nr 4, długość rurki 10 cm (9 szt./kpl.);
 - 9.43.1.8. niebieska nr 5, długość rurki 11 cm (9 szt./kpl.);
 - 9.43.1.9. pomarańczowa nr 6, długość rurki 12 cm (9 szt./kpl.).
- 9.44. Kleszczyki typ Magilla, wygięte dla noworodków/niemowląt, długość 15 cm w ilości 2 szt.
- 9.45. Kleszczyki typ Magilla, wygięte dla noworodków/niemowląt, długość 18 cm w ilości 2 szt.
- 9.46. Kleszczyki typu Magilla, wygięte dla dorosłych, długość 25 cm w ilości 2 szt.
- 9.47. Ssak ręczny w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 9.47.1. zbiornik z pokrywą o pojemności 300-320 ml;
 - 9.47.2. pokrywa wyposażona w zawór przeciw przelewowy oraz zawór chroniący przed cofaniem się odsysanych treści;
 - 9.47.3. waga ssaka: 275-300 g;
 - 9.47.4. wymiary 180-185 x 180-185 x 170-175 mm;
 - 9.47.5. maksymalne podciśnienie: - 550 mmHg;
 - 9.47.6. przepływ 15-20 l/min.;
- 9.48. Nożyczki tzw. ratownicze w ilości 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 9.48.1. wykonane ze stali z powłoką teflonową, posiadające wyprofilowane, antypoślizgowe uchwyty;
 - 9.48.2. przeznaczone do cięcia tkanin ubraniowych, pasów bezpieczeństwa, skóry;
 - 9.48.3. ergonomiczna konstrukcja;
 - 9.48.4. ząbki na ostrzu pozwalające na cięcie min. przewodów lub innych miękkich przedmiotów;
 - 9.48.5. nie wymagające ostrzenia;
 - 9.48.6. wytrzymują wysokie temperatury, a także sterylizację w autoklawie;
 - 9.48.7. wielkość: 18cm / 7".
- 9.49. Lampa zabiegowa jezdna w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 9.49.1. wyposażona w statyw jezdny oraz halogenową żarówkę 50W umieszczoną w reflektorze;
 - 9.49.2. elastyczne ramie (650 mm) pozwalające na skierowanie strumienia światła w dowolnie wybrane miejsce;
 - 9.49.3. typ oświetlenia: halogenowy;
 - 9.49.4. natężenie światła w odległości 30cm: 120.000 lux;
 - 9.49.5. temperatura barwowa: 3000 stopni K;
 - 9.49.6. zasilanie: 230V / 50Hz;
 - 9.49.7. moc: 50W.
- 9.50. Zamykany pojemnik wykonany z ABS na 10 ampulek 2 ml, chroniący przed uszkodzeniami w ilości 2 szt.

- 9.51. Zamykany pojemnik wykonany z ABS na 5 ampulek 2 ml, chroniący przed uszkodzeniami w ilości 1 szt.
- 9.52. Łyżka położnicza Bumm ze sztywną rękojeścią oraz tępą końcówką o średnicy 36 mm w ilości 2 szt.
- 9.53. Łyżka położnicza Bumm ze sztywną rękojeścią oraz tępą końcówką o średnicy 24 mm w ilości 2 szt.
- 9.54. Zestaw do zdjęcia szwów w ilości 5 kpl. o parametrach nie gorszych niż:
- 9.54.1. sterylny;
 - 9.54.2. skład zestawu:
 - 9.54.2.1. 3 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki;
 - 9.54.2.2. 1 x pęseta anatomiczna metalowa 12 cm;
 - 9.54.2.3. 1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm;
 - 9.54.2.4. 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm
- 9.55. Zestaw do porodu w ilości 20 kpl. o parametrach nie gorszych niż:
- 9.55.1. 1 x fartuch chirurgiczny;
 - 9.55.2. 10 x kompresy z gazy 17n 12w 7,5 x 7,5 cm;
 - 9.55.3. 2 x pokrowiec na kończynę 120 x 80 cm;
 - 9.55.4. 1 x serweta 113x90cm z kieszenią pod pośladki;
 - 9.55.5. zestaw jałowy;
 - 9.55.6. zapakowany w torebkę papierowo-foliową.
- 9.56. Stetoskop Pinard w ilości 5 sztuk o parametrach nie gorszych niż:
- 9.56.1. stetoskop położniczy (płodowy, słuchawka Pinard), do osłuchiwania tętna płodu w łonie matki;
 - 9.56.2. średnica: 4,7 cm;
 - 9.56.3. długość: 14 cm;
 - 9.56.4. wykonany z aluminium;
 - 9.56.5. niesterylny;
 - 9.56.6. gładka powierzchnia.
- 9.57. Kulociąg jednozębny 25 – 26 cm w ilości 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 9.57.1. długość 25 cm;
 - 9.57.2. prosty;
 - 9.57.3. część robocza - ostre wygięte zęby skierowane wewnątrz;
 - 9.57.4. pojedyncze;
 - 9.57.5. stal nierdzewna;
 - 9.57.6. niesterylne.
- 9.58. Kulociąg dwuzębny 24,2 cm – 26 cm w ilości 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 9.58.1. długość minimum 25 cm;
 - 9.58.2. niesterylny;
 - 9.58.3. prosty;
 - 9.58.4. stal nierdzewna;
 - 9.58.5. możliwość sterylizacji.
- 9.59. Komplet rozszerzadeł Hegara w ilości 1 kpl. o parametrach nie gorszych niż:
- 9.59.1. od rozmiaru 1 mm do 26 mm – 26 sztuk w komplecie.
- 9.60. Zestaw do porodu I w ilości 10 kpl. o parametrach nie gorszych niż:
- 9.60.1. 1x zacisk do pępowiny 5,3cm plastikowy niebieski;
 - 9.60.2. 1x kleszczyki metalowe Kocher 18cm proste;
 - 9.60.3. 1x kleszczyki metalowe 20cm typu Pean proste;
 - 9.60.4. 1x nożyczki metalowe 15cm zagięte tępo-tępe;

- 9.60.5. 1x nożyczki metalowe do cięcia krocza 20cm zagięte ostro-tępe;
- 9.60.6. 20 x kompres z gazy 17n 10x10cm 8w;
- 9.60.7. 1x podkład higieniczny o wymiarach 90 x 60 cm
- 9.60.8. 1x serweta na stół instrumentarny 190 x 150cm;
- 9.60.9. 1x serweta L2 113x90cm z kieszenią pod pośladki;
- 9.60.10. 4x serwetka włókninowa 80x60cm;
- 9.60.11. jałowy.
- 9.60.12. zapakowany w torebkę papierowo-foliową.
- 9.61. Zestaw do porodu II w ilości 10 kpl. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.61.1. 1x zacisk do pępowiny 5,3cm plastikowy niebieski;
 - 9.61.2. 1x kleszczyki metalowe 20cm typu Pean proste;
 - 9.61.3. 1x kleszczyki metalowe do igły 20cm proste;
 - 9.61.4. 1x kleszczyki metalowe 14cm typu Pean proste;
 - 9.61.5. 1x nożyczki metalowe do cięcia krocza 18cm zagięte ostro-tępe;
 - 9.61.6. 1x nożyczki metalowe do cięcia pępowiny 10,5cm;
 - 9.61.7. 1x pęseta metalowe chirurgiczna 12,5cm;
 - 9.61.8. 1x kleszczyki plastikowe okienkowe 24cm niebieskie;
 - 9.61.9. 30x kompres z gazy 17n 7,5x7,5cm 12w;
 - 9.61.10. 1x podkład higieniczny 90 x 60cm;
 - 9.61.11. 1x podkład higieniczny 60 x 60cm;
 - 9.61.12. 1x serweta L2 113 x 90cm z kieszenią pod pośladki;
 - 9.61.13. 1x serweta L3 150 x 90cm;
 - 9.61.14. 1x serwetka włókninowa 80x60cm;
 - 9.61.15. 6x serwetka włókninowa 25x20cm;
 - 9.61.16. zestaw jałowy.
 - 9.61.17. zapakowany w torebkę papierowo-foliową.
- 9.62. Silikonowa maska nosowa z uchwytem na głowę do aparatu CPAP dla noworodka + uchwyt do maski w ilości 2 szt.
 - 9.62.1. maska nosową z podpórką czołową do aparatów CPAP;
 - 9.62.2. Ruchome złącze rury zapewniające stabilność;
 - 9.62.3. Uchwyt na głowę wykonany z elastycznego materiału i wyposażonego w zapięcie na rzepy;
 - 9.62.4. W skład zestawu wchodzi:
 - 9.62.4.1. maska nosowa 1szt.
 - 9.62.4.2. uchwyt na głowę 1szt.
- 9.63. Kleszczyki Kocher proste w ilości 5 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.63.1. kleszczyki naczyniowe, chirurgiczne stosowane do zamknięcia światła naczynia krwionośnego i zahamowania treści wewnątrz;
 - 9.63.2. długość całkowita min. 130 mm;
 - 9.63.3. długość bransz 35 mm;
 - 9.63.4. szerokość bransz min 2,5 mm;
 - 9.63.5. rodzaj końcówki 1:2;
 - 9.63.6. możliwość sterylizacji.
- 9.64. Kleszczyki Kocher zagięte (krzywe) w ilości 5 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.64.1. kleszczyki naczyniowe, chirurgiczne stosowane do zamknięcia światła naczynia krwionośnego i zahamowania treści wewnątrz;
 - 9.64.2. długość całkowita min. 130 mm ;
 - 9.64.3. długość bransz min 35 mm;
 - 9.64.4. szerokość bransz 2,5 mm;

- 9.64.5. rodzaj końcówki 1:2;
- 9.64.6. możliwość sterylizacji.
- 9.65. Zacisk do pępowiny 5,3 cm plastikowy niebieski w ilości 2 op. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.65.1. jałowy zacisk do pępowiny stosowany po porodzie;
 - 9.65.2. jednorazowy, wykonany z plastiku;
 - 9.65.3. długość zacisku: 55 – 68 mm;
 - 9.65.4. 50 sztuk w opakowaniu.
- 9.66. Kleszczyki typu Kocher 18 cm proste w ilości 6 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.66.1. długość całkowita min. 180 mm;
 - 9.66.2. długość bransz min 50 mm;
 - 9.66.3. szerokość bransz 3,5 mm;
 - 9.66.4. rodzaj końcówki 1:2;
 - 9.66.5. możliwość sterylizacji.
- 9.67. Kleszczyki typu Pean 20 cm proste w ilości 6 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.67.1. długość minimum 200 mm;
 - 9.67.2. blokada uchwytu;
 - 9.67.3. wygięcie części pracującej;
 - 9.67.4. wykonane z matowej stali nierdzewnej.
- 9.68. Nożyczki chirurgiczne 15 cm zagięte tępo-tępe w ilości 5 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.68.1. proste wykonane ze stali chirurgicznej lub stali nierdzewnej;
 - 9.68.2. długość 15,5 – 20 cm.
- 9.69. Nożyczki do cięcia krocza 20 cm zagięte ostro-tępe w ilości 5 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.69.1. nożyczki do nacięcia krocza zagięte;
 - 9.69.2. wykonane ze stali chirurgicznej lub stali nierdzewnej;
 - 9.69.3. długość 15,5 – 20 cm.
- 9.70. Nożyczki proste w ilości 5 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.70.1. nożyczki ostro - ostre w części pracującej proste;
 - 9.70.2. wyrób wielorazowy;
 - 9.70.3. można sterylizować;
 - 9.70.4. długość 16-16,5 cm.
- 9.71. Aminokot – haczyk do przebijania błon płodowych na palec w ilości 2 op.
 - 9.71.1. haczyk do przebijania błon płodowych;
 - 9.71.2. wyrób sterylny;
 - 9.71.3. jednorazowego użytku;
 - 9.71.4. wykonany z lateksu;
 - 9.71.5. zakładany na palec.
- 9.72. Pęsety anatomiczna prosta w ilości 5 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.72.1. wielorazowy wyrób;
 - 9.72.2. wyprodukowany ze stali nierdzewnej;
 - 9.72.3. proste zakończenie części pracującej wzmocnione ząbkami, zapewniające pewny chwyt możliwość sterylizacji;
 - 9.72.4. długość 16 cm.
- 9.73. Pęsety chirurgiczne w ilości 5 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.73.1. stal nierdzewna;
 - 9.73.2. 1x2 ząbki;

- 9.73.3. długość: 15-15,5 cm;
- 9.73.4. szerokość dzioba: 2-2,5 mm;
- 9.73.5. długość dzioba: 24-24,5 mm;
- 9.73.6. produkt niesterylny;
- 9.73.7. produkt wielokrotnego użytku;
- 9.73.8. zakończona ostrymi ząbkami w układzie 1 na 2 na końcach części roboczej.
- 9.74. Sondy maciczna giętka w ilości 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.74.1. długość 32 cm;
 - 9.74.2. giętka (mosiądz posrebrzany);
 - 9.74.3. podziałka 4 cm do 24 cm;
 - 9.74.4. końcówka – tępa;
 - 9.74.5. powierzchnia robocza – gładka;
 - 9.74.6. z uchwytem na kciuk;
 - 9.74.7. niesterylna.
- 9.75. Sonda maciczna sztywna w ilości 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.75.1. długość 32 cm;
 - 9.75.2. sztywna giętka (stal nierdzewna);
 - 9.75.3. podziałka 4 cm do 24 cm;
 - 9.75.4. końcówka – tępa;
 - 9.75.5. powierzchnia robocza – gładka;
 - 9.75.6. z uchwytem na kciuk;
 - 9.75.7. niesterylna.
- 9.76. Wziernik ginekologiczny typu Cusco w ilości 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.76.1. ułożenie części pracujących przymocowanych do zawiasu z tyłu za pomocą śrubowego mechanizmu blokującego;
 - 9.76.2. możliwość zablokowania wziernika za pomocą śruby;
 - 9.76.3. wymiary 85 x 17 – 19 mm;
 - 9.76.4. gładkie i opływowe końcówki;
 - 9.76.5. wysokogatunkowa stal nierdzewna;
 - 9.76.6. niesterylne;
 - 9.76.7. wielokrotnego użytku.
- 9.77. Wziernik ginekologiczny typu Cusco w ilości 2 sztuki o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.77.1. ułożenie części pracujących przymocowanych do zawiasu z tyłu za pomocą śrubowego mechanizmu blokującego;
 - 9.77.2. możliwość zablokowania wziernika za pomocą śruby;
 - 9.77.3. wymiary 90 x 26 – 28 mm;
 - 9.77.4. gładkie i opływowe końcówki;
 - 9.77.5. wysokogatunkowa stal nierdzewna;
 - 9.77.6. niesterylne;
 - 9.77.7. wielokrotnego użytku;
- 9.78. Wziernik dla dziewic w ilości 2 sztuki o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.78.1. wykonany ze stali;
 - 9.78.2. niesterylny;
 - 9.78.3. długość zewnętrzna 85 – 87 mm;
 - 9.78.4. długość wewnętrzna 78 – 80 mm;
 - 9.78.5. średnica 10 – 12 mm;
- 9.79. Wziernik ginekologiczny dwużyłkowy w ilości 2 sztuki o parametrach nie gorszych niż:

- 9.79.1. długość 21 – 22 cm;
 - 9.79.2. wymiar 30 – 32 x 85 – 87 mm;
 - 9.79.3. zestaw zawiera 2 elementy;
 - 9.79.4. haczykowany uchwyt łyżek;
 - 9.79.5. wysokogatunkowa stal nierdzewna;
 - 9.79.6. niesterylne;
 - 9.79.7. wielokrotnego użytku.
- 9.80. Wziernik ginekologiczny dwułyżkowy w ilości 2 sztuki o parametrach nie gorszych niż:
- 9.80.1. długość 21 cm;
 - 9.80.2. wymiar 39 – 40 x 75 – 78 mm;
 - 9.80.3. zestaw zawiera 2 elementy;
 - 9.80.4. haczykowany uchwyt łyżek;
 - 9.80.5. wysokogatunkowa stal nierdzewna;
 - 9.80.6. niesterylne;
 - 9.80.7. wielokrotnego użytku.
- 9.81. Kleszcze Wintera w ilości 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 9.81.1. zaopatrzone w parę szczęk w kształcie łyżki;
 - 9.81.2. ostre krawędzie do izolowania fragmentów tkanki;
 - 9.81.3. wklęsła konstrukcja pozwala na chwytanie dużych części z komórki jajowej lub łożyska;
 - 9.81.4. długość 26 – 28 cm;
 - 9.81.5. proste;
 - 9.81.6. uchwyt pierścieniowy;
 - 9.81.7. wielokrotnego użytku.
- 9.82. Kominek do aromatoterapeutyczny w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 9.82.1.1. wykonany z jasnej lub ciemnej glinki (1 sztuka);
 - 9.82.1.2. szklony przeznaczony do użytku z naturalnymi olejkami eterycznymi;
 - 9.82.1.3. z zestawem naturalnych olejków eterycznych o zapachu:
 - 9.82.1.3.1. różanym (1 sztuka);
 - 9.82.1.3.2. lawendowym (1 sztuka);
 - 9.82.1.3.3. grapefruitowym (1 sztuka);
 - 9.82.1.3.4. sosnowym (1 sztuka);
 - 9.82.1.3.5. eukaliptusowym (1 sztuka);
 - 9.82.1.3.6. cytrynowym (1 sztuka);
 - 9.82.1.3.7. kawowym (1 sztuka).
- 9.83. Poduszka wiśniowa, suchy termoform dla dorosłych w ilości 4 szt.
- 9.83.1. wymiar 23 – 25cm x 20 – 22 cm;
 - 9.83.2. możliwość nagrzania w piekarniku, kuchence mikrofalowej;
 - 9.83.3. możliwość mrożenia;
 - 9.83.4. Poszewka wykonana ze 100% bawełny.
- 9.84. Aparat TENS oraz EMS z programami do uśmierzania bólów okołoporodowych w ilości 1 o parametrach nie gorszych niż::
- 9.84.1. natężenie wyjściowe: 0-80 mA;
 - 9.84.2. częstotliwość impulsów: 2-150 Hz;
 - 9.84.3. szerokość impulsów: 50-300 μ s;
 - 9.84.4. czas zabiegu (minutnik): 5-90 minut lub ciągły;
 - 9.84.5. zasilany z baterii 9V 6F22;

- 9.84.6. automatyczna blokada klawiatury po 30s bezczynności w trakcie zabiegu;
- 9.84.7. automatyczne wyłączenie po 30s braku stymulacji lub 15s po zakończeniu się zabiegu;
- 9.84.8. duża obudowa z klipsem na pasek;
- 9.84.9. funkcja kontroli czasu wykorzystania;
- 9.84.10. w zestawie:
 - 9.84.10.1. komplet 6 elektrod 4x4cm;
 - 9.84.10.2. komplet przewodów doprowadzających;
 - 9.84.10.3. bateria 9V;
- 9.85. Poduszka rozgrzewająca z błotem torfowym w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.85.1. wymiary: 30 – 32 x 40 – 42 cm;
 - 9.85.2. możliwość nagrzania w kuchence mikrofalowej;
 - 9.85.3. powłoka poduszki wykonana jest z tworzywa sztucznego.
- 9.86. Piłki antystresowe w ilości 1 zestawu o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.86.1. zestaw 3 piłeczek o średnicy: 5cm, 6cm, 7cm;
 - 9.86.2. piłeczki wykonane ze sztucznego materiału.
- 9.87. Sprężarka bezolejowa w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 9.87.1. waga 33 – 35 kg;
 - 9.87.2. długość, szerokość, wysokość 55 – 60 x 46 – 48 x 72 -78 cm;
 - 9.87.3. stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę 20/80;
 - 9.87.4. napęd bezpośredni 1:1;
 - 9.87.5. ilość tłoków 2;
 - 9.87.6. wydajność (l/min) 245;
 - 9.87.7. wydajność na wyjściu (l/min) 150;
 - 9.87.8. wydajność na wyjściu (m³/h) 9;
 - 9.87.9. redukcja poziomu głośności;
 - 9.87.10. poziom głośności dB(A) 83;
 - 9.87.11. poziom głośności dB(A) (4 m) 63;
 - 9.87.12. poziom głośności dB(A) (7 m) 58;
 - 9.87.13. pojemność zbiornika powietrza (l) 24;
 - 9.87.14. ciśnienie włączenia (bar) 6;
 - 9.87.15. ciśnienie maksymalne (bar) 8;
 - 9.87.16. bezolejowy;
 - 9.87.17. prędkość obrotowa (obr./min) 1400;
 - 9.87.18. moc silnika (KM/kW) 2.0 KM / 1.5 kW;
 - 9.87.19. zasilanie 230 V / 50 Hz / 1 Ph;
 - 9.87.20. koła;
 - 9.87.21. ilość stopni sprężania 1;
 - 9.87.22. spirometr:
 - 9.87.22.1. urządzenie dokonuje pomiarów : natężona objętość wydechowa w jednej sekundzie (FEV1) do natężonej pojemności życiowej (FVC) stosunek (FEV1/FVC);
 - 9.87.22.2. szczytowy przepływ wydechowy (PEF);
 - 9.87.22.3. wymuszony przepływ wydechowy przy 25% FVC (FEF25);
 - 9.87.22.4. wymuszony przepływ wydechowy przy 50% FVC (FEF50);
 - 9.87.22.5. wymuszony przepływ wydechowy przy 75% FVC (FEF75) i wymuszony przepływ wydechowy od 25% ~ 75% FVC (FEF2575);
 - 9.87.22.6. Urządzenie umożliwia personalizację ustawień według wzrostu, wieku i płci;

- 9.87.22.7. Wyświetlanie wykresu przepływ-objętość, objętość-czas;
- 9.87.22.8. Dane mogą być przechowywane, usuwane, przesyłane i przeglądane;
- 9.87.22.9. Wyświetlanie wykresu trendu;
- 9.87.22.10. Wskazanie stanu zdrowia;
- 9.87.22.11. Funkcja kalibracji;
- 9.87.22.12. Zegar czasu rzeczywistego;
- 9.87.22.13. Wskaźnik mocy baterii;
- 9.87.22.14. automatyczne wyłączenie, gdy nie ma pracy w ciągu dwóch minut;
- 9.87.22.15. możliwość użycia jednorazowych ustników;
- 9.87.22.16. ustniki do spirometru papierowe pakowane pojedynczo lub w opakowaniu - 100 sztuk.