

Biała Podlaska, 19.10.2021 r.

**SZP.272.230.2021****L.dz. 2931/21****Wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania pt. „Dostawa i montaż sprzętu medycznego zamawianego na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej”

Postępując zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej zwana ustawą, informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej zwana SWZ. W załączeniu treść pytania i odpowiedzi.

Jednocześnie postępując zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie:

**Pkt. 6.1. SWZ****Było:**

6.1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

**Jest:**

6.1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 56 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

**Pkt. 15.6. SWZ****Było:**

15.6. Oferty należy składać w terminie do dnia 27.10.2021 r. do godziny 10:00 na zasadach opisanych w pkt. 15 SWZ.

**Jest:**

15.6. Oferty należy składać w terminie do dnia 05.11.2021 r. do godziny 10:00 na zasadach opisanych w pkt. 15 SWZ.

**Pkt. 16.1. SWZ****Było:**

16.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2021 r. o godzinie 10:30 za pomocą funkcjonalności „Deszyfrowanie” udostępnionej Zamawiającemu w miniPortalu, pod adresem <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

**Jest:**

16.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2021 r. o godzinie 10:30 za pomocą funkcjonalności „Deszyfrowanie” udostępnionej Zamawiającemu w miniPortalu, pod adresem <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

**Pkt. 1 Formularza oferty****Było:**

1. Oświadczam, iż przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie do 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

**Jest:**

1. Oświadczam, iż przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie do 56 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

W załączeniu Formularz oferty, opis przedmiotu zamówienia stanowiące odpowiednio załączniki nr 1, 4 do SWZ, uwzględniające zmiany wniesione niniejszym pismem.

**Z wyrazami szacunku**

**mgr Justyna Niewińska  
Kancelarz PSW im. Papieża Jana Pawła II  
w Białej Podlaskiej**

**Treść pisma nr 1 z 13.10.2021 r.****Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści lampę sufitową o barwie światła co najmniej 4500K biała lekko chłodna?

**Odpowiedź nr 1**

Zmawiający dopuszcza lampę sufitową o barwie światła co najmniej 4500K biała lekko chłodna. Zmianie ulega pkt. 9.7.8. SWZ.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści aparat do pomp objętościowych bez wkładki silikonowej?

**Odpowiedź nr 2**

Tak, pod warunkiem możliwości zastosowania aparatu do pomp objętościowych do pompy infuzyjnej opisanej w punkcie 9.5 SWZ.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 56 dni?

**Odpowiedź nr 3**

Zmawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 56 dni. Zmianie ulega pkt. 6.1. SWZ.

**Treść pisma nr 2 z 14.10.2021 r.****Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści nożyczki chirurgiczne 14,5 cm zagięte tępo-tępe?

**Odpowiedź nr 4**

Zmawiający wyraża zgodę na nożyczki chirurgiczne 14,5 cm. Zmianie ulega pkt. 9.68.2. SWZ.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści nożyczki do cięcia krocza o poniższych parametrach:

Nożyczki chirurgiczne do nacięcia krocza - episiotomii

- typu Braun Stadler, klasa I
- rodzaj szlif: gładki, ostry
- długość całkowita 14,5 cm
- wykonanie z medycznej stali nierdzewnej

**Odpowiedź nr 5**

Zmawiający dopuszcza nożyczki do cięcia krocza wskazane powyżej. Zmianie ulega pkt. 9.69.3. SWZ.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści wziernik ginekologiczny typu Cusco w rozmiarze 90 x 36 mm?

**Odpowiedź nr 6**

Zmawiający dopuszcza wziernik ginekologiczny typu Cusco w rozmiarze 90 x 36 mm. Zmianie ulega pkt. 9.77.3. SWZ.

## Treść pisma nr 3 z 15.10.2021 r.

### Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści w poz. 9.28 ciśnieniomierz Omrom M3 Comfort (HEM-7155-E) o poniższych parametrach?

Opis produktu	Automatyczny ciśnieniomierz ramieniowy		
Kategoria produktu	Sfigmomanometry elektroniczne		
Model (kod)	M3 Comfort (HEM-7155-E) X3 Comfort (HEM-7155-EO)	Wyświetlacz	Wyświetlacz cyfrowy LCD
Zakres ciśnienia dla mankietu	od 0 do 299 mmHg	Zakres pomiaru tętna	od 40 do 180 uderzeń/min
Zakres pomiaru ciśnienia krwi	SYS (skurczowe): od 60 do 260 mmHg / DIA (rozkurczowe): od 40 do 215 mmHg		
Dokładność	Ciśnienie: ±3 mmHg / tętno: ±5% wyświetlanego odczytu		
Pompowanie	Automatyczne za pomocą pompy elektrycznej	Wypuszczanie powietrza	Automatyczny zawór uwalniania powietrza
Metoda pomiaru	Metoda oscylometryczna	Tryb pracy	Praca ciągła
Klasyfikacja IP	Ciśnieniomierz: IP20 / opcjonalny zasilacz: IP21 (HHP-CM01) lub IP22 (HHP-BFH01)		
Wartości znamionowe	DC 6 V; 4,0 W	Część wchodząca w kontakt z ciałem pacjenta	Typ BF (mankiet)
Zródło zasilania	4 baterie AA 1,5 V lub opcjonalny zasilacz (prąd zmienny, napięcie wejściowe 100–240 V, 50/60 Hz 0,12–0,065 A)		
Trwałość baterii	Okolo 1000 pomiarów (na nowych bateriach alkalicznych)		
Okres eksploatacji (trwałość użytkowa)	Ciśnieniomierz: 5 lat / Mankiet: 5 lat / Opcjonalny zasilacz: 5 lat		
Warunki pracy	od +10 do +40°C / od 15 do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji) / od 800 do 1060 hPa		
Warunki przechowywania/transportu	od -20 do +60°C / od 10 do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)		
Zawartość	Ciśnieniomierz, mankiety (HEM-FL31), 4 baterie AA, pokrowiec, instrukcja obsługi (1) (2)		
Ochrona przed porażeniem prądem	Sprzęt ME wewnętrznie zasilany (tylko w przypadku zasilania baterijnego) Elektryczny sprzęt medyczny klasy II (opcjonalny zasilacz)		
Masa	Ciśnieniomierz: około 337 g (bez baterii) / mankiety: około 163 g		
Wymiary (wartości przybliżone)	Ciśnieniomierz: 105 mm (szer.) × 85 mm (wys.) × 152 mm (dł.) Mankiet: 145 mm 532 mm (przewód powietrza: 750 mm)		
Pamięć	Zapis do 60 odczytów każdego z użytkowników		

### Odpowiedź nr 7

Tak, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.