

Biała Podlaska, 27.10.2021 r.

**SZP.272.561.2021**

**L.dz. 3047/21**

### **Wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania pt. „*Dostawa modeli położniczych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej*”

Postępując zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej zwana ustawą, informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej zwana SWZ. W załączeniu treść pytań i odpowiedzi.

Jednocześnie postępując zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie pkt. 7.6.6.4. Opisu przedmiotu zamówienia.

#### **Było:**

7.6.6.4. możliwość monitorowania TOCO i FHR dzięki opcjonalnemu Wirtualnemu Monitorowi;

#### **Jest:**

7.6.6.4. możliwość monitorowania TOCO i FHR dzięki Wirtualnemu Monitorowi;

W załączeniu Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ, uwzględniające zmiany wniesione niniejszym pismem.

W uwagi na zakres i termin udzielonych odpowiedzi termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

**Z wyrazami szacunku**

**mgr Justyna Niewińska  
Kancelarz PSW im. Papieża Jana Pawła II  
w Białej Podlaskiej**

## **Treść pisma nr 1 z 22.10.2021 r.**

### **Pytanie nr 1**

Dotyczy p. 7.1 Trenażer macierzyński do badania chwytami Leopolda

Czy Zamawiający dopuści do postępowania trenażer macierzyński do badania chwytami Leopolda nieposiadający w zestawie wymiennej skóry i ściany brzucha? Długo przechowywana skóra, może ulec zniszczeniu lub się odkształcić. Dodatkowo zrezygnowanie z tych pozycji wpłynie na zmniejszenie kwoty oferty.

### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający nie dopuszcza do postępowania trenażera macierzyńskiego do badania chwytami Leopolda nieposiadającego w zestawie wymiennej skóry i ściany brzucha.

### **Pytanie nr 2**

Dotyczy p.7.6 Trenażer do badania kobiety w ciąży

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy do zestawu ma być dołączony Wirtualny Monitor Pacjenta. Pozwoli to na prawidłową kalkulację oferty.

### **Odpowiedź nr 2**

Wirtualny monitor pacjenta powinien być dołączony do zestawu.