

Biała Podlaska, 17.03.2022 r.

**SZP.272.158.2022****L.dz. 900/22****Wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania pt. „Dostawa i montaż termocyklera do prowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym”

Postępując zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej zwana SWZ. W załączeniu treść pytań i odpowiedzi.

Z uwagi na termin i zakres udzielonych odpowiedzi, termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Jednocześnie postępując zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy informuję, iż Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ w zakresie:

**Pkt. 7.8. Opisu przedmiotu zamówienia****Było:**

7.8. Moduł grzewczy wysokoprofilowy 0,2 ul

**Jest:**

7.8. Moduł grzewczy wysokoprofilowy lub niskoprofilowy 0,2 ul

**Pkt. 7.11. Opisu przedmiotu zamówienia****Było:**

7.11. Czas skanowania 6 kanałów i 96 dołków maksymalnie do 8s

**Jest:**

7.11. Czas skanowania 6 kanałów i 96 dołków maksymalnie do 9s

**Pkt. 7.16. Opisu przedmiotu zamówienia****Było:**

7.16. Wymiary nie większe niż: 355mm x 480mm x 485mm,

**Jest:**

7.16. Wymiary nie większe niż: 355mm x 480mm x 508mm,

Zamawiający wykreśla pkt. 7.19. Opisu przedmiotu zamówienia.

W załączeniu Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do SWZ uwzględniający zmiany wniesione niniejszym pismem.

**Z wyrazami szacunku**

**prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk**  
**Rektor ABNS w Białej Podlaskiej**

## **Treść pisma nr 1 z 16.03.2022 r.**

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści system 6-kanałowy odczytujący dużo szerszą gamę barwników m.in.

-FAM, SYBR Green, EvaGreen i podobnych

-HEX, VIC, JOE, CAL Fluor 540, CAL Fluor Orange 560 i podobnych

-TAMRA, Cy3 i podobnych

-Cy5, Quasar 670, LIZ, Mustang Purple i podobnych

-ROX, Texas Red 615 i podobnych

-Cy5,5, Quasar 705 i podobnych

z czasem skanowania 6 kanałów dla płytki 96 dołkowej wynoszącym maksymalnie 9 sekund, z modułem grzewczym niskoprofilowym 0,2ul, o wymiarach nie większych niż 30.5 x 43.2 x 50.8 cm oraz bez automatycznego wznawiania analizy po awarii zasilania?

### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ww. system. Zmianie ulega pkt. 7.8.; 7.11.; 7.16. Opisu przedmiotu zamówienia.