

Biała Podlaska, 01.07.2022 r.

**SZP.272.457.2022****L.dz. 2082/22****Wykonawcy****Dotyczy:** postępowania pt. „*Dostawa i montaż sprzętu medycznego*”

Postępując zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło pytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej zwana SWZ. W załączeniu treść pytania i odpowiedź. Jednocześnie zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy, informuję, iż Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ. Usunięto pkt. 10.61.5 Opisu przedmiotu zamówienia.

W załączeniu Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ uwzględniający zmiany wniesione niniejszym pismem.

Z uwagi na zakres i termin udzielonych odpowiedzi i wniesionej zmiany, termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

**Z wyrazami szacunku****prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk**  
**Rektor ABNS im. Jana Pawła II**

## **Treść pisma nr 1 z 01.07.2022 r.**

### **Pytanie nr 1**

dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia, pkt. 10.61 „Zestaw do monitorowania czynności serca, defibrylacji i kardiowersji Defibrylator przenośny 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:”

Czy Zamawiający zgodzi się na zrezygnowanie z wymogu funkcjonalności nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tj. punktu 10.61.5 (od 10.61.5.1 do 10.61.5.6)? Pozwoli to na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, bardziej dopasowanej do potrzeb Zamawiającego.

### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający wyraża zgodę na ww. zmianę. Wykreśla się pkt. 10.61.5. Opisu przedmiotu zamówienia.