

Biała Podlaska, 14.07.2022 r.

SZP.272.457.2022**L.dz. 2246/22****Wykonawcy****Dotyczy:** postępowania pt. „Dostawa i montaż sprzętu medycznego”

Postępując zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej zwana SWZ. W załączeniu treść pytań i odpowiedzi. Jednocześnie zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy, informuję, iż Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ w zakresie:

Pkt. 10.3.11. Opisu przedmiotu zamówienia**Było:**

10.3.11.udźwig 180 kg (+/- 5 kg);

Jest:

10.3.11.udźwig 180 kg (+/- 10 kg);

Pkt. 10.3.13.2. Opisu przedmiotu zamówienia**Było:**

10.3.13.2.szerokość – 770 mm (+/- 10 mm).

Jest:

10.3.13.2.szerokość 740 – 770 mm.

Pkt. 10.63.4. Opisu przedmiotu zamówienia**Było:**

10.63.4. Częstość uciśnień: 80 ucisków na minutę;

Jest:

10.63.4. Częstość uciśnień: min. 100 ucisków na minutę

Pkt. 10.63.4. Opisu przedmiotu zamówienia**Było:**

10.63.11. W kpl. 3 szt. akumulatorów zasilający urządzenie;

Jest:

10.63.11. W kpl. 2 szt. akumulatorów zasilający urządzenie;

W załączaniu Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ uwzględniający zmiany wniesione niniejszym pismem.

Z uwagi na zakres i termin udzielonych odpowiedzi i wniesionej zmiany, termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z wyrazami szacunku

mgr Justyna Niewińska
Kanclerz ABNS im. Jana Pawła II

Treść pisma nr 1 z 01.07.2022 r.

Dotyczy: 10.51 Materac zmiennociśnieniowy przeciwdleżynowy rurowy w ilości 1 szt.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści materac z pompą o wymiarach 260 x 180 x 100 mm?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć materac o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 200 x 86 x 18,5 cm?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć materac o parametrach wskazanych w SWZ.

10.67

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści wózek z 4 szufladami o wysokości frontów 150mm?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem bocznym wysuwany wykonany z tworzywa?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści wózek z dwoma szynami bocznymi zamontowanymi nad blatem głównym z narożnikami zabezpieczonymi listwą odbojową?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści wózek z koszem na odpady, otwieranym stopą, wykonany w całości z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany w całości z tworzywa poliuretanowego?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na narzędzia o tożsamy wymiarach?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć pojemnik na narzędzia o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 910 x 830 x 715 mm?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami o wymiarach użytkowych 585 x 365mm?

Odpowiedź nr 10

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 11

Dot. 10.1 – Lampa Sollux lecznicza

Czy Zamawiający dopuści lampę Sollux opisaną poniżej:

„Lampa do naświetleń światłem podczerwonym typu Sollux w zakresie IR-A oraz IR-B. Statyw z podstawą wyposażoną w kółka z podstawą stołową na mobilnych kółkach wyposażonych w blokady hamulcowe. Sterownik wbudowany w obudowę lampy. Łatwy dostęp do zmiany filtra. Możliwość ustawienia lampy w dowolnym kierunku. Lampa mocowana na mobilnym stojaku. Intensywność świecenia żarówki: 10-99 %, maksymalna moc żarówki: 375 W, pobór mocy: maksymalnie 450 W. Wysokość urządzenie na statywie regulowana w zakresie od 1,2 m do 1,9 m. Wymiary podstawy statywu: szerokość: 0,5 x 0,6 m. Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz.”

Odpowiedź nr 11

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 12

dot. 10.3 – Wózek – wanna hydrauliczna

Czy Zamawiający dopuści Wózek – wannę hydrauliczną opisaną poniżej:

„Hydrauliczny wózek prysznicowy o konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo, odpornej na korozję, uszkodzenia i środki dezynfekcyjne. Platforma materaca z funkcją pochylenia pod kątem 90° w pozycji bocznej umożliwiającą łatwe czyszczenie i dezynfekcję wózka po użyciu. Regulacja wysokości w zakresie: 480-870 mm. Wymiary zewnętrzne wózka dł. 2050 x szer. 800mm.

Platforma materaca dł. 1900 x szer. 665 mm. Rama leża wyposażona w 4 kółka odbojowe umieszczone w narożnikach zabezpieczające zarówno wózek jak i ściany przed uszkodzeniami.

Cztery koła o Ø 125 mm z tworzywa sztucznego z centralną blokadą, w tym jedno koło z blokadą kierunkową. Barrierki boczne z możliwością opuszczania poniżej ramy leża, zapewniające stabilność pacjenta podczas napełniania wodą i kąpieli. Wbudowane drewny i wąż odpływowy. Materac z poduszką wykonany z wodoodpornego materiału PVC. Udźwig wózka: 200kg”.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 13

dot. 10.12 – Pulsoksymetr napalcowy

Czy Zamawiający dopuści Pulsoksymetr napalcowy opisany poniżej:

„Parametr SpO₂: Zakres pomiarów: 35% - 100%. Dokładność: 70% - 100% ± 3%. Zakres w normie: 96%-99%. Częstość tętna: zakres pomiarów: 30 uderzeń/min - 250 uderzeń/minutę (± 2 uderzenia/minutę ± 2%). Temperatura otoczenia: 5°C - 40°C (41°F – 104°F). Wilgotność otoczenia: 15% - 80%. Ciśnienie: 86Pa - 106kPa. Działanie przy niskiej perfuzji: takie samo, z modulacją amplitudy wynoszącą jedynie 0,2%. Odporność na interferencję świetlną: ± 1%. Odporność na interferencję 50Hz/60Hz: precyzyjna. Zasilanie: bateryjne 2xAAA (1,5V). Napięcie zasilania: 3V. Pobór prądu: ≤30mA”

Odpowiedź nr 13

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 14

dot. 10.18 – Drabinka rehabilitacyjna sznurowo - drewniana

Czy Zamawiający dopuści drabinkę rehabilitacyjną sznurowo – drewnianą o poniższych parametrach:

Długość szczebla: 19 cm

Średnica szczebla: 2,5 cm

Odległość między szczeblami: 19 cm

Długość linki: 3 m.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć drabinkę o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 15

dot. 10.11 – Waga medyczna ze wzrostomierzem

Czy Zamawiający dopuści wagę medyczną ze wzrostomierzem opisaną poniżej:

„Waga osobowa z wewnętrznym akumulatorem o obciążeniu maksymalnym 200 kg. Wyświetlacz LCD, zasilanie 100-240 V AC, 50/60 Hz + akumulator. Praca na zasilaniu akumulatorowym: 8 h. Funkcja Body Mass Index. Zatrząsk maksymalnego wskazania.”

Odpowiedź nr 15

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 16

dot.10.19 – Przenośnik taśmowo – rolkowy

Czy Zamawiający dopuści przenośnik taśmowo – rolkowy do przenoszenia pacjenta opisany poniżej:

„Przenośnik taśmowo – rolkowy wykonany z rurek aluminiowych o wymiarach 640 x 360 x 40 mm. Dopuszczalne obciążenie 150 kg. Możliwość mycia i dezynfekcji.”

Odpowiedź nr 16

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 17

dot. 10.21 - Pompa infuzyjna objętościowa

Czy Zamawiający dopuści pompę renomowanego zachodniego producenta sprawdzonego na rynku Polskim z kolorowy wyświetlaczem 5", umożliwiającą pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy? Wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, min. 800x240 punktów

Odpowiedź nr 17

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 18

dot. 10.21 - Pompa infuzyjna objętościowa

Czy Zamawiający dopuści pompę renomowanego zachodniego producenta sprawdzonego na rynku Polskim z czasem pracy akumulatora 6 godzin? Taki czas w pełni zabezpiecza większość infuzji podczas braku podłączenia do zasilania sieciowego.

Odpowiedź nr 18

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 19

dot. 10.22 - Pompa infuzyjna strzykawkowa

Czy Zamawiający dopuści pompę renomowanego zachodniego producenta sprawdzonego na rynku Polskim z kolorowy wyświetlaczem 5", umożliwiającą pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy? Wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, min. 800x240 punktów

Odpowiedź nr 19

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 20

dot. 10.22 - Pompa infuzyjna strzykawkowa

Czy Zamawiający dopuści pompę renomowanego zachodniego producenta sprawdzonego na rynku Polskim z czasem pracy akumulatora 6 godzin? Taki czas w pełni zabezpiecza większość infuzji podczas braku podłączenia do zasilania sieciowego

Odpowiedź nr 20

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 21

dot. 10.22 - Pompa infuzyjna strzykawkowa

Czy Zamawiający dopuści pompę renomowanego zachodniego producenta sprawdzonego na rynku Polskim z 9 programami alarmów?

Poziom 9 alarmów zdecydowanie wystarcza do optymalnej i bezpiecznej obsługi pompy podczas każdej infuzji.

Odpowiedź nr 21

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 22

dot. 10.26 – Termometr bezdotkowy

Czy Zamawiający dopuści termometr opisany poniżej:

„Termometr przeznaczony do pomiaru ciała oraz powierzchni. Funkcja alarmu z podświetleniem w różnych kolorach w przypadku temperatury poza normą. Wyposażone w wyświetlacz LCD o wymiarach: 30 x 30 mm. Wynik pomiaru widoczny po 1 sekundzie.

Odległość pomiaru; 5-15 cm. Zakres pomiaru temperatury ciała: 32°C ~ 43°C. Zakres pomiaru temperatury różnych materiałów 0°C ~ 100°C. Funkcja automatycznego wyłączania. Zasilanie bateryjne.”

Odpowiedź nr 22

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 23

dot. 10.32 – Ciśnieniomierz automatyczny naramienny

Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz automatyczny naramienny opisany poniżej:

„Ciśnieniomierz naramienny z możliwością zapisywania wyników w pamięci. Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD: 53 x 77 mm. Metoda pomiaru: oscylometryczna. Zakres pomiaru ciśnienia: 0-290 mmHg (0-40 kPa). Zakres pomiaru pulsu: 40-180 uderzeń/min. Szybkie, automatyczne uwalnianie powietrza elektromagnetycznym zaworem sterującym. Czujnik ciśnienia półprzewodnikowy elektrostymulacji. Pojemność pamięci: 2*60 pomiarów. Regulacja mankietu w zakresie 220-320 mm. Zasilanie bateryjne.”

Odpowiedź nr 23

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 24

dot. 10.34 – Stetoskop z podwójną głowicą

Czy Zamawiający dopuści stetoskop opisany poniżej:

„Stetoskop internistyczny, dwustronny. Głowica wykonana ze stali nierdzewnej. Możliwość odsłuchiwania tonów niskich oraz wysokich. Dwukanałowy przewód. Miękkie oliwki.”

Odpowiedź nr 24

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 25

dot. 10.66 – Stanowisko do badania i pielęgnacji noworodka

Czy Zamawiający dopuści stanowisko do badań i pielęgnacji noworodka opisane poniżej:

„Stanowisko składające się z wanienki na stelażu z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS z wypełnieniem z płyty meblowej. Front wykonany z płyty MDF lakierowanej. Wanienka wykonana z laminatu poliestrowo – szklanego. Nóżki o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania. Wymiary: 800x580x900 mm. Moduł z umywalką na stelażu z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS. Wypełnienie z płyty meblowej. Front wykonany z płyty MDF lakierowanej. Błat wykonany z laminatu poliestrowo – szklanego. Nóżki o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania. Wymiary: 700x580x900 mm. Moduł ze stolikiem zabiegowym na stelażu z zamkniętych profili. Wypełnienie z płyty meblowej. Błat wykonany z laminatu poliestrowo – szklanego wyposażony w materacyk. Nóżki o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania. Wymiary: 700x580x900 mm. Wymiary materacyka: 520 x 640 mm.”

Odpowiedź nr 25

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć stanowisko do badania i pielęgnacji noworodka o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 26

dot. 10.44 - Oftalmoskop

Czy Zamawiający dopuści oftalmoskop opisany poniżej:

„Ofthalmoskop wyposażony w soczewki umożliwiające przeprowadzenie dokładnej diagnozy oka. Wyposażony w technologię LED, 5 szczelin świetlnych o różnej wielkości. Zakres soczewek – 20 D do +20 D. Wykonany z aluminium oraz tworzywa sztucznego. W zestawie oftalmoskop, 2x żarówka LED, etui, instrukcja w j. polskim oraz baterie.”

Odpowiedź nr 26

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 27

dot. 10.52 – Torba medyczna pierwszej pomocy

Czy Zamawiający dopuści torbę medyczną opisaną poniżej:

„Torba medyczna z komorą w kształcie litery „U”. W głównej komorze 5 kieszonek zamykanych na gumkę. Na klapie dwie kieszenie z siatki, zamykane na suwak. Torba z dwoma kieszeniami bocznymi, które posiadają przegrody segregacyjne, zamykane na suwak. Opiankowana kieszeń z przodu przeznaczona na ruchome Ampularium. Z tyłu torby dodatkowa kieszeń na dokumenty, zamykana na suwak. Torba z odpinanym, regulowanym pasem. Dno torby usztywnione, zabezpieczone gumowymi stopkami. Wysokość: 25 cm, szerokość: 23 cm, długość: 51 cm, pojemność: 30 litrów.”

Odpowiedź nr 27

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć torbę medyczną o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 28

dot. 10.57 - Stacja dokująca do dwóch pomp

Czy Zamawiający dopuści pompę renomowanego zachodniego producenta sprawdzonego na rynku Polskim ze stacją dokującą bez uchwytu na butelki? Taki uchwyt znajduje się na statywie na którym jest zamocowana stacja dokująca z pompami.

Odpowiedź nr 28

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 29

dot. 10.60 – Respirator transportowy

Czy Zamawiający dopuści respirator transportowy opisany poniżej:

„Zasilanie pneumatyczne – baterijne. Wymiary 206 mm x 137 mm x 130 mm (szerokość, wysokość, głębokość). Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt od 5 kg masy ciała w trakcie transportu ambulansem i w trakcie transportu wewnątrzszpitalnego. Odporny na wstrząsy. Waga samego respiratora ok. 2,5 kg. Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,7 do 6,0 bar. Zużycie gazu napędowego ok. 250 ml/min przy PEEP równym 0 mbar i ciśnieniu wdechowym 20 mbar – wentylacja osoby dorosłej zgodnie z ERC zużycie gazu ok. 25 ml na cykl oddechowy (przy 10 odd/min). Maksymalny przepływ do 80 l/min. Zasilanie 12V/230V w zestawie zasilacz 230V. Układ pacjenta z zaworem umożliwiającą wentylację bierną 100% jednorurowy. Ładowanie od 0 do 95 % 3,5 h. Zasilanie z baterii 10 h w warunkach pracy ambulansu. Wentylacja 100% tlenem i Air Mix (stężenie O₂ uzależnione od parametrów wentylacji i zawiera się w przedziale ok. 55% do 75%). Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych. System testowy, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora. Tryb CPR – oddech automatyczny (pacjent zaintubowany) lub oddech podawany ręcznie (cykl 30:2 lub 15:2), pauza na czas analizy rytmu, metronom sygnalizujący uciski (możliwość wyłączenia). Możliwość wykonania oddechu spontanicznego na każdym etapie wentylacji – tryby IPPV

i SIMV; bez blokowania automatycznie cyklu wentylacji. Tryby wentylacji IPPV, SIMV, CPAP, RSI, CPR, Demand. NIV dostępna w trybie CPAP, CPR, RSI, Demand. Tryb Demand uruchamiany ręcznie. Tryb CPAP – regulacja PEEP i ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa, przepływ automatyczny. Tryb ratunkowy – natychmiastowe rozpoczęcie wentylacji dorosłych/dzieci/niemowląt z prekonfigurowanymi ustawieniami dla każdej grupy wiekowej. Prekonfigurowane ustawienia dla trybów ratunkowych zgodne z ERC, z możliwością ustawienia własnych startowych parametrów. Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie 5-50 oddechów/min. Objętość oddechowa regulowana w zakresie 50 – 2000 ml. Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie od 0 do 30 cmH₂O – integralna funkcja respiratora. Ciśnienie w drogach oddechowych regulowane w zakresie 10-65 mbar. Czułość triggera: -1,3 mbar przy PEEP > 0 i -0,8 mbar przy PEEP = 0. Bezdech 4-60 s. Zakres manometru od -5 do +70 cm H₂O. Stosunek I:E – 1:1 w trybie RKO 30:2, 15:2 oraz RSI ręczny od 1:4 do 4:1. Czas wdechu od 0,2 s do 9,6 s. Wyzwalacz automatyczny – ciśnieniowy. Zintegrowany kolorowy wyświetlacz TFT 5 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru. Zakres temperatur pracy -20 – + 50° C. Przechowywanie -40 – +70° C. IP 54. Zgodny z normą RTCA DO 160 G. Zgodny z normami EN 60601-1, EN 1789, EN 794-3, ISO 10651-3. Obrazowanie następujących parametrów: ciśnienie PEEP, ciśnienie maksymalne wdechowe, objętość oddechowa, objętość minutowa, częstość oddechowa. Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim.. Alarmy: bezdechu, nieszczelności układu, wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych, rozładowanego akumulatora/braku zasilania. Zapis danych na karcie pamięci: testy systemu, rejestr zdarzeń.”

Odpowiedź nr 29

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 30

dot. 10.64 - Laryngoskop

Czy Zamawiający dopuści laryngoskop opisany poniżej:

„Zestaw laryngoskopu światłowodowego, uniwersalnego typu Miller przeznaczony jest do diagnostyki oraz intubacji zarówno dzieci jak i dorosłych. W skład zestawu wchodzi pięć łyżek laryngoskopowych typu Miller oraz dwie rękojeści. Rękojeści o różnej średnicy (mała – 20 mm, duża – 30 mm) posiadają żarówki LED 2,5V/XENON 2,5V. Ich powierzchnia pokryta jest precyzyjnymi żłobieniami mającymi na celu zapewnić jak najlepsze właściwości chwytne i zapobiegać przypadkowym wyslizgnięciom się instrumentu z dłoni. Żywotność żarówki LED ok. 50,000 godzin roboczych, a XENON na ponad 10 godzin roboczych. Do zasilenia rękojeści wymagane są dwie baterie AA bądź C(R1).

Wchodzące w skład zestawu rękojeści o rozmiarach: MIL-1 x1, MIL-2 x2, MIL-3 x2

Sterylizacje zestawu w autoklawach w temperaturze do 134°C aż do czterech tysięcy razy.”

Odpowiedź nr 30

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 31

dot. 10.70 – Elektrody do EKG

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 57 mm x 34 mm?

Odpowiedź nr 31

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć elektrody o parametrach wskazanych w SWZ.

dot. 10.63 – Urządzenie do kompresji klatki piersiowej

Pytanie nr 32

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie poniższych zapisów:

Prowadzenie uciśnień klatki piersiowej przy pomocy taśmy piersiowej lub mechanicznego tłoka z ssawką relaksacyjną lub pasem piersiowym w trybie 30 ucisków/ 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym;

Odpowiedź nr 32

Urządzenie do kompresji klatki piersiowej z mechanicznym tłokiem w trybie 30 ucisków/ 2 oddechy ratownicze z możliwością pracy w trybie ciągłym.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające ssawki relaksacyjnej?- Pragniemy zwrócić uwagę, że najnowsze badania nie zalecają gruntownego stosowania tego typu rozwiązań.

Odpowiedź nr 33

Zamawiający nie dopuszcza urządzenie do kompresji klatki piersiowej bez ssawki relaksacyjnej. Zastosowanie ssawki relaksacyjnej pozwala klatce piersiowej zawsze wrócić do pozycji „zero”, a także zwiększyć perfuzję krwi naczyń wieńcowych.

Pytanie nr 34

Częstość uciśnień: 80 ucisków na minutę;

Czy w poniższy zapis należy traktować jako minim 80 ucisków na minutę?

Pragniemy zwrócić uwagę, że wytyczne wskazują na częstotliwość uciśnień między 100-120 ucisków na minutę. Wobec tego stosowanie ucisków o częstotliwości równo 80 na minutę jest niezgodne z wytycznymi ERC.

Odpowiedź nr 34

Urządzenia do kompresji klatki piersiowej z częstotliwością co najmniej 100 ucisków na minutę z możliwością stosowania uciśnień z częstotliwością 100 - 120 uciśnień na minutę.

Pytanie nr 35

Torba transportowa na urządzenie z opcją płachty ratowniczej do transportu pacjenta w trakcie prowadzenia RKO;

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie, które zapewni przez Zamawiającego funkcjonalność, realizując ją po przez deskę pod plecy ze specjalnymi paskami umożliwiającymi ewakuację/ transport pacjenta?

Odpowiedź nr 35

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia zapewniającego funkcjonalność poprzez deskę pod plecy ze specjalnymi paskami umożliwiającymi ewakuację/ transport pacjenta.

Zamawiający oczekuje torby transportowej na urządzenie z opcją płachty ratowniczej do transportu pacjenta w trakcie prowadzenia RKO.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu 3 baterii do urządzenie (lub zmodyfikuje do 2 baterii), w przypadku gdy oferowane przez nas urządzenie pozwala na pracę na 1 baterii nawet do 2h? Takie rozwiązanie może znacząco uatrakcyjnić cenowo ofertę.

Odpowiedź nr 36

Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w co najmniej w 2 baterie. Zmieniono pkt. 10.63.11. Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 37

dot 10.14 . Aparat EKG

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG opisany poniżej:

Aparat przeznaczony jest do użycia we wszystkich placówkach służby zdrowia przez przeszkolony personel.

Ekran dotykowy 8'' TFT LCD; klawiatura alfanumeryczna.

Wymiary 360 x 276 x 130 mm.

Waga 4,2 kg.

Bateria typu li-on, pojemność 4000 mAh.

Pamięć wbudowana 800 grup danych EKG.

Pamięć opcjonalna Flash, karta SD, USB.

Format pamięci PDF, DAT, Dicom, FDA-XML.

Pomiar i diagnozowanie fali EKG

Zakres HR: 30-300 bpm; dokładność +/- 1 bpm

Pomiar informacji przebiegu EKG min.: limit czasu P, interfaza PR, czas QRS, interfaza QT, interfaza QTC, RV5swing, SV1swing, RV6swing, SV2swing, RV+SV1swing, oś P, oś QRS, oś T

Analiza diagnozy +/- 140 rodzajów

Zakres pracy urządzenia

Temperatura pracy urządzenia 5°C~40°C

Względna wilgotność pracy urządzenia 25%~95% (bez kondensacji)

Ciśnienie atmosferyczne pracy urządzenia 700hPa~1060hPa

Rejestrator

Sposób zapisu: termiczny punktowy

Rozdzielczość pozioma: 40 punktów/mm

Rozdzielczość pionowa: 8 punktów/mm

Prędkość nagrywania 5 mm/s, 6.25 mm/s, 10 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s (błąd +/- 3%)

Papier: 210 mm x 140 mm

Typ papieru: składany termozgrzewalny

Rodzaje zapisu: wymienione metody zapisu: (Auto: 3x4, 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 12x1, 12x1_V6; Manualny: 3 kanały, 6 kanałów, 12 kanałów, Rytm: przewód jednodrutowy, przewód trzyżyłowy, R-R: R-R)

Wyświetlanie EKG

Sygnał wejściowy: 12 odprowadzeń, odporne na defibrylację, odrzucanie impulsów stymulujących

Stopień ochrony przed wstrząsem elektrycznym: 4000 V

Filtr bazowy: włączony/wyłączony

Filtr EKG: 25Hz, 35Hz, 45Hz, zamknięty

Filtr dolnoprzepustowy: 75Hz, 100Hz, 150Hz, 200Hz, zamknięty

Wzmocnienie: 2,5, 5, 10, 20, 10/5, ACG (mm / mV)

Szybkość przesuwu: 5 mm/s, 6.25 mm/s, 10 mm/s, 12.5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s

Prąd upływu pacjenta: $\leq 10 \mu V$

Czas odzyskania mocy po defibrylacji: $\leq 5 s$

Zmniejszenie energii $\leq 10\%$

Maksymalne napięcie $\leq 1V$

Odpowiedź nr 37

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 38

Dot. 10.65 Panele gazowe 1 szt.

Czy Zamawiający będzie oczekiwał panele gazowego o poniższych parametrach:

- naścienny w układzie poziomym wraz z szyną instrumentalną
- wykonany z profili aluminiowych
- Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm
- Wyrób ze znakiem CE zgodnie z 93/42/EC – zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych
- Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów
- Konstrukcja profili z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział przewodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych
- Wyposażenie w oświetlenie elektryczne:
 - oświetlenie pacjenta w dolnej części panelu
 - oświetlenie ogólne w górnej części panelu
 - oświetlenie nocne
- Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony poniżej gazów medycznych w dolnej części panelu.
- Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w gniazda w modułach 45x45 mm. Gniazda nachylone do podłogi. Gniazda zlicowane z powierzchnią panelu
- 3 x gniazdo elektryczne 230 V/50 hz
- 1 x gniazdo ekwipotencjalne
- 1 x gniazdo teletechniczne typu RJ45
- Kanał zasilający w gazy medyczne wyposażony w punkty poboru gazów medycznych. Gniazda usytuowane prostopadle do podłogi.
- punkt poboru gazów med. Tlen O₂ – 1 szt.
- punkt poboru gazów med. Próżnia VAC – 1 szt.
- punkt poboru gazów med. Powietrze AIR – 1 szt.
- Estetyczne osłony boczne tworzywowe
- Możliwość montażu w pozycji pionowej
- Możliwość wyboru koloru motywu przewodniego dla panelu

Odpowiedź nr 38

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 39

Dot. 10.4. Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści lampę punktową zabiegową o poniższych parametrach:

- wyposażona w 3 niezależne diody LED na giętkim ramieniu;
- diody LED rozmieszczone w okręgu z poliwęglanową ochronną osłoną;
- łatwa w obsłudze i manewrowaniu;
- wersja na statywie jezdny;
- stałe natężenie oświetlenia
- typ oświetlenia – diodowe
- liczba źródeł światła – 3;
- natężenie światła w odległości 50 cm: 70.000 lx;
- współczynnik odwzorowania barw: 93 Ra;
- temperatura barwowa: 4.500 K;

- średnica pola świetlnego D10: 165 mm;
- żywotność źródła światła: > 60.000 h;
- średnica czaszy lampy: 100 mm
- R9: 93 cm;
- pobór mocy: 12 VA

Odpowiedź nr 39

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 40

Dot. 10.20 Podnośnik transportowo-kąpielowy

Czy Zamawiający dopuści podnośnik transportowo-kąpielowy o poniższych parametrach:

- Mobilny, kompaktowy i relatywnie wąski podnośnik pacjenta wykonany ze stali malowanej proszkowo.
- Regulacja wysokości podnoszenia wykonywane z pilota przewodowego.
- Szerokość podstawy regulowana mechanicznie za pomocą pedału nożnego.
- Niezależne 2 systemy awaryjnego opuszczania: na panelu sterowania i siłowniku.
- Podnośnik wyposażony w zintegrowaną ładowarkę.
- Możliwość złożenia podnośnika bez użycia narzędzi dla łatwego transportu i przechowywania.
- Instrukcja użytkownika na podnośniku.
- Wskaźnik LED ładowania baterii.
- Wyświetlacz LCD na panelu sterowania (informacja o stanie baterii, liczba cykli – siłownik podnoszący, całkowita praca, liczba przeciążeń, liczba dni od ostatniego przeglądu/liczba dni pomiędzy przeglądami)
- Sygnał dźwiękowy informujący o konieczności naładowania baterii.
- System awaryjnego wyłączania na panelu sterowania.
- Szeroki zakres podnoszenia: od 580 do 1680 mm.
- Dwupunktowy aluminiowy wieszak o szerokości 450 mm w standardzie.
- Promień skrętu: 1230 mm
- Szerokość podstawy: 680 mm
- Długość podstawy: 1150 mm.
- Elektrycznie regulowana szerokość podstawy jezdnej (wewnątrz) w zakresie 560 do 940 mm.
- Elektrycznie regulowana szerokość podstawy jezdnej (zewnątrz) w zakresie 680 do 1080 mm.
- Cztery podwójne koła z odbojnikami o średnicy 100 mm w tym dwa z blokadą.
- Maksymalny udźwig: 165 kg
- Ciężar podnośnika: 34,5 kg

Odpowiedź nr 41

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 42

Dot. 10.2 Ssak medyczny

Czy Zamawiający dopuści ssak medyczny o poniższych parametrach:

- Mobilny ssak elektryczny na czterech kołach do bezpiecznego i efektywnego odsysania wydzielin i innych płynów ustrojowych
- Ssak zainstalowany na wózku jezdny. Wózek na czterech kołach, w tym 2 z hamulcem

- Trwała obudowa z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania
- Podciśnienie max. nie mniejsze niż 91 kPa
- Wydajność ssania 36 l/min (+/- 4 l/min)
- Ssak przystosowany do pracy ciąglej.
- Płynna regulacja podciśnienia w zakresie 0 do -91 kPa
- Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą mmHg i bar
- Wysokie bezpieczeństwo użytkowania dzięki systemowi bezpośredniego dokowania (DDS) - brak drenu łączącego ssak z pojemnikiem na płyny
- Na wyposażeniu jeden pojemniki na płyny z pokrywką, autoklawowalny, nietłukący z podziałką o pojemności 3000 ml.
- Dren silikonowy do pacjenta Ø 6 mm z o długości 2 m
- Filtr antybakteryjny x 10 szt.
- Wymiary urządzenia (szer. x głęb. x wys.) 240mm x 360 mm x 330mm
- Wymiary urządzenia z wózkiem jezdny (szer. x głęb. x wys.) 410 mm x 450 mm x 900 mm
- Waga urządzenia z wózkiem 10,5 kg
- Poziom hałasu do 50 dB(A)
- Pobór energii 100 W
- Zasilanie 230V ~ 50/60 Hz.

Odpowiedź nr 42

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 43

Dot. 10.59 Ssak z zestawem cewników jednorazowych

Czy Zamawiający dopuści ssak medyczny o poniższych parametrach:

- Mobilny ssak elektryczny do bezpiecznego i efektywnego odsysania wydzielin i innych płynów ustrojowych
- Ssak zainstalowany na wózku jezdny. Wózek na czterech kołach, w tym 2 z hamulcem
- Trwała obudowa z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania
- Podciśnienie max. 91 kPa
- Wydajność ssania 45 l/min (+3/- 5l)
- Ssak przystosowany do pracy ciąglej.
- Płynna regulacja podciśnienia w zakresie 0 do -91 kPa
- Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w mmHg i bar
- Wysokie bezpieczeństwo użytkowania dzięki systemowi bezpośredniego dokowania (DDS) - brak drenu łączącego ssak z pojemnikiem na płyny
- Na wyposażeniu dwa pojemniki na płyny z pokrywką, autoklawowalne, nietłukące z podziałką o pojemności 3000 ml
- Dren silikonowy do pacjenta Ø 6 mm z o długości 2 m
- Filtr antybakteryjny x 10 szt.
- Wymiary urządzenia (szer. x głęb. x wys.) 240mm x 360 mm x 330mm
- Wymiary urządzenia z wózkiem jezdny (szer. x głęb. x wys.) 360 mm x 440 mm x 1010mm
- Waga urządzenia z wózkiem 14,5 kg
- Poziom hałasu do 48 dB(A)

- Pobór energii 173 W
- Zasilanie 230V ~ 50/60 Hz

Odpowiedź nr 43

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Treść pisma nr 2 z 01.07.2022 r.

Dotyczy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 poz. 65 Panele gazowe 1 szt.

Pytanie nr 44

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, w jakie wyposażenie dodatkowe powinien być wyposażony panel gazowy. Wyposażenie zależy od potrzeb Zamawiającego i dostosowane jest do wymogów sal w zależności od ich przeznaczenia. Poniżej opcje do wyboru, proszę o podanie rodzaju oraz ilości wyposażenia dodatkowego:

- gniazda elektryczne 230V
- gniazdo teleinformatyczne
- gniazda ekwipotencjalne
- oświetlenie miejscowe
- oświetlenie nocne
- wyłącznik światła
- punkty poboru gazów medycznych: tlen, próżnia, powietrze
- dostosowanie do każdego systemu przyzywowego
- szyna instrumentalna
- system szynowy ISA
- wieszaki pomp infuzyjnych
- wieszak teleskopowy kroplówki
- wieszak wysięgnikowy TRIMED
- półki pod aparaturę medyczną
- szuflady
- zestawy półkowe DEDAL.

Odpowiedź nr 44

Zamawiający w panelu gazowym dopuszcza: wyjścia gazów medycznych tlenu i powietrza (bez instalacji do sieci gazów), przewody do gniazda do próżni. Gniazdo elektryczne 230V. Oświetlenie miejscowe, oświetlenie nocne, wyłącznik światła. Zamawiający oczekuje reduktora do tlenu.

Pytanie nr 45

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że montaż panelu gazowego będzie odbywał się wyłącznie na przygotowanym obiekcie, tzn. instalacje będą wyprowadzone dokładnie w miejscu montażu panelu?

Odpowiedź nr 45

Montaż panelu będzie odbywał się na przygotowanym obiekcie, instalacje będą wyprowadzone w miejscu montażu paneli.

Pytanie nr 46

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wybrany Wykonawca nie będzie musiał wykonywać żadnych robót budowlanych związanych z przygotowaniem do montażu panelu?

Odpowiedź nr 46

Wykonawca nie będzie musiał wykonywać żadnych robót budowlanych.

Dotyczy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 poz. 66 Stanowisko do badania i pielęgnacji noworodka 1 szt.**Pytanie nr 47**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie miejsca montażu ogrzewacza noworodkowego w stanowisku do badania i pielęgnacji noworodka czy ogrzewacz ma być zamontowany do ściany czy do na profilu do mebla.

Odpowiedź nr 47

Zamawiający dopuszcza w stanowisku do badania i pielęgnacji noworodka ogrzewacz zamontowany na profilu do mebla.

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby koła były zamontowane tylko przy przewijaku, koła w kontakcie z wodą mogą ulec korozji?

Odpowiedź nr 48

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wysuwanej półki pod wagę, a dopuści szufladę na wagę, takie rozwiązanie będzie bardziej praktyczne, gdyż wagę należy wyjąć, położyć w bezpiecznym miejscu i dopiero zważyć dziecko?

Odpowiedź nr 49

Zamawiający dopuszcza szufladę na wagę.

Pytanie nr 50

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wysuwanej półki pod wagę, wagę należy wyjąć, położyć w bezpiecznym miejscu i dopiero zważyć dziecko?

Odpowiedź nr 51

Zamawiający dopuszcza szufladę na wagę.

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający dopuści stanowisko do badania i pielęgnacji noworodka o poniższych parametrach:

Moduł „A” wianienka z szafką dwudrzwiową– szer. 80 cm

WYKONANIE:

- **stelaż** z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL;
 - **wypełnienie** z płyty meblowej obustronnie laminowanej ;
 - **wianienka** z laminatu poliestrowo-szklanego
 - **nóżki** o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania
- Wymiary: 800x580x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]**



Zdjęcie poglądowe

Odpowiedź nr 52

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć stanowisko o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający dopuści stanowisko do badania i pielęgnacji noworodka o poniższych parametrach:

Moduł „U” umywalka z szafką

WYKONANIE:

- **stelaż** z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL;
- **wypełnienie** z płyty meblowej obustronnie laminowanej ;
- **umywalka** z laminatu poliestrowo-szklanego
- **nóżki** o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania

Wymiary: 400x580x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]



Zdjęcie poglądowe

Odpowiedź nr 53

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć stanowisko o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający dopuści stanowisko do badania i pielęgnacji noworodka o poniższych parametrach:

Moduł „B” stolik zabiegowy z 3 szufladami

WYKONANIE:

- **stelaż** z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL;
- **wypełnienie** z płyty meblowej obustronnie laminowanej ;
- **blat** z laminatu poliestrowo-szklanego, wyposażony w materacyk
- **szuflady** z systemem cichego domykania
- **nóżki** o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania

Wymiary: 700x580x900 mm

Wymiary materacyka: 520x640 mm

[szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Podstawa stalowa na czterech kołach w obudowie z tw. szt. o średnicy 100 mm



Zdjęcie poglądowe

Odpowiedź nr 54

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć stanowisko o parametrach wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający oczekuje ogrzewacza noworodkowego przyściennego o poniższych parametrach:



Do stosowania przy stanowiskach pielęgnacyjnych noworodków; wyposażony w ręczną lub automatyczną regulację mocy grzania, elektroniczny miernik temperatury powietrza, zegar do oceny noworodków w skali ABGAR, oświetlenie oraz system ograniczenia mocy grzejnika po określonym czasie.
Parametry techniczne IR-10:
 - zasilanie 230V, 50Hz
 - moc promiennika 700W
 - natężenie promieniowania 20 [W/cm²]
 - regulacja mocy grzania automatyczna od 34-39 ° C
 - regulacja mocy grzania ręczna od 0 do 700W, 20 stopniowa ze skokiem 35W
 - zegar APGAR, sygnały po 1, 3, 5 minutach
 - zakres pomiaru temperatury 10-60 stopni
 - tryb ograniczenia mocy po 15, 30 minutach
 - automatyczna pamięć nastawu mocy
 - oświetlenie luminescencyjne o mocy świetlnej 2x100W
 Wymiary ogrzewacza: 680x545x360 mm

Odpowiedź nr 55

Zamawiający dopuszcza wskazane przez dostawcę parametry lampy grzewczej ale zamontowanej w profilu mebla.

Dotyczy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 poz. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź nr 56

Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z uruchomienia, montażu i szkolenia oraz nie dopuszcza wysyłki firmą kurierską.

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, jeśli zgodnie z oświadczeniem Producenta oferowane produkty, nie są aparaturą medyczną i nie wymagają przeglądów?

Odpowiedź nr 57

Zamawiający nie dopuszcza odstępienia od przeglądów okresowych gwarancyjnych.

Treść pisma nr 2 z 01.07.2022 r.**Pytanie nr 58**

Dotyczy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 poz. 14 Aparat do EKG

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie równoważnego aparatu EKG z wydrukiem 1 lub 3 przebiegów EKG oraz ekranem monochromatycznym o przekątnej 4", spełniającego pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia. Opisany przez Zamawiającego aparat EKG nie jest już dostępny w sprzedaży u producenta. Poniżej przesyłamy zdjęcie aparatu EKG.

**Odpowiedź nr 58**

Zamawiający nie wyraża zgody ww. zmiany. Należy dostarczyć urządzenie o parametrach wskazanych w SWZ.

Treść pisma nr 1 z 04.07.2022 r.

Dotyczy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 poz. 2 Wózek – wanna hydrauliczna w ilości 1 szt.

Pytanie nr 59

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje wózek – wanny hydraulicznej czy elektrycznej. Część parametrów technicznych wskazuje na opis wózek – wanny hydraulicznej a część na opis wanny elektrycznej.

Odpowiedź nr 59

Zamawiający oczekuje wózek- wanny hydraulicznej wózek kąpielowy (hydrauliczny) służący do przewożenia pacjenta z łóżka pod prysznic; konstrukcja stalowa z powłoką antykorozyjną z żywicy epoksydowej;

Pytanie nr 60

Czy Zamawiający dopuści wózek – wannę o udźwigu 170 kg (155 kg pacjent, 15 kg wyposażenie)?

Odpowiedź nr 60

Zamawiający dopuszcza wózek – wannę o udźwigu 170 kg (155 kg pacjent, 15 kg wyposażenie). Zmieniono pkt. 10.3.11. Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 61

Czy Zamawiający dopuści wózek – wannę o nieco pochylonej płycie podstawy ułatwiającej spuszczenie wody zamiast kąta pochylenia 10 stopni (+/- 2 stopnie)?

Odpowiedź nr 61

Zamawiający nie dopuszcza wózek-wanny o nieco pochylonej płycie podstawy ułatwiającej spuszczenie wody, pozostaje przy wymogu o kącie pochylenia 10 stopni (+/-2 stopnie).

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający dopuści wózek – wannę o wymiarach 198 cm x 74 cm?

**Odpowiedź nr 62**

Zamawiający dopuszcza wózek-wannę o wymiarach 198 cm x 74 cm. Zmieniono pkt. 10.3.13.1. i 10.3.13.2. Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający wymaga wózek – wanny do mycia pacjenta w pozycji leżącej z elektryczną regulacją wysokości i pochylenia leżyska?

Odpowiedź nr 63

Zamawiający wymaga wózek- wanny o zmiennej wysokości za pomocą mechanizmu hydraulicznego obsługiwanego pedałami po obu stronach.

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający wymaga wózek – wanny z szerokim zakresem podnoszenia w górę i w dół, anti-trendelenburgiem (funkcja pochylna) o zasięgi do 10 stopni, regulowanymi poręczami bocznymi oraz oparcia stóp i głowy, centralnym hamowaniem i kierunkowym blokowaniem, dużymi kołami o niskim tarciu, funkcje ustawienia wysokości i nachylenia obsługiwane poprzez pilota?

**Odpowiedź nr 64**

Zamawiający dopuszcza wózek-wannę z szerokim zakresem podnoszenia w górę i w dół, anti-trendelenburgiem (funkcja pochylna) o zasięgi do 10 (+-2 stopnie) stopni, regulowanymi poręczami bocznymi oraz oparcia stóp i głowy, centralnym hamowaniem i kierunkowym blokowaniem, dużymi kołami o niskim tarciu, funkcje ustawienia wysokości i nachylenia obsługiwane poprzez pilota.