

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SWZ)

**W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PODSTAWOWYM
ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 ROKU
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2021 R. POZ. 1129 Z PÓŹN. ZM.)
(dalej zwana ustawą)**

**PN.
DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH**

Zatwierdzam

**prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk
Rektor ABNS w Białej Podlaskiej**

Biała Podlaska, sierpień 2022 r.

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;

- 1.1. Zamawiający: Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
- 1.2. Adres: ul. Sidorska 95/97, 21 – 500 Biała Podlaska
- 1.3. REGON: 030310705
- 1.4. NIP: 537-21-31-853
- 1.5. Telefony:
- 1.5.1. Rektorat 83 344 99 00
- 1.5.2. Magda Kalinowska 83 344 99 86
- 1.6. Adres e-mail:
- 1.6.1. Rektorat kontakt@akademiabialska.pl
- 1.6.2. Magda Kalinowska m.kalinowska@akademiabialska.pl
- 1.6.3. Strona www www.akademiabialska.pl

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia;

- 2.1. bip.akademiabialska.pl;

3. Tryb udzielenia zamówienia;

- 3.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym o wartości mniejszej niż równowartość kwoty 215 000 euro zgodnie z art. 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
- 3.2. Do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
- 3.3. Wymaga się, aby wszystkie pisma związane z niniejszym postępowaniem, w tym ewentualne zapytania itp. były opatrzone numerem sprawy tj. SZP.272.534.2022.

4. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji;

- 4.1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji, o których mowa w art. 275 pkt. 2) i 3) ustawy.

5. Opis przedmiotu zamówienia;

- 5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli medycznych, szczegółowo opisane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 5 do SWZ.
- 5.2. Zamawiający informuje, iż w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SWZ, określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.
- 5.3. Kod CPV:
- 5.3.1. 33192000-2 Meble medyczne;
- 5.3.2. 33192120-9 Łóżka szpitalne;
- 5.3.3. 33192300-5 Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów.

6. Termin wykonania zamówienia;

- 6.1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy;

- 7.1. Projekt umowy zawieranej w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
- 7.2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
 - 7.2.1. w sytuacji wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (jak np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, epidemia, pandemia, działania militarne itp.). Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu.
 - 7.2.2. w sytuacji wystąpienia problemów finansowych po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp. w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do jej prawidłowej realizacji i zostanie wprowadzona aneksem.
 - 7.2.3. w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji asortymentu oferowanego przez Wykonawcę, jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili złożenia oferty. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od producenta informacji dotyczącej daty zaprzestania produkcji oferowanego asortymentu i zaofiarować w zamian przedmiot umowy o identycznych lub wyższych parametrach technicznych i funkcjonalności w zakresie wskazanym w SWZ oraz przedstawić na piśmie propozycje zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej w stosunku do specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu umowy. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia (jedynie obniżenia), terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu.
 - 7.2.4. w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wprowadzenia przez władze państwowe lub samorządowe po terminie składania ofert restrykcji /ograniczeń / zakazów / zaleceń związanych z epidemią / pandemią lub zamknięcia bądź chwilowego zawieszenia lub ograniczenia działalności Wykonawcy lub Zamawiającego w związku z epidemią / pandemią (kwarantanny itp.). Zmiana może dotyczyć zmiany zakresu przedmiotu umowy, sposobu jego realizacji, wynagrodzenia, terminu realizacji i w zależności od wpływu zaistniałej sytuacji na prawidłową realizację przedmiotowej umowy zostanie określona przez Strony i wprowadzona zostanie w formie aneksu.
 - 7.2.5. Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno ze strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy, zmiana danych teleadresowych, zmiana siedziby i nazwy, NIP, REGON, osób reprezentujących strony itp. podobne zmiany nie stanowią istotnej zmiany umowy.

8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;

- 8.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej.
- 8.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
- 8.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
- 8.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
- 8.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
- 8.6. Dane niniejszego postępowania można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.
- 8.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
 - 8.7.1. dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
 - 8.7.2. za pomocą poczty elektronicznej e-mail m.kalinowska@akademiabialska.pl.
- 8.8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 8.7.2. adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

9. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy;

9.1. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji innej niż przy użyciu elektronicznych środków komunikacji.

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami;

10.1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

10.1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia: dr Stanisława Spisacka, tel. 83 345 62 46, e-mail m.kalinowska@akademiabialska.pl;

10.1.2. W zakresie proceduralnym: mgr Magda Kalinowska tel. 83 344 99 86, e-mail m.kalinowska@akademiabialska.pl.

11. Termin związania ofertą;

11.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 08.09.2022 r.

11.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 11.1. SWZ, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

12. Opis sposobu przygotowania oferty;

12.1. Na ofertę składają się:

12.1.1. formularz oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ;

12.1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ;

12.1.3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ;

oraz

12.1.4. o ile nie wynika to ze złożonych dokumentów do oferty lub z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy.

12.1.5. gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ, w części dotyczącej podmiotów trzecich;

12.1.6. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

12.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub złożone dokumenty lub oświadczenia są niekompletne lub

- zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
- 12.2.1. oferta Wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie, lub
 - 12.2.2. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 12.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena za realizację całości przedmiotu zamówienia.
 - 12.4. Ofertę należy złożyć w formie w elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 - 12.5. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami, załącznikami składającymi się na SWZ.
 - 12.6. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy oraz wymogami SWZ.
 - 12.7. Oferta powinna zostać przygotowana na / lub w formie formularzy, które stanowią załączniki do SWZ.
 - 12.8. Załączniki powinny być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku, ściśle według warunków i postanowień zawartych w SWZ.
 - 12.9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski) oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 - 12.10. Naniesione poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 - 12.11. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub notarialnie potwierdzonej kopii, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii należy załączyć do oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1192 z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
 - 12.12. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 - 12.13. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej pliku z opisem „Zastrzeżona część oferty” i zaszyfrować wraz z pozostałymi dokumentami składającymi się na ofertę. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

- 12.14. W przypadku zastrzeżenia części oferty Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).
- 12.15. W toku oceniania ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 12.16. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania Wykonawców.
- 12.17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- 12.17.1. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii należy załączyć do oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1192 z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upoważnionego.
- 12.17.2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.
- 12.17.3. Przepisy i wymagania dotyczące niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu stosuje się odpowiednio do każdego Wykonawcy.
- 12.17.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnika.
- 12.17.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani będą do zawarcia między sobą umowy cywilno-prawnej. Umowa musi być zawarta na czas trwania umowy. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, jednakże nie później niż 3 dni od wysłania w/w zawiadomienia przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji umowy, w oryginale.
- 12.17.6. Umowa, o której mowa wyżej musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczają spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do

przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących umowę.

13. Sposób oraz termin składania ofert;

- 13.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku. Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
- 13.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej w pliku .pdf, jpg, lub jednym z programów z pakietu MS OFFICE bądź zgodnym z nim pakiecie oprogramowania biurowego i podpisana podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej w jednym z ww. formatów opatrzonego podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 13.3. Ofertę wraz z załącznikami (oświadczenia, pełnomocnictwo itp.) przed złożeniem należy skompresować do jednego pliku archiwum w formacie *.zip.
- 13.4. Oferta musi być oznaczonym napisem: „SZP.272.534.2022, nazwa Wykonawcy”
- 13.5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.
- 13.6. Oferty należy składać w terminie do dnia 10.08.2022 r. do godziny 10:00 na zasadach opisanych w pkt. 13 SWZ.
- 13.7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA.

14. Termin otwarcia ofert;

- 14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2022 r. o godzinie 10:30 za pomocą funkcjonalności „Deszyfrowanie” udostępnionej Zamawiającemu w miniPortalu, pod adresem <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.
- 14.2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
- 14.3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 14.4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 14.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 14.5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 14.5.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
- 14.6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub osób trzecich, oraz transmisji sesji otwarcia za pośrednictwem jakichkolwiek urządzeń do przekazu wideo, on-line.

15. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ustawy;

- 15.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności przewidzianej w:
 - 15.1.1. w art. 108 ust. 1 ustawy.
 - 15.1.2. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
- 15.2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Zamawiający nie ustanawia żadnych przesłanek fakultatywnych.

16. Sposób obliczenia ceny;

- 16.1. Wykonawca musi przedstawić cenę oferty w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów ujętych w SWZ oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy.
- 16.2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz ewentualne upusty cenowe.
- 16.3. Wykonawca w formularzu Oferta poda łączną wartość brutto za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia.
- 16.4. Podaną cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
- 16.5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
- 16.6. Oferowana cena jest ceną ostateczną i nie podlega waloryzacji w okresie realizacji umowy.
- 16.7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 16.8. W sytuacji rozbieżności w cenie podanej liczbowo i słownie za prawidłową Zamawiający uzna cenę podaną słownie.

17. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert;

- 17.1. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto.
- 17.2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i otrzyma największą ilość punktów zgodnie z przyjętym kryterium: Cena brutto oferty – 100 pkt.
- 17.3. Oferty zostaną ocenione wg wzoru:

$$X_c = (C_{min} : C_{of}) \times 100 \text{ pkt.}$$

gdzie:

X_c	wartość punktowa ceny
C_{min}	najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
C_{of}	cena brutto oferty ocenianej

- 17.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- 17.4.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- 17.4.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 17.5. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 17.4. SWZ, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

18. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- 18.1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie w terminie związania z ofertą jednak nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 18.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 18.1. SWZ, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
- 18.3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy formularza cenowego zawierającego ilości poszczególnego asortymentu wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia, cenę jednostkową netto, wartość netto danej pozycji (iloczyn ilości i ceny jednostkowej netto), stawkę podatku VAT, cenę jednostkową brutto danej pozycji, wartości brutto danej pozycji (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) oraz sumę wartość brutto wszystkich pozycji. Łączna kwota brutto wskazana w Formularzu cenowym musi być równa kwocie brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy.
- 18.4. W przypadku posłużenia się podwykonawcą / podwykonawcami Wykonawca złoży zakres zadań / części przedmiotu zamówienia, jego wartość oraz dane podwykonawcy odpowiedzialnego za powierzony zakres umowy.
- 18.5. Za uchylanie się od zawarcia umowy Zamawiający uzna m.in.:
 - 18.5.1. Wykonawca nie dostarczy przez zawarciem umowy dokumentów wymaganych w SWZ;
 - 18.5.2. dostarczone dokumenty nie będą potwierdzać wymagań określonych w SWZ;
 - 18.5.3. niestawienie się Wykonawcy w terminie lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy;
 - 18.5.4. osoba reprezentująca Wykonawcę, która przybędzie w celu zawarcia umowy, nie będzie posiadała stosownego umocowania do reprezentowania Wykonawcy.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

- 19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.
- 19.2. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- 19.3. Odwołanie przysługuje na:
 - 19.3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 19.3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
- 19.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie i terminach określone w Dziale IX „Środki ochrony prawnej”.

20. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający je przewiduje;

- 20.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
 - 20.1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
 - 20.1.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
 - 20.1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
 - 20.1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum jedną dostawę mebli medycznych o wartości łącznej minimum 200 000,00 zł netto. Przez dostawę Zamawiający rozumie pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych pisemnych / ustnych zleceń / zamówień realizowanych na rzecz tego samego podmiotu lub kilku podmiotów. Dla dostaw zrealizowanych w innej walucie niż PLN Zamawiający przyjmie przeliczenie wg. średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez NBP i obowiązującej w dniu zawarcia danej umowy.
- 20.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
- 20.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 20.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
- 20.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 20.4. SWZ potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
 - 20.5.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- 20.5.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- 20.5.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

21. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli Zamawiający będzie wymagał ich złożenia;

- 21.1. Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych.

22. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;

- 22.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej. Przedmiot niniejszego postępowania został wyodrębniony do oddzielnego postępowania, pozostały asortyment związany z dostawami mebli zostanie objęty innymi postępowaniami prowadzonymi przez Zamawiającego. Dalszy podział zamówienia na części jest nie celowy ze względów ekonomicznych i organizacyjnych. Zamówienie jest dostępne dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, tym samym nie prowadzi do zawężenia kręgu potencjalnych Wykonawców.

23. Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części;

- 23.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

24. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie;

- 24.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.

25. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy.

- 25.1. Zamawiający nie wymaga zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

26. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2) ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania;

- 26.1. Zamawiający nie ustanawia żadnych wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują zatrudnienie osób wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) ustawy.

27. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania;

- 27.1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy.
- 28. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium;**
- 28.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
- 29. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust, 1 pkt. 7 i 8 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;**
- 29.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy.
- 30. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów;**
- 30.1. Zamawiający nie przewiduje konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia posiadanych przez niego dokumentów.
- 31. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;**
- 31.1. Wszystkie rozliczenia związane z przedmiotem zamówienia będą się odbywały w polskich złotych. Nie dopuszcza się rozliczenia rozliczeń w walutach obcych.
- 32. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot;**
- 32.1. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 33. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy;**
- 33.1. Zamawiający informuje, iż nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań składających się na przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem.
- 34. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;**
- 34.1. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
- 35. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną;**
- 35.1. Zamawiający nie przewiduje wyboru ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- 36. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy;**
- 36.1. Zamawiający nie żąda złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.

37. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający je przewiduje.

37.1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

38. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

38.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

38.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, ul. Sidorska 95/97, 21 - 500 Biała Podlaska

38.1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II jest Jarosław Szczotka, tel. 83 344 99 82 e-mail: iod@akademiabialska.pl;

38.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr SZP.272.534.2022.

38.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych;

38.1.5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

38.1.6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

38.1.7. posiada Pani/Pan:

38.1.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

38.1.7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

38.1.7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

38.1.7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

38.1.7.5. nie przysługuje Pani/Panu:

38.1.7.5.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

38.1.7.5.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

38.1.7.5.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

39. Wykaz załączników

- | | |
|----------------------|---|
| 39.1. Załącznik nr 1 | Formularz oferty. |
| 39.2. Załącznik nr 2 | Oświadczenie o spełnianiu warunków. |
| 39.3. Załącznik nr 3 | Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. |
| 39.4. Załącznik nr 4 | Projekt umowy. |
| 39.5. Załącznik nr 5 | Opis przedmiotu zamówienia. |

Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1

.....

.....

Adres siedziby

.....

.....

tel. -

E-mail:

NIP –

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn zm.) w trybie podstawowym pt. „*Dostawa mebli medycznych*” składam niniejszą ofertę i oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ za cenę brutto zł (słownie: zł)

1. Oświadczam, iż przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Akceptuję wskazany w SWZ termin związania ofertą, tj. do dnia 08.09.2022 r.
3. Oświadczam, że na dostarczony asortyment udzielę gwarancji na okres określony w projekcie umowy.
4. Oświadczam, że na dostarczony asortyment udzielę gwarancji na okres określony w projekcie umowy.
5. Oświadczam, że wybór oferty będzie / nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
6. Akceptuję projekt umowy i w sytuacji wybrania oferty zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ.
8. Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

9. Informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy znajdują się na następujących stronach oferty / załącznika do, których tylko Zamawiający ma możliwość wglądu.
10. Wykonawca oświadcza, że jest:
- 1) mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR)*;
 - 2) małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)*;
 - 3) średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)*;
 - 4) innym niż ww.*
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**.
12. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
- | | |
|----------|----------|
| 1) | 4) |
| 2) | 5) |
| 3) | 6) |

Oferta wraz z załącznikami składa się z stron*.

* niepotrzebne skreślić.

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2

Nazwa Wykonawcy

.....
.....
.....

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. 20.1. Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania nr SZP.272.534.2022.

Nazwa Wykonawcy

.....
.....
.....

OŚWIADCZENIE
nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu

1. Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu nr SZP.272.534.2022 na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
2. Oświadczam, że podlegam wykluczeniu wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy (Wykonawca zobowiązany jest określić mającą zastosowanie podstawę wykluczenia wymienioną w ustawie). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:
.....*
3. Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

**OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....
.....
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjęte zostały następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....*

**OŚWIADCZENIE
dotyczące podanych informacji:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

* Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - 1) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 - 2) zreorganizował personel,
 - 3) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - 4) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - 5) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Załącznik nr 4

UMOWA NR SZP...2022

zawarta w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

zawarta dnia 2022 r. w Białej Podlaskiej pomiędzy:

Akademią Białską Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Sidorskiej 95/97
w Białej Podlaskiej, NIP 537-21-31-853, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:

.....

a
.....

reprezentowaną przez:

..... zwanym dalej „Wykonawcą”

Łącznie dalej zwanych w umowie Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym opublikowanym w dniu pod nr
..... w Biuletynie Informacji Publicznej, została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy**§ 1**

1. Zgodnie z warunkami i na zasadach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć a Zamawiający kupić meble medyczne, szczegółowo opisane, co do rodzaju w Opisie przedmiotu zamówienia, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy (przedmiot umowy), za cenę wskazaną w ofercie Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 2 niniejszej umowy. Ww. i nw. załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, umiejętności oraz potencjał do wykonania czynności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu i zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych niniejszą umową z należytą starannością oraz, że nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na należyte wykonanie przez niego niniejszej umowy.
3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, siłami własnymi i / lub przy udziale wybranych przez siebie podwykonawców. Zakres powierzonych podwykonawcom części przedmiotu umowy oraz ich wartość została określona w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. Wykonawca za działania bądź zaniechania podwykonawcy, odpowiada tak jak za działania bądź zaniechania własne.

Termin wykonania umowy**§ 2**

Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, należy zrealizować w terminie do ... dni kalendarzowych od podpisania niniejszej umowy.

§ 3

1. Miejscem dostawy przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 niniejszej umowy, są pomieszczenia Akademii Białskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II.
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest zawiadomienie Zamawiającego o terminie dostawy z jednodniowym wyprzedzeniem.

3. Dostawa przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 ust 1 niniejszej umowy, odbędzie się najpóźniej do godziny 14-tej ostatniego dnia terminu wykonania określonego w § 2 niniejszej umowy.
4. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 niniejszej umowy, dostarczonego po godzinie 14-tej i przesunąć odbiór na kolejny dzień pracy, niezależnie od innych uprawnień Zamawiającego przewidzianych niniejszą umową.
5. Niebezpieczeństwo utraty czy też uszkodzenia dostarczonego przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 ust 1 niniejszej umowy, przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą protokolarnego zakończenia czynności odbioru bez uwag.

§ 4

1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, niezwłocznie po osiągnięciu gotowości do odbioru tj. dostawie, montażu mebli do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym oświadczenie Zamawiającego o odbiorze lub odmowie odbioru.
3. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli:
 - 1) przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, nie będzie zgodny z Opiskiem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, albo
 - 2) stwierdzone zostaną wady przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy i płatności

§ 5

1. Za terminowe i prawidłowe pod względem jakościowym i ilościowym wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie, które nie przekroczy kwoty brutto zł (słownie:) wskazanej w ofercie Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz Formularzu cenowym, którego kopia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest kwotą ostateczną obejmującą cały zakres przedmiotu umowy przedstawiony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, i jako wynagrodzenie ryczałtowe nie będzie podlegać jakiegokolwiek waloryzacji ani jakimkolwiek zwiększeniu w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 niniejszej umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dokonana będzie na podstawie faktury / rachunku, wystawionego po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag zrealizowanego bez usterek, niedoróbek, wad całego przedmiotu niniejszej umowy, płatnego przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze / rachunku w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury / rachunku.
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP 537-21-31-853.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP
6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur / rachunków zawierających ceny jednostkowe na wskazane w Formularzu cenowym, którego kopia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

Odstąpienie od umowy i kary umowne

§ 6

1. Poza wypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku gdy:
 - 1) Wykonawca w terminie, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, nie dostarczy całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,
 - 2) Zamawiający odmówi dokonania odbioru całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie.
2. Poza wypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku gdy:
 - 1) Zamawiający odmówi dokonania odbioru części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie;
 - 2) Wykonawca w terminie, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, nie dostarczy części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie z tytułu jej wykonania.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy w części Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości będącej sumą iloczynów ilości odebranych bez uwag przez Zamawiającego mebli i cen jednostkowych wskazanych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
5. Płatność, o której mowa ust. 4 niniejszego paragrafu, odbędzie się zgodnie z zapisami § 5 ust. 3 niniejszej umowy.
6. Prawo odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiający może wykonać w terminie 7 dni kalendarzowych od uzyskania informacji, o okoliczności wskazanej w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, stanowiącej przyczynę odstąpienia.
7. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa odstąpienia, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych wynikających z niniejszej umowy, a następnie dochodzenia zapłaty tychże kar umownych, jak również odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości przenoszącej zastrzeżone kary umowne.
8. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
9. Zamawiający może również odstąpić od niniejszej umowy w wypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy o ile ta część wykonana została prawidłowo.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w wypadku nie dostarczenia w terminie wskazanym w § 2 niniejszej umowy przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 niniejszej umowy – w wysokości 0,5% wartości brutto nieodebranej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

- 2) w wypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy – w wysokości 0,5% wartości brutto części przedmiotu umowy objętej naprawą gwarancyjną za każdy dzień zwłoki,
 - 3) w wypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20% wartości brutto nieodebranej części przedmiotu.
2. Strony oświadczają, iż łączna maksymalna kwota naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy, nie przekroczy 25% kwoty brutto wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
 3. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości przenoszącej zastrzeżone kary umowne. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy zestawienia tych kosztów.
 4. Naliczone kary umowne, jak również koszty wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może również potrącić z przysługującej Wykonawcy wierzytelności z tytułu wynagrodzenia.

Warunki gwarancji i rękojmi

§ 8

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy ustalony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy na okres minimum 24 miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony protokołu odbioru bez uwag.
3. W wyniku zaistnienia konieczności naprawy w ramach gwarancji Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt obowiązany jest do:
 - 1) przystąpienia do naprawy w terminie 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia;
 - 2) dokonania naprawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia;
 - 3) wymiany na fabrycznie nowe w terminie do 45 dni od dnia stwierdzenia wady nie dającej się usunąć lub nie naprawienia przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 3 pkt. 2) niniejszego paragrafu.
4. Okres gwarancji jest automatycznie przedłużany o okres od daty zgłoszenia usterki do daty odbioru po naprawie.
5. Naprawy będą dokonywane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego w miejscu eksploatacji asortymentu składających się na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W wypadku braku możliwości dokonania w miejscu wskazanym Wykonawca na własny koszt dokona odbioru i zwrotu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w miejsce jego eksploatacji.

Postanowienia końcowe

§ 9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Osoba po stronie Wykonawcy podpisująca niniejszą umowę oświadcza, że jest w pełnym zakresie umocowana do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuje i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia niniejszej umowy.
3. Osoby po stronie Zamawiającego podpisujące niniejszą umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, którego reprezentują i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia niniejszej umowy.

4. Zawiadomienia wskazane w niniejszej umowie mogą być dokonywane pisemnie lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru na adresy Stron:
 - 1) Wykonawcy:, e-mail:
 - 2) Zamawiającego: Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska e-mail: kontakt@akademiabialska.pl, tel. 83 344 99 00.
5. Strony są zobowiązane informować się niezwłocznie nawzajem na piśmie o każdej zmianie siedziby, bądź adresu do doręczeń, pod rygorem uznania doręczenia korespondencji na ostatnio wskazany adres za skuteczne, tj. wywołujące skutki prawne.
6. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji i odbioru przedmiotu niniejszej umowy jest
7. Osoba wskazana w ust. 6 niniejszego paragrafu nie jest jednak upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, które zmierzałyby do zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy.

§ 10

Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia (SWZ);
- 2) Kopia oferty Wykonawcy;
- 3) Wykaz prac zleconych podwykonawcom;
- 4) Formularz cenowy.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli medycznych w ilości i asortymencie wskazanym poniżej.
2. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy tj. wykonany z nowych elementów, nie używany, zapakowany w oryginalne opakowania producenta.
3. Zamawiający przedstawił minimalne parametry techniczne, które spełniałyby założone wymagania techniczne i jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Wykonawca może zaoferować inny typ asortymentu, ale musi być ono równoważne jakościowo do określonego w SWZ. Oznacza to, że w ofercie nie może być zaoferowany asortyment o niższym standardzie i gorszych parametrach niż określone w SWZ. Wykonawca proponujący typ asortymentu zobowiązany jest wykazać, że jest ono równoważne jakościowo i spełnia wymagane normy, parametry i standardy. W takim przypadku zadaniem Wykonawcy jest wskazanie i udowodnienie wymaganego przez Zamawiającego poziomu parametrów i jakości poprzez podanie typów asortymentu, producentów i opisu zawierającego co najmniej informacje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gorszych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych przedmiotu zamówienia oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania.
4. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których przedmiot zamówienia zostanie dostarczony (Zamawiający może usunąć opakowania po dostawie, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony asortyment, mimo braku opakowań, będzie podlegał usłudze gwarancyjnej).
5. Dostawa, rozładunek i montaż mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
6. Transport na koszt Wykonawcy.
7. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli medycznych w ilości i asortymencie:
 - 7.1. Stanowisko do pobierania krwi i iniekcji w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 7.1.1. podłokietnik regulowany 2 szt. (prawy i lewy);
 - 7.1.2. możliwości obrotu podłokietników o 180° (+/-5) podłokietniki z manualną regulacją wysokości;
 - 7.1.3. regulacji położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia pleców o minimum 80° (+/- 5);
 - 7.1.4. dopuszczalne obciążenie fotela minimum 120 kg (+/- 500 mm);
 - 7.1.5. szerokość maksymalnie 800 mm (z podłokietnikami) (+/- 50 mm);
 - 7.1.6. głębokość maksymalnie 820 mm (+/- 50 mm);
 - 7.1.7. maksymalna wysokość 850 mm (+/- 50 mm);
 - 7.1.8. waga stanowiska 25 kg (+/- 1 kg);
 - 7.1.9. produkt atestowany, oznaczony znakiem CE;
 - 7.1.10. certyfikaty producenta – pozytywna certyfikacja ISO odnośnie produkcji mebli medycznych i wyposażenia;
 - 7.1.11. tapicerowane siedzisko, podłokietniki i oparcie pleców;
 - 7.1.12. wysokość siedziska 440 mm (+/- 50 mm);
 - 7.1.13. tapicerka wytrzymała na rozdieranie, odporna powłoka na ścieranie; odporna na dezynfekcję popularnymi środkami do dezynfekcji powierzchni;
 - 7.1.14. rama stanowiska lakierowana proszkowo;
 - 7.1.15. kolor tapicerki do wyboru po podpisaniu umowy.
 - 7.2. Stół do pielęgnacji niemowląt z kółkami 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

- 7.2.1. zbudowany jest z blatu, pojemnej szafki dwudrzwiowej na akcesoria oraz podstawy z kołami;
 - 7.2.2. blat otoczony burtą z trzech stron;
 - 7.2.3. blat z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym;
 - 7.2.4. wyposażony w materacyk o wymiarach 765 x 220 mm (+/- 50 mm);
 - 7.2.5. stelaż z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo;
 - 7.2.6. listwy na dodatkowe akcesoria;
 - 7.2.7. szafka z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym;
 - 7.2.8. front z płyty meblowej MDF lakierowanej;
 - 7.2.9. podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, wyposażona w kółka w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy minimum 75 mm w tym dwa z blokadą;
 - 7.2.10. elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo;
 - 7.2.11. szerokość 830 mm (+/- 20 mm);
 - 7.2.12. głębokość 650 mm (+/- 20 mm);
 - 7.2.13. wysokość od podłoża do blatu 900 mm (+/- 20 mm);
 - 7.2.14. wysokość całkowita stolika 950 mm (+/- 20 mm);
 - 7.2.15. materacyk z miękkiej pianki PU obsyty materiałem skóropodobnym odpornym na rozrywanie, dezynfekcję ogólnodostępnymi płynami do dezynfekcji powierzchni.
- 7.3. Kozetka lekarska w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.3.1. stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało leże dwusegmentowe, tapicerowane materiałem zmywalnym, kolor szary lub inny (po dostarczeniu wzornika kolorów);
 - 7.3.2. zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego: ok. +/- 40°;
 - 7.3.3. wymiary ok.: 180 – 190 x 50 – 60 x 50 - 55 cm (dł. x sz. x wys.)
 - 7.3.4. obciążenie minimum 180 kg (+/- 500g);
 - 7.3.5. wyposażenie: uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku
 - 7.3.6. taboret medyczny tapicerowany, regulowana wysokość siedziska za pomocą sprężyny gazowej, podstawa metalowa chromowana;
 - 7.3.7. tapicerka miękka z obiciem tworzywowym, skóropodobnym, zmywalnym odpornym na rozrywanie, dezynfekcję ogólnodostępnymi płynami do dezynfekcji powierzchni;
 - 7.3.8. kolor do wyboru po podpisaniu umowy.
- 7.4. Parawan medyczny jednoskrzydłowy w ilości 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.4.1. jednoskrzydłowy parawan wykonany z lekkich, metalowych profili lakierowanych proszkowo o zwiększonej odporności na korozję i uszkodzenia mechaniczne;
 - 7.4.2. podgumowane kółka pozwalające na swobodne przemieszczanie bez utraty stabilności;
 - 7.4.3. tkanina ekranu z tkaniny zmywalnej;
 - 7.4.4. wysokość 1700 mm (+/- 50 mm);
 - 7.4.5. szerokość 1000 mm (+/- 50 mm);
 - 7.4.6. kolor tkaniny doprecyzowany po podpisaniu umowy.
- 7.5. Wózek transportowy do czystej i brudnej bielizny w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.5.1. szafka z drzwiczkami, 2 x półka;
 - 7.5.2. 2 x stelaż do worków na odpady obudowany;
 - 7.5.3. szafka zbudowana z stelaża z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS,

- anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor (kolor zostanie doprecyzowany po podpisaniu umowy), wypełnienia z płyty meblowej obustronnie laminowanej (kolor zostanie doprecyzowany po podpisaniu umowy), blatu z 3 stron obudowanego, uchwyty do prowadzenia;
- 7.5.4. podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wyposażona w wysoce mobilne koła z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm (+/- 5 mm), w tym dwa z blokadą, odboje na narożach podstawy;
 - 7.5.5. obręcz do worka na odpady ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; z pokrywą z tworzywa ABS otwierana ręcznie;
 - 7.5.6. obudowana wymiary: 1450 x 580 x 1080 mm (+/- 50 mm);
 - 7.5.7. wymiary szafki: 550 x 530 x 685 mm (+/- 50 mm);
 - 7.5.8. wysokość użytkowa szafki (3 x 215 mm) (+/- 50 mm);
 - 7.5.9. kolor płyt doprecyzowany po podpisaniu umowy.
- 7.6. Wózek na odpady w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.6.1. wykonany z wytrzymałych profili stalowych kwasoodpornych;
 - 7.6.2. zamykany dwiema pokrywami za pomocą mechanizmu nożnego;
 - 7.6.3. odpady zbierane w dwóch osobnych workach foliowych o pojemności 120 l.
- 7.7. Szafka przyłóżkowa szpitalna 3 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.7.1. szafka wyposażona w krążki odbojowe zabezpieczające szafkę i ściany przed uszkodzeniami oraz cztery koła jezdne z podwójnym bieżnikiem o średnicy min. 50 mm, min. dwa koła z blokadą indywidualną;
 - 7.7.2. szafka dwustronna z możliwością postawienia po obu stronach łóżka;
 - 7.7.3. szkielet szafki wykonany ze stopów nierdzewnych, korpus szafki wykonany w całości z profilowanego tworzywa sztucznego wysokiej jakości;
 - 7.7.4. drzwi i czoła szuflady z możliwością wyboru kolorów przez Zamawiającego, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odlewane w całości wraz z wyprofilowanymi uchwytami;
 - 7.7.5. wewnątrz szafki dwie półki: górna, wykonana z HPL, dolna, łatwo demontowana w celu czyszczenia, wykonana z wysokiej jakości tworzywa, posiadająca otwory wentylacyjne zapewniające dopływ świeżego powietrza do wnętrza szafki;
 - 7.7.6. korpus szafki wyposażony w aluminiowy reling z wyprofilowanym miejscem na ręczniki po jednej stronie szafki oraz miejsce na min. dwie butelki o pojemności 1,5 l z drugiej strony szafki, miejsca na ręcznik i napoje wyprofilowane w korpusie jako jeden odlew, bez połączeń klejonych, śrub, nitów itp., w celu wyeliminowania stref trudnych do dezynfekcji;
 - 7.7.7. nowoczesny design szafki;
 - 7.7.8. łatwe korzystanie ze wszystkich funkcji szafki za pomocą jednej ręki;
 - 7.7.9. regulacja wysokości blatu bocznego wspomaganą sprężyną gazową;
 - 7.7.10. blat główny i boczny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed zsunięciem się rzeczy pacjenta;
 - 7.7.11. mobilna podstawa dzięki podwójnym kółkom;
 - 7.7.11.1. wymiary całkowite: 680 x 470 x 780 mm (+/- 50 mm);
 - 7.7.11.2. wymiary blatu bocznego: 350 x 600 mm (+/- 50 mm);
 - 7.7.11.3. regulacja wysokości blatu bocznego: 980 - 1160 mm (+/- 50 mm), blat boczny z możliwością obrotu w celu zastosowania go jako dodatkowa półka nad blatem głównym lub stolik/tablet nad łóżkiem bez konieczności obracania szafki, blat boczny z możliwością dodatkowego wysunięcia w poziomie o min. 20 cm (+/- 50 mm), w celu wypozyjonowania nad

łożkiem lub wózkiem;

7.7.11.4. średnica kół: 75 mm (+/- 50 mm).

7.8. Materac pasywny w ilości 3 szt. o parametrach nie gorszych niż:

7.8.1. materac do II stopnia odleżyn; spełniający normę EN 53127, EN 1021-1 oraz EN 1021-2 (w zakresie trudno-zapalności);

7.8.2. konstrukcja materaca wykonana z pianek o min. 3 rodzajach gęstości: dolna warstwa - pianka poliuretanowa typu HR - wysoka porowatość pozwala na maksymalną cyrkulację powietrza wewnątrz materaca, gęstość min. 40 kg/m³, wysokość min. 10 cm, górna warstwa podzielona na trzy sekcje: sekcja głowy, sekcja środkowa i sekcja stóp, sekcja głowy i stóp wykonane z pianki ułatwiającej krążenie krwi i zapewniającej komfort pacjentowi, gęstość min. 50 kg/m³, wysokość min. 5 cm, środkowa część wzmocniona pianką, która zapewnia większą odporność na „zapadanie się” i właściwe podparcie dla ciała pacjenta, gęstość min. 85 kg/m³, wysokość min. 5 cm;

7.8.3. pokrowiec wodoodporny i paro przepuszczalny; tkanina wykonana z poliestru - 60% z ognioodporną powłoką poliuretanową - 40% (nie zawiera niebezpiecznych związków i produktów chemicznych: ołowiu, rtęci, PBB zgodnie z przepisami RoHs i REACH);

7.8.4. dolna warstwa materaca posiadająca od spodu nacięcia gwarantujące przyleganie do ramy leża bez względu na pozycję, w której pacjent się znajduje;

7.8.5. pokrowiec wyposażony w odpinany zamek z pokrywą zabezpieczającą przed wnikaniem płynów;

7.8.6. pokrowiec wykonany z rozciągliwego materiału - rozciągający się w 4 kierunkach;

7.8.7. dopuszczalne obciążenie materaca gwarantujące pełną skuteczność i profilaktykę min. 230 kg;

7.8.8. wymiary:

7.8.8.1. wymiary materaca 2000 x 900 mm (+/-100 mm);

7.8.8.2. wysokość materaca 140 mm (+/- 10 mm).

7.9. Łóżko rehabilitacyjne z leżem metalowym w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

7.9.1. wyposażone w 4 zamaskowane w obudowie siłowniki;

7.9.2. drewniana konstrukcja stelaża podnosi wytrzymałość łóżka;

7.9.3. sterowanie elektryczne przy pomocy intuicyjnego pilota;

7.9.4. konstrukcja na kołach;

7.9.5. komplet poręczy drewnianych;

7.9.6. wysięgnik z trójkątem;

7.9.7. kolor zostanie doprecyzowany po podpisaniu umowy;

7.9.8. typ leża: listwy metalowe;

7.9.9. leże metalowe;

7.9.10. wymiary:

7.9.10.1. wymiary zewnętrzne łóżka: 105 x 225 cm (+/- 11 cm);

7.9.10.2. wymiary zewnętrzne łóżka: 90 x 200 cm (+/- 10 cm);

7.9.11. typ leża: listwy metalowe;

7.9.12. elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: od 200 mm do 600 mm lub od 400 mm do 800 mm (+/- 10 mm);

7.9.13. regulacja segmentu oparcia pleców- zagłówek łóżka, w zakresie: 0 – 72° (+/-5°);

7.9.14. regulacja segmentu oparcia uda: 0 – 40° (+/- 5°);

7.9.15. kąt przechyłu Trendelenburga: ok. 0 – 15° (+/-5°);

7.9.16. kąt przechyłu anty-Trendelenburga: ok. 0 – 15° (+/- 5°);

- 7.9.17. bezpieczne obciążenie robocze min. 215 kg (+/- 500g);
- 7.9.18. dopuszczalna waga pacjenta min. 180 kg (+/- 500g);
- 7.9.19. materac w pokrowcu nieprzemakalnym dostosowany do wymiarów leża.
- 7.10. Łóżko elektryczne uniwersalne w ilości 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 7.10.1. bezpieczna minimalna wysokość leża pozwalająca pacjentowi na opuszczanie łóżka bez ryzyka upadków; konstrukcja łóżka bardzo stabilna, posiadająca cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka w celu zagwarantowania najwyższej stabilności;
 - 7.10.2. funkcja „podwójnej autoregresji” 150 mm (+/-10 mm) zabezpieczająca przed zakleszczeniem pacjenta i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda);
 - 7.10.3. sterowanie funkcjami łóżka za pomocą przewodowego pilota z podświetlanymi przyciskami: regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, pozycja „krzesła kardiologicznego” dostępna za pomocą jednego przycisku, funkcja CPR wyraźnie oznaczona kolorem ostrzegawczym (np. czerwonym) dostępna za pomocą jednego przycisku działająca z podwójną prędkością w stosunku do pozostałych funkcji; pilot posiadający wskaźnik podłączenia do sieci oraz możliwość blokady (za pomocą klucza) przez personel funkcji zaawansowanych (Trendelenburg, anty-Trendelenburg, pozycja „krzesła kardiologicznego, pozycja CPR) w celu udostępnienia pacjentowi funkcji podstawowych tj. regulacja segmentu oparcia pleców, regulacja segmentu uda, regulacja wysokości; dodatkowy panel sterowniczy dla personelu z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg pacjenta, sterowanie funkcjami: regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, funkcji autokontur, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga; panel posiadający zaprogramowane funkcje „ratunkowe i pomocnicze” (dostępne za pomocą jednego przycisku): pozycja reanimacyjna (CPR) - oznaczona kolorem czerwonym, pozycja „krzesła kardiologicznego”, pozycja „antyszokowa” - oznaczona innym kolorem, niż funkcja anty-Trendelenburga;
 - 7.10.4. cztery koła 150 mm (+/- 10mm); system centralnej blokady oraz koło kierunkowe, antystatyczne (koła tworzywowe), dźwignia blokady przy kołach od strony nóg, dostęp do blokady z obu stron;
 - 7.10.5. panel z możliwością selektywnej blokady funkcji (regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, funkcji autokontur, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga - diody LED informujące o zablokowanej funkcji);
 - 7.10.6. panel sterowania dla personelu posiadający zaprogramowane funkcje ratunkowe i pomocnicze dostępne w szybki sposób, bez konieczności odblokowywania i aktywacji (pozycja reanimacyjna CPR, pozycja „krzesła kardiologicznego”, pozycja „antyszokowa”);
 - 7.10.7. pozycje zaprogramowane w jednym przycisku m.in.: krzesła kardiologicznego, antyszokowa, CPR;
 - 7.10.8. szczyty tworzywowe z kolorowym wypełnieniem; wykonane z wysokiej jakości tworzywa - odlewane lub formowane z jednej części (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów) łatwe do dezynfekcji i utrzymania w czystości, posiadające od góry wyprofilowane, antypoślizgowe uchwyty ułatwiające prowadzenie łóżka, szczyty łóżka z możliwością szybkiego demontażu, możliwość zablokowania szczytu od strony nóg przed przypadkowym

- wypadnięciem (np. na czas transportu łóżka), blokowanie i odblokowywanie szczytu bez użycia narzędzi za pomocą dwóch niezależnych dźwigni umieszczonych w dolnej części szczytu, szczyty łóżek całkowicie przylegające do ramy leża (bez szczelin), w celu wyeliminowania urazów kończyn;
- 7.10.9. bariery boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składane wzdłuż ramy leża, zabezpieczające pacjenta na ok. $\frac{3}{4}$ długości leża, przycisk odbezpieczenia bariery umieszczony w dolnej części bariery; konstrukcja barier bocznych zapewniająca bezpieczeństwo pacjenta i personelu, zgodne z normą EN 60601-2-52:2010 bez stref mogących spowodować uraz lub przypadkowe zakleszczenie (system anty-urazowy oraz anty-zakleszczeniowy kończyn górnych oraz dolnych), opuszczanie bariery musi odbywać się oburącz, za pomocą min. dwóch ruchów (rozwiązanie zabezpieczające pacjenta przed upadkiem z łóżka w wyniku przypadkowego opuszczenia bariery), możliwość opuszczenia barier poniżej poziomu materaca, w sposób ułatwiający pacjentowi wstawanie oraz siedzenie na łóżku;
- 7.10.10. łóżko dostosowane do zamontowania ramy ortopedycznej ze stali nierdzewnej;
- 7.10.11. układ elektryczny wyposażony w akumulator gwarantujący pracę łóżka w sytuacji bez dostępu do prądu; cały układ elektryczny o klasie szczelności IPX6;
- 7.10.12. udźwig 250 kg (+/- 10 kg);
- 7.10.13. wymiary całkowite: 980 x 2230 mm (+/- 10 mm)
- 7.10.14. wymiary leża pod materac: 900 x 2000 mm (+/- 50mm);
- 7.10.15. regulacja wysokości 410 - 815 mm (+/- 10 mm)
- 7.10.16. w komplecie materac z pianki poliuretanowej o grubości min. 10 cm (+/- 50 mm);
- 7.10.17. pokryty pokrowcem nieprzepuszczalnym i zmywalnym.
- 7.11. Rama ortopedyczna w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.11.1. ze stali nierdzewnej, wszystkie elementy mocujące oraz łączniki wykonane z aluminium dostosowana do zamontowania do łóżka elektrycznego uniwersalnego dostarczonego w zamówieniu;
- 7.11.2. podwójna rama wyciągowa składająca się z 4 rur pionowych, z czego 2 wyprofilowane w sposób umożliwiający ustawienie łóżka przy panelach ściennych, 2 rur wzdłużnych na całej długości łóżka, poprzeczki od strony nóg i dwóch poprzeczek górnych do zastosowania wyposażenia dodatkowego, całość wyposażenia ramy (poprzeczki, uchwyty oraz wieszaki) z możliwością dowolnej regulacji i rozmieszczenia w obrębie całej ramy, regulacja poprzeczek i wyposażenia za pomocą klucza dostępnego dla personelu w celu wyeliminowania regulacji i demontażu przez osoby nieupoważnione;
- 7.11.3. konstrukcja ramy jest ze stali nierdzewnej, wszystkie elementy mocujące oraz łączniki wykonane z aluminium;
- 7.11.4. uniwersalny zestaw przyrządów z możliwością montażu do różnych modeli łóżek w tym elektrycznych uniwersalnych; 1 x wysięgnik z uchwytem do ręki, 1 x wieszak na kroplówkę z możliwością dowolnego umiejscowienia na ramie, 2 x kołowrotek do wyciągów ortopedycznych;
- 7.11.5. zestaw zawiera: łatwo przesuwalne uchwyty, bloczki, podciągi;
- 7.11.6. zestaw przeznaczony do oddziałów rehabilitacyjnych i ortopedycznych.
- 7.12. Łóżko dziecięce w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.12.1. konstrukcja stabilna, wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo farbą epoksydową w celu zapewnienia wysokiej ochrony przed zarysowaniami

- oraz korozją;
- 7.12.2. segmenty leża wypełnione tworzywowymi panelami; odejmowanymi, wypełnienie segmentów leża z ogranicznikami zabezpieczającymi przed przemieszczaniem się materaca (od strony głowy i nóg) o konstrukcji zapewniającej stały dopływ powietrza do dolnej części materaca (otwory cyrkulacyjne);
 - 7.12.3. odejmowane przezroczyste szczyty z możliwością zabezpieczenia przed wyjęciem; blokada szczytów za pomocą jednego suwaka umieszczonego pośrodku dolnej części szczytu, narożniki szczytów posiadające ergonomiczne, wyprofilowane uchwyty ułatwiające przemieszczanie łóżka;
 - 7.12.4. koła o średnicy 125 mm (+/- 10mm) z centralną blokadą;
 - 7.12.5. koszyk zamocowany pod leżem np. na akcesoria, podręczne rzeczy pacjenta;
 - 7.12.6. sterowanie za pomocą panelu wbudowanego w konstrukcję od strony nóg; regulacja segmentu oparcia pleców, wysokości leża, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga; możliwość zablokowania funkcji, diody LED informujące o zablokowanej funkcji; przycisk bezpieczeństwa aktywujący w sposób świadomy funkcje sterowania; zaprogramowane funkcje ratunkowe dostępne za pomocą jednego przycisku: pozycja egzaminacyjna, reanimacyjna (CPR) - oznaczona kolorem ostrzegawczym (np. czerwonym), pozycja antyszokowa - oznaczona kolorem ostrzegawczym (np. czerwonym);
 - 7.12.7. wyposażenie:
 - 7.12.7.1. materac o grubości 10 cm (+/- 1cm), dopasowany do leża, piankowy; wykonany z pianki o gęstości 25 kg/m³, o grubości min. 10 cm (+/-10 mm), pokrowiec z zamkiem z 2 stron, materiał pokrowca składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz z warstwy poliuretanu i posiadający następujące właściwości: wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny), odporny na przenikanie mikroorganizmów, odporny na zginanie, materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych, paroprzepuszczalny, oddychający, przepuszczający powietrze, przepuszczalność powietrza: >1000g/m²/24h, skład: 40% poliester + 60% poliuretan gęstość materiału: 150 +/- 5% g/m², kolumna wody (współczynnik określający wodoszczelność): > 2m, pozytywne badanie na niepalność materiału (CRIB 5);
 - 7.12.7.2. możliwość doposażenia w wieszak kroplówki;
 - 7.12.7.3. akumulator;
 - 7.12.7.4. koszyk zamocowany pod leżem np. na akcesoria, podręczne rzeczy pacjenta;
 - 7.12.7.5. segment oparcia pleców wyposażony w funkcję szybkiej pozycji CPR, dźwignie zwalniające dostępne z obu stron łóżka, oznaczone kolorem ostrzegawczym (np. czerwonym), umiejscowione pod segmentem oparcia pleców / od strony głowy pacjenta, w celu wyeliminowania przypadkowego naciśnięcia przez personel np. kolanem;
 - 7.12.7.6. bariereki boczne wykonane z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo farbą epoksydową, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Wysokość barierek min. 800 mm, zgodnie z normą EN 50637. Mechanizm zwalniania barierki bocznej umiejscowiony pośrodku barierki; dźwignia blokady zlokalizowana od strony zewnętrznej, poza zasięgiem dziecka;

- 7.12.8. wymiary:
 - 7.12.8.1. 1700 x 800 mm (+/- 50 mm);
 - 7.12.8.2. wymiary leża 1420 x 700 mm (+/- 50 mm).
- 7.12.9. regulacja wysokości 730 – 1010 mm (+/- 50 mm);
- 7.12.10. przechyły wzdłużne 15/15 (+/- 3).
- 7.13. Wózek funkcyjny użytkowy w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 7.13.1. wózek funkcyjny wykonany z wytrzymałego materiału, konstrukcja wózka jednoczęściowa, odlewana lub formowana „w jednym bloku”, bez łączeń, w całości wykonana z wysokiej jakości polietylenu, odpornego na działanie środków chemicznych, wilgoć, odbarwienia oraz uszkodzenia mechaniczne), wyposażony w sześć szuflad z możliwością zamknięcia na zamek z kluczem (klucz dodatkowo składany, zabezpieczony przez złamaniem i zgięciem). Dolne narożniki wózka wyposażone w odboje (z możliwością wyboru kolorów, min. 2 kolory do wyboru), chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami. Możliwość wyboru kolorystyki wózka. Kolor blatu, uchwytu do prowadzenia identyczny korpusem wózka (min. 2 kolory). Możliwość wyboru koloru szuflad, min. 6 kolorów;
 - 7.13.2. miejsca na umieszczenie opisu umożliwiającego rozpoznanie zawartości szuflad;
 - 7.13.3. konstrukcja szuflad uniemożliwiająca kumulację brudu, szuflady jednoczęściowe, odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji, szuflady wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narzędzi);
 - 7.13.4. wózek wyposażony w cztery koła jezdne ułatwiające wygodne przemieszczanie, oraz możliwość zablokowania min. dwóch kół hamulcem w celu uzyskania stabilnej pozycji;
 - 7.13.5. blat wózka zabezpieczony przed zsunięciem umieszczonych przedmiotów; blat scalony z konstrukcją wózka - jako jednolity odlew;
 - 7.13.6. wózek dodatkowo posiada wyposażanie:
 - 7.13.6.1. uchwyt do przetaczania zintegrowany z blatem roboczym (jako jednolity odlew), umieszczony po lewej stronie wózka;
 - 7.13.6.2. pojemnik do zużytych igieł, pojemnik na cewniki, otwieracz ampułek;
 - 7.13.6.3. kosz na odpadki, tworzywowy, z pokrywą, mocowany z boku wózka po prawej stronie, poj. min. 14 l (+/-500 ml), możliwość otwierania pojemnika kolaniem;
 - 7.13.6.4. dwa przezroczyste odchylane pojemniki;
 - 7.13.6.5. wysuwana spod blatu półka do pisania z prawej strony, o wymiarach min. 350 x 350 mm (+/- 50 mm);
 - 7.13.6.6. uchwyt na butlę z tlenem;
 - 7.13.7. wymiary wózka:
 - 7.13.7.1. wymiar całkowity: 610 x 910 x 1000 mm (+/- 50 mm);
 - 7.13.7.2. wymiar szuflad: 100 mm (+/- 20 mm);
 - 7.13.7.3. średnica kół jezdnych: 125 mm (+/- 20 mm).
- 7.14. Stolik zabiegowy w ilości 3 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 7.14.1. stół zabiegowy 3-półkowy o konstrukcji stalowej;
 - 7.14.2. stelaż malowany proszkowo, blaty ze stali kwasoodpornej);
 - 7.14.3. 4 kółka w tym 2 z blokadą;
 - 7.14.4. wysokość: 820 mm (+/- 50 mm);
 - 7.14.5. głębokość: 440 mm (+/-50mm);
 - 7.14.6. szerokość: 620 mm – 740 mm (+/- 50mm).

- 7.15. Stojak typu Aston na kroplówki w ilości 4 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.15.1. podstawa z tworzywa sztucznego z pięcioma obrotowymi kołami;
 - 7.15.2. regulowana mechanizmem zaciskowym wysokość stojaka od 110 do 200 cm (+/- 10 cm);
 - 7.15.3. kolor stojaka zostanie doprecyzowany po podpisaniu umowy;
 - 7.15.4. stalowy stelaż lakierowany proszkowo;
 - 7.15.5. 4 zaczepy z tworzywa sztucznego o max. obciążeniu 2,5 kg (+/- 50 g);
 - 7.15.6. stabilna podstawa o średnicy 680 mm +/-50 mm;
 - 7.15.7. waga stojaka max. 5 kg (+/- 500 g).
- 7.16. Stolik zabiegowy trzypółkowy w ilości 3 szt. z miskami w ilości 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.16.1. stolik zabiegowy 3-półkowy o konstrukcji stalowej;
 - 7.16.2. stelaż stalowy malowany proszkowo, blaty ze stali kwasoodpornej;
 - 7.16.3. wyposażony w dwie białe miski z tworzywa;
 - 7.16.4. wysokość: 820 mm (+/- 50 mm);
 - 7.16.5. głębokość: 440 mm (+/-50 mm);
 - 7.16.6. szerokość: 620 mm - 740 mm (+/- 50 mm).
- 7.17. Stół zabiegowy na kolumnie w ilości 1 szt. z możliwością regulowania wysokości:
- 7.17.1. konstrukcja wykonana z kształtowników i rur ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym;
 - 7.17.2. segment oparcia pleców, siedzisko, segment nożny pokryte tkaniną powlekaną, tapicerka – poszycie bezszwowa odporne na działanie środków dezynfekujących i promieni UV;
 - 7.17.3. tapicerka dopuszczona do stosowania w placówkach służby zdrowia, posiadająca atest higieniczny, odporna na dezynfekcję standardowymi środkami stosowanymi w placówkach medycznych;
 - 7.17.4. podłokietniki oraz zagłówek wykonane ze specjalnych odlewów z pianki poliuretanowej;
 - 7.17.5. podłokietniki odchylane z możliwością łatwego demontażu;
 - 7.17.6. możliwość zamocowania barierki zabezpieczających bocznych zamiast podłokietników;
 - 7.17.7. zagłówek unieruchamiający głowę pacjenta, znajdujący się w segmencie pleców. Zagłówek wykonany z dwóch odlewanych części z pianki poliuretanowej na stelażu ze stali nierdzewnej. Zagłówek regulowany w 3 płaszczyznach;
 - 7.17.8. w segmencie oparcia pleców oraz siedziska znajdują się listwy euro ze stali nierdzewnej do montażu dodatkowego wyposażenia i osprzętu;
 - 7.17.9. podstawa stołu zabiegowego zabudowana osłoną z tworzywa ABS łatwą do dezynfekcji i utrzymania czystości;
 - 7.17.10. wysokość leżyska regulowana za pomocą kolumny elektrycznej obudowanej aluminiową osłoną łatwą do utrzymania w czystości, zapobiegającej przenikaniu cieczy i cząstek stałych o współczynniku minimum IPX6;
 - 7.17.11. 2 podwójne koła o średnicy $\varnothing 100$ w obudowie antystatycznej z przodu fotela z dźwigniami do centralnej blokady, 2 podwójne koła o średnicy $\varnothing 125$ w obudowie antystatycznej z tyłu fotela. Cały system jezdny z centralnym blokowaniem;
 - 7.17.12. regulowany elektrycznie za pomocą pilota przewodowego lub za pomocą pedału nożnego z wyraźnie oznaczonymi piktogramami;

- 7.17.13. elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie min. 0-80° (+/- 5°);
 - 7.17.14. elektryczna regulacja podparcia nóg w zakresie min. 0-73° (+/-5°);
 - 7.17.15. elektryczna regulacja segmentu siedziska w zakresie min. 0-18° (+/-5 °);
 - 7.17.16. elektryczna regulacja do pozycji Trendelenburga w zakresie min. od 0 do -15° (+/-5°)uzyskiwana za pomocą 1 wyraźnie oznaczonego innym kolorem przycisku na pilocie;
 - 7.17.17. elektryczna regulacja wysokości w zakresie 575-925 mm (+/- 30 mm);
 - 7.17.18. możliwość ustawienia stołu w pozycji wyjściowej/ krzeselkowej ułatwiającej pacjentowi zajęcie wygodnej pozycji na stole oraz zejście ze stołu. Ustawienie to odbywa się za pomocą jednego wyraźnie oznaczonego przycisku na pilocie;
 - 7.17.19. pilot przewodowy zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem kluczykiem magnetycznym;
 - 7.17.20. możliwość zaprogramowania pozycji stołu za pomocą 1 wyraźnie oznaczonego przycisku na pilocie;
 - 7.17.21. długość całkowita fotela 2180 mm (+/- 30 mm);
 - 7.17.22. szerokość siedziska oraz oparcia pleców 620 mm (+/- 30 mm);
 - 7.17.23. szerokość całkowita fotela nie więcej niż 875 mm;(+/- 30 mm);
 - 7.17.24. dopuszczalne obciążenie min. 250 kg (+/- 500g);
 - 7.17.25. urządzenie zgłoszone do URW MiŚB i dopuszczone do obrotu na terenie Polski. Zgodne z normami i Dyrektywami Unijnymi.
- 7.18. Wózek reanimacyjny z pełnym wyposażeniem w ilości 1 szt. (uchwyt na butle z tlenem, płytą do prowadzenia RKO, pojemnikiem na odpady medyczne - ostre, półka pod defibrylator kliniczny:
- 7.18.1. wykonany z łatwo zmywalnego, odpornego na zniszczenia i zabrudzenia polietylenu, konstrukcja wózka jednoczęściowa, odlewana lub formowana „w jednym bloku”, bez łączeń. Dolne narożniki wózka wyposażone w odboje (z możliwością wyboru kolorów, min. 2 kolory do wyboru), chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami. Możliwość wyboru kolorystyki wózka. Kolor blatu, uchwytu do prowadzenia identyczny korpusem wózka (min. 2 kolory). Możliwość wyboru koloru szuflad, min. 6 kolorów;
 - 7.18.2. pięć różnokolorowych szuflad szuflady jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji, wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narzędzi);
 - 7.18.3. uchwyt na pojemnik do zużytych igieł, wyposażony w pasek zabezpieczający pojemnik, przystosowany do pojemników o różnej pojemności oraz tworzywowy pojemnik na odpady z pokrywą, mocowany z boku wózka po prawej stronie, poj. min. 14l, możliwość otwierania pojemnika kolaniem;
 - 7.18.4. prawa strona wyposażona wysuwaną spod blatu półkę (np. do pisania) o wymiarach min. 350 x 350 mm (+/- 20 mm);
 - 7.18.5. półka na defibrylator z możliwością blokowania w 4 pozycjach, stalowa, lakierowana proszkowo o wym. min. 320 x 400 mm (+/-5°) dopuszczalne obciążenie min. 15 kg, (+/- 500 g) wyposażona w dwa pasy zabezpieczające aparaturę przed spadaniem;
 - 7.18.6. tył wózka posiadający wyprofilowane miejsce do przechowywania cewników, wykończone przezroczystym tworzywem typu „plexi” do identyfikowania zawartości;
 - 7.18.7. deska do prowadzenia masażu serca oraz stojak na kroplówkę;
 - 7.18.8. wymiary zewnętrzne wózka na kołach: szer. x gł. x wys. 610 x 910 x 1000 mm

- (+/- 50 mm).
- 7.19. Wózek zabiegowy + narzędzia do szycia w ilości 1 kpl. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.19.1. zestaw narzędzi składający się z 9 instrumentów;
 - 7.19.2. z wysokiej jakości stali szlachetnej;
 - 7.19.3. można dezynfekować i sterylizować;
 - 7.19.4. 6 par nożyczek, 2 pęsety, 1 szt. kleszczyków;
 - 7.19.5. 1 zestaw;
 - 7.19.6. wózek o konstrukcji metalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały;
 - 7.19.7. 2 szklane półki;
 - 7.19.8. cztery kółka jezdne;
 - 7.19.9. 2 uchylne miski ze stali nierdzewnej;
 - 7.19.10. wys. 800 mm, szer. 400 mm, dł. 700 mm (+/- 50 mm).
- 7.20. Łóżko-stół zabiegowy jeżdżący, rozkładany, podnoszony góra-dół w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.20.1. kolumna i blat stołu wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej;
 - 7.20.2. Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu;
 - 7.20.3. na obrysie podstawy brak jakichkolwiek wystających elementów, np. w postaci dźwigni, w celu ułatwienia dostępu operatora;
 - 7.20.4. cztery koła o średnicy 100 mm (± 10 mm), blokada stołu uruchamiana pilota;
 - 7.20.5. blat stołu 5 segmentowy złożony z następujących segmentów: podglówek płytowy na całą szerokość blatu, oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), płyta lędźwiowa, podnóżki: lewy i prawy;
 - 7.20.6. segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia
 - 7.20.7. napęd stołu elektrohydrauliczny. Stół wyposażony w system antykolizyjny. Ładowarka stołu wbudowana. Zasilanie 230V
 - 7.20.8. długość stołu z blatem: 2200 mm (+/- 20 mm)
 - 7.20.9. całkowita szerokość blatu: 570 mm (+/- 20 mm)
 - 7.20.10. elektrohydrauliczna regulacja wysokości: 590 do 1030 mm (+/- 20 mm)
 - 7.20.11. elektrohydrauliczna regulacja oparcia pleców: - 45° do 80° (+/- 5 °)
 - 7.20.12. elektrohydrauliczna regulacja przechyłów bocznych: min. 20°(+/- 5°)
 - 7.20.13. elektrohydrauliczna regulacja przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga min: 30°;
 - 7.20.14. elektrohydrauliczna regulacja pozycji flex/reflex: - 100° do 225° (+/- 5°)
 - 7.20.15. manualna regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 80° do 30° (+/- 5°), rozchylenie podnóżków na boki;
 - 7.20.16. regulacja przesuwu wzdłużnego blatu: min. 300 mm;
 - 7.20.17. pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej, zakończenie poziomowania sygnalizowane akustycznie;
 - 7.20.18. stół wyposażony w ergonomiczny przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji;
 - 7.20.19. na wyświetlaczu pilota informacja o stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru;
 - 7.20.20. stół wyposażony w panel sterujący umieszczony na kolumnie po jej lewej lub prawej stronie;

- 7.20.21. sterowanie z panelu: regulacja wysokości, przechyły wzdłużne, przechyły boczne, oparcie pleców, przesuw wzdłużny, flex/reflex, blokowanie stołu do podłoża;
- 7.20.22. materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, antystatyczne, montowane na rzepy, z pamięcią kształtu;
- 7.20.23. dopuszczalne obciążenie stołu: min. 360 kg (+/- 500 g).
- 7.21. Łóżko szpitalne 2 - segmentowe (specjalistyczne z przechyłami bocznymi) dla dorosłego w ilości 3 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 7.21.1. długość pełna 215 – 230 cm (+/-2 cm);
 - 7.21.2. szerokość pozycja górna poręczy bocznych 94 – 105 cm (+/-2 cm);
 - 7.21.3. wysokość łóżka pozycja najniższa 50 cm (+/-2 cm) pozycja najwyższa 90 cm (+/-2 cm);
 - 7.21.4. segment pleców przezierny dla RTG z możliwość wykonywania zdjęć w pozycji leżącej i siedzącej, wyposażony w prowadnice, umożliwiające wsunięcie tacy na kasetę RTG;
 - 7.21.5. taca na kasetę RTG wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w uchwyt do łatwego instalowania oraz rolki do płynnego przemieszczania w prowadnicach, taca posiadająca możliwość dostosowywania do wielkości kasety (min. 4 rozmiary), wymiar tacy min. 430 x 350 mm (+/- 50mm), taca wsuwana od strony szczytu głowy pacjenta (tzw. pozycjonowanie pionowe);
 - 7.21.6. leże łóżka 4- sekcyjne (segment oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione łatwo odedjmowanymi - bez użycia narzędzi płytami HPL, segment miednicy wypełniony płytą HPL zamocowaną na stałe) na trzech kolumnach o przekroju prostokątnym;
 - 7.21.7. bariereki boczne dzielone zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, wykonane z wysokiej jakości tworzywa (polipropylenu), system opuszczania barierki bocznych wspomagany sprężynami gazowymi umożliwiającymi ciche, lekkie i płynne ruchy wykonywane przez personel medyczny;
 - 7.21.8. łóżko w pełni elektryczne z regulacją wysokości segmentu pleców, uda, funkcji TR i antyTR oraz przechyłów bocznych za pomocą panelu centralnego, barierki bocznych oraz sterowań nożnych; panel centralny dla personelu z możliwością zawieszenia na szczycie, możliwość blokowania poszczególnych funkcji - zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem funkcji; sterowanie wbudowane w bariereki boczne, przyciski bezpieczeństwa, aktywujące w sposób świadomy funkcje sterowania (przyciski membranowe, zabezpieczone przed przedostawaniem się płynów i odklejaniem), panele sterujące dla personelu od strony zewnętrznej oraz dla pacjenta od strony wewnętrznej, diody LED informujące o zablokowanej funkcji oraz diody LED informujące o najniższym położeniu łóżka; sterownik nożny umieszczony po obu stronach łóżka przeznaczony do regulacji wysokości leża oraz sterownik nożny umieszczony po obu stronach łóżka przeznaczony do regulacji przechyłów bocznych - sterowniki zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem poprzez konieczność uniesienia stopą blokady zabezpieczającej. Cały układ elektroniczny łóżka o klasie szczelności min. IPX6;
 - 7.21.9. wskaźniki: nachylenia kąta leża i segmentów pleców; znajdujące się na barierkach bocznych od strony wewnętrznej i zewnętrznej, wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierki;
 - 7.21.10. funkcje sterowane jednym przyciskiem: reanimacyjna (CPR), krzesło kardiologiczne, egzaminacyjna, antyszokowa, przechyły wzdłużne;
 - 7.21.11. szczyty łóżka z możliwością szybkiego demontażu. Możliwość

zablokowania szczytu przed przypadkowym wypadnięciem (np. na czas transportu łóżka). Blokowanie i odblokowywanie szczytów bez użycia narzędzi za pomocą jednej dźwigni, umieszczonej centralnie w dolnej części szczytu. Szczyty łóżek całkowicie przylegające do ramy leża (bez szczelin), w celu wyeliminowania urazów kończyn;

- 7.21.12. szczyt łóżka od strony głowy niezależny, niezintegrowany z leżem i nie poruszający się wraz z ramą leża, w celu ochrony ścian i łóżka przed uszkodzeniami podczas regulowania i zmian pozycji łóżka;
- 7.21.13. łóżko wyposażone w funkcję przechyłów bocznych. Możliwość realizowana przechyłów wyłącznie przy podniesionych barierkach. Łóżko posiadające alarm „niedomkniętej barierki” i brak możliwości wykonania przechyłów bocznych podczas nieprawidłowego zabezpieczenia pacjenta. Automatyczne wykrywanie pozycji horyzontalnej podczas powrotu z przechyłów bocznych oraz przechyłów wzdłużnych;
- 7.21.14. konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, lakierowanych metodą proszkową z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów zgodnie normą ISO 22196:2011 lub równoważną, odporną na uszkodzenia mechaniczne, zadrapania oraz środki dezynfekcyjne;
- 7.21.15. zakres elektrycznych regulacji:
- 7.21.15.1. segment oparcia pleców: $0 - 65^{\circ} (+/- 5^{\circ})$ z funkcją autoregresji;
 - 7.21.15.2. segment uda: $0 - 47^{\circ} (+/- 2^{\circ})$ z funkcją autoregresji;
 - 7.21.15.3. pozycja Trendelenburga: $0 - 18^{\circ} (+/- 2^{\circ})$;
 - 7.21.15.4. pozycja anty-Trendelenburga: $0 - 18^{\circ} (+/- 2^{\circ})$;
 - 7.21.15.5. przechyły boczne: $0 - 20^{\circ} (+/- 2^{\circ})$;
- 7.21.16. segment podudzia regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie $0 - 18^{\circ} (+/- 2^{\circ})$;
- 7.21.17. podstawa łóżka w całości osłonięta estetyczną osłoną tworzywową z wyprofilowanymi miejscami np. na rzeczy pacjenta oraz sprzęt podczas transportu. Osłona posiadająca możliwość uniesienia, w celu dezynfekcji trudno dostępnych miejsc (bez konieczności użycia narzędzi);
- 7.21.18. po obu stronach leża stalowe, lakierowane proszkowo listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego (co najmniej trzy po każdej stronie łóżka) do worków urologicznych i drenażowych, wyposażone w przesuwne, tworzywowe haczyki (6 haczyków po każdej stronie łóżka, min. 2 haczyki na każdej listwie) z możliwością dowolnego zawieszania wyposażenia - płynnie - na różnej odległości, adekwatnie do wzrostu leżącego pacjenta i montowanego wyposażenia. Umiejscowienie listew: okolica głowy, lędźwiowa i uda.