

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SWZ)

**W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PODSTAWOWYM
ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 ROKU
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2022 R. POZ. 1710 Z PÓŹN. ZM.)
(dalej zwana ustawą)**

**PN.
DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH**

Zatwierdzam

**mgr Justyna Niewińska
Kancelarz ABNS w Białej Podlaskiej**

Biała Podlaska, listopad 2022 r.

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;

- | | |
|---------------------|---|
| 1.1. Zamawiający: | Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II |
| 1.2. Adres: | ul. Sidorska 95/97, 21 – 500 Biała Podlaska |
| 1.3. REGON: | 030310705 |
| 1.4. NIP: | 537-21-31-853 |
| 1.5. Telefony: | |
| 1.5.1. Rektorat | 83 344 99 00 |
| 1.5.2. Rafał Olczuk | 83 344 99 87 |
| 1.6. Adres e-mail: | |
| 1.6.1. Rektorat | kontakt@akademiabialska.pl |
| 1.6.2. Rafał Olczuk | r.olczuk@akademiabialska.pl |
| 1.6.3. Strona www | www.akademiabialska.pl |

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia;

- 2.1. bip.akademiabialska.pl;

3. Tryb udzielenia zamówienia;

- 3.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym o wartości mniejszej niż równowartość kwoty 215 000 euro zgodnie z art. 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
- 3.2. Do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1360).
- 3.3. Wymaga się, aby wszystkie pisma związane z niniejszym postępowaniem, w tym ewentualne zapytania itp. były opatrzone numerem sprawy tj. SZP.272.738.2022.

4. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji;

- 4.1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji, o których mowa w art. 275 pkt. 2) i 3) ustawy.

5. Opis przedmiotu zamówienia;

- 5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli medycznych, szczegółowo opisane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 5 do SWZ.
- 5.2. Zamawiający informuje, iż w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SWZ, określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.
- 5.3. Kod CPV:
- 5.3.1. 33192000-2 Meble medyczne;
- 5.3.2. 33192120-9 Łóżka szpitalne;
- 5.3.3. 33192300-5 Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów.

6. Termin wykonania zamówienia;

- 6.1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy;

- 7.1. Projekt umowy zawieranej w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
- 7.2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
 - 7.2.1. w sytuacji wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (jak np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, epidemia, pandemia, działania militarne itp.). Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu.
 - 7.2.2. w sytuacji wystąpienia problemów finansowych po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp. w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do jej prawidłowej realizacji i zostanie wprowadzona aneksem.
 - 7.2.3. w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji asortymentu oferowanego przez Wykonawcę, jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili złożenia oferty. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od producenta informacji dotyczącej daty zaprzestania produkcji oferowanego asortymentu i zaofiarować w zamian przedmiot umowy o identycznych lub wyższych parametrach technicznych i funkcjonalności w zakresie wskazanym w SWZ oraz przedstawić na piśmie propozycje zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej w stosunku do specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu umowy. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia (jedynie obniżenia), terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu.
 - 7.2.4. w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wprowadzenia przez władze państwowe lub samorządowe po terminie składania ofert restrykcji /ograniczeń / zakazów / zaleceń związanych z epidemią / pandemią lub zamknięcia bądź chwilowego zawieszenia lub ograniczenia działalności Wykonawcy lub Zamawiającego w związku z epidemią / pandemią (kwarantanny itp.). Zmiana może dotyczyć zmiany zakresu przedmiotu umowy, sposobu jego realizacji, wynagrodzenia, terminu realizacji i w zależności od wpływu zaistniałej sytuacji na prawidłową realizację przedmiotowej umowy zostanie określona przez Strony i wprowadzona zostanie w formie aneksu.
 - 7.2.5. Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno ze strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy, zmiana danych teleadresowych, zmiana siedziby i nazwy, NIP, REGON, osób reprezentujących strony itp. podobne zmiany nie stanowią istotnej zmiany umowy.

8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;

- 8.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej.
- 8.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
- 8.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
- 8.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
- 8.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
- 8.6. Dane niniejszego postępowania można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.
- 8.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
 - 8.7.1. dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
 - 8.7.2. za pomocą poczty elektronicznej e-mail r.olczuk@akademiabialska.pl.
- 8.8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 8.7.2. adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

9. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy;

9.1. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji innej niż przy użyciu elektronicznych środków komunikacji.

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami;

10.1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

10.1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia: dr Stanisława Spisacka, tel. 83 345 62 46, e-mail r.olczuk@akademiabialska.pl;

10.1.2. W zakresie proceduralnym: mgr Rafał Olczuk, tel. 83 344 99 87, e-mail r.olczuk@akademiabialska.pl.

11. Termin związania ofertą;

11.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 30.12.2022 r.

11.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 11.1. SWZ, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

12. Opis sposobu przygotowania oferty;

12.1. Na ofertę składają się:

12.1.1. formularz oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ;

12.1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ;

12.1.3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ;

oraz

12.1.4. o ile nie wynika to ze złożonych dokumentów do oferty lub z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy.

12.1.5. gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ, w części dotyczącej podmiotów trzecich;

12.1.6. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

12.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub złożone dokumenty lub oświadczenia są niekompletne lub

- zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
- 12.2.1. oferta Wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie, lub
 - 12.2.2. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 12.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena za realizację całości przedmiotu zamówienia.
 - 12.4. Ofertę należy złożyć w formie w elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 - 12.5. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami, załącznikami składającymi się na SWZ.
 - 12.6. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy oraz wymogami SWZ.
 - 12.7. Oferta powinna zostać przygotowana na / lub w formie formularzy, które stanowią załączniki do SWZ.
 - 12.8. Załączniki powinny być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku, ściśle według warunków i postanowień zawartych w SWZ.
 - 12.9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski) oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 - 12.10. Naniesione poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 - 12.11. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub notarialnie potwierdzonej kopii, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii należy załączyć do oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1799), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upoważnionego.
 - 12.12. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 - 12.13. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej pliku z opisem „Zastrzeżona część oferty” i zaszyfrować wraz z pozostałymi dokumentami składającymi się na ofertę. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

- 12.14. W przypadku zastrzeżenia części oferty Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).
- 12.15. W toku oceniania ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 12.16. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania Wykonawców.
- 12.17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- 12.17.1. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii należy załączyć do oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1799), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
- 12.17.2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.
- 12.17.3. Przepisy i wymagania dotyczące niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu stosuje się odpowiednio do każdego Wykonawcy.
- 12.17.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnika.
- 12.17.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani będą do zawarcia między sobą umowy cywilno-prawnej. Umowa musi być zawarta na czas trwania umowy. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, jednakże nie później niż 3 dni od wysłania w/w zawiadomienia przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji umowy, w oryginale.
- 12.17.6. Umowa, o której mowa wyżej musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczą spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do

przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących umowę.

13. Sposób oraz termin składania ofert;

- 13.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku. Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
- 13.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej w pliku .pdf, jpg, lub jednym z programów z pakietu MS OFFICE bądź zgodnym z nim pakiecie oprogramowania biurowego i podpisana podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej w jednym z ww. formatów opatrzonego podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 13.3. Ofertę wraz z załącznikami (oświadczenia, pełnomocnictwo itp.) przed złożeniem należy skompresować do jednego pliku archiwum w formacie *.zip.
- 13.4. Oferta musi być oznaczonym napisem: „SZP.272.738.2022, nazwa Wykonawcy”
- 13.5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.
- 13.6. Oferty należy składać w terminie do dnia 02.12.2022 r. do godziny 10:00 na zasadach opisanych w pkt. 13 SWZ.
- 13.7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA.

14. Termin otwarcia ofert;

- 14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2022 r. o godzinie 10:30 za pomocą funkcjonalności „Deszyfrowanie” udostępnionej Zamawiającemu w miniPortalu, pod adresem <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.
- 14.2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
- 14.3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 14.4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 14.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 14.5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 14.5.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
- 14.6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub osób trzecich, oraz transmisji sesji otwarcia za pośrednictwem jakichkolwiek urządzeń do przekazu wideo, on-line.

15. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ustawy;

- 15.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności przewidzianej w:
 - 15.1.1. w art. 108 ust. 1 ustawy.
 - 15.1.2. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
- 15.2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Zamawiający nie ustanawia żadnych przesłanek fakultatywnych.

16. Sposób obliczenia ceny;

- 16.1. Wykonawca musi przedstawić cenę oferty w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów ujętych w SWZ oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy.
- 16.2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz ewentualne upusty cenowe.
- 16.3. Wykonawca w formularzu Oferta poda łączną wartość brutto za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia.
- 16.4. Podaną cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
- 16.5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
- 16.6. Oferowana cena jest ceną ostateczną i nie podlega waloryzacji w okresie realizacji umowy.
- 16.7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 16.8. W sytuacji rozbieżności w cenie podanej liczbowo i słownie za prawidłową Zamawiający uzna cenę podaną słownie.

17. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert;

- 17.1. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto.
- 17.2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i otrzyma największą ilość punktów zgodnie z przyjętym kryterium: Cena brutto oferty – 100 pkt.
- 17.3. Oferty zostaną ocenione wg wzoru:

$$Xc = (Cmin : Cof) \times 100 \text{ pkt.}$$

gdzie:

Xc	wartość punktowa ceny
Cmin	najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
Cof	cena brutto oferty ocenianej

- 17.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- 17.4.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- 17.4.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 17.5. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 17.4. SWZ, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

18. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- 18.1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie w terminie związania z ofertą jednak nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 18.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 18.1. SWZ, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
- 18.3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy formularza cenowego zawierającego ilości poszczególnego asortymentu wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia, cenę jednostkową netto, wartość netto danej pozycji (iloczyn ilości i ceny jednostkowej netto), stawkę podatku VAT, cenę jednostkową brutto danej pozycji, wartości brutto danej pozycji (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) oraz sumę wartość brutto wszystkich pozycji. Łączna kwota brutto wskazana w Formularzu cenowym musi być równa kwocie brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy.
- 18.4. W przypadku posłużenia się podwykonawcą / podwykonawcami Wykonawca złoży zakres zadań / części przedmiotu zamówienia, jego wartość oraz dane podwykonawcy odpowiedzialnego za powierzony zakres umowy.
- 18.5. Za uchylenie się od zawarcia umowy Zamawiający uzna m.in.:
 - 18.5.1. Wykonawca nie dostarczy przez zawarciem umowy dokumentów wymaganych w SWZ;
 - 18.5.2. dostarczone dokumenty nie będą potwierdzać wymagań określonych w SWZ;
 - 18.5.3. niestawienie się Wykonawcy w terminie lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy;
 - 18.5.4. osoba reprezentująca Wykonawcę, która przybędzie w celu zawarcia umowy, nie będzie posiadała stosownego umocowania do reprezentowania Wykonawcy.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

- 19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.
- 19.2. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- 19.3. Odwołanie przysługuje na:
 - 19.3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 19.3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
- 19.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie i terminach określone w Dziale IX „Środki ochrony prawnej”.

20. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający je przewiduje;

- 20.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
 - 20.1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
 - 20.1.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
 - 20.1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
 - 20.1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum jedną dostawę mebli medycznych o wartości łącznej minimum 200 000,00 zł netto. Przez dostawę Zamawiający rozumie pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych pisemnych / ustnych zleceń / zamówień realizowanych na rzecz tego samego podmiotu lub kilku podmiotów. Dla dostaw zrealizowanych w innej walucie niż PLN Zamawiający przyjmie przeliczenie wg. średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez NBP i obowiązującej w dniu zawarcia danej umowy.
- 20.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
- 20.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 20.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
- 20.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 20.4. SWZ potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
 - 20.5.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- 20.5.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- 20.5.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

21. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli Zamawiający będzie wymagał ich złożenia;

- 21.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj. wykazu, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia opisanego w pkt. 20.1.4. SWZ, dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
- 21.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
- 21.3. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków.
- 21.4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
- 21.5. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

22. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;

- 22.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej. Przedmiot niniejszego postępowania został wyodrębniony do oddzielnego postępowania, pozostały asortyment związany z dostawami mebli zostanie objęty innymi postępowaniami prowadzonymi przez Zamawiającego. Dalszy podział zamówienia na części jest nie celowy ze względów ekonomicznych i organizacyjnych. Zamówienie jest dostępne dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, tym samym nie prowadzi do zawężenia kręgu potencjalnych Wykonawców.

- 23. Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części;**
23.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
- 24. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie;**
24.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.
- 25. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy.**
25.1. Zamawiający nie wymaga zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
- 26. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2) ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania;**
26.1. Zamawiający nie ustanawia żadnych wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują zatrudnienie osób wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) ustawy.
- 27. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania;**
27.1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy.
- 28. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium;**
28.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
- 29. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust, 1 pkt. 7 i 8 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;**
29.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy.
- 30. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów;**
30.1. Zamawiający nie przewiduje konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia posiadanych przez niego dokumentów.

- 31. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;**
31.1. Wszystkie rozliczenia związane z przedmiotem zamówienia będą się odbywały w polskich złotych. Nie dopuszcza się rozliczenia rozliczeń w walutach obcych.
- 32. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot;**
32.1. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 33. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy;**
33.1. Zamawiający informuje, iż nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań składających się na przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem.
- 34. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;**
34.1. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
- 35. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną;**
35.1. Zamawiający nie przewiduje wyboru ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- 36. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy;**
36.1. Zamawiający nie żąda złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
- 37. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający je przewiduje.**
37.1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 38. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.**
38.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
38.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, ul. Sidorska 95/97, 21 - 500 Biała Podlaska
38.1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II jest Jarosław Szczotka, tel. 83 344 99 82 e-mail: iod@akademiabialska.pl;

- 38.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr SZP.272.738.2022.
- 38.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- 38.1.5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 38.1.6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 38.1.7. posiada Pani/Pan:
 - 38.1.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - 38.1.7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - 38.1.7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - 38.1.7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - 38.1.7.5. nie przysługuje Pani/Panu:
 - 38.1.7.5.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - 38.1.7.5.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - 38.1.7.5.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

39. Wykaz załączników

- 39.1. Załącznik nr 1 Formularz oferty.
- 39.2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków.
- 39.3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
- 39.4. Załącznik nr 4 Projekt umowy.
- 39.5. Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia.

Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 1

.....

.....

Adres siedziby

.....

.....

tel. -

E-mail:

NIP –

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn zm.) w trybie podstawowym pt. „*Dostawa mebli medycznych*” składam niniejszą ofertę i oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ za cenę brutto

..... zł) (słownie: zł)

1. Oświadczam, iż przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Akceptuję wskazany w SWZ termin związania ofertą, tj. do dnia 30.12.2022 r.
3. Oświadczam, że na dostarczony asortyment udzielę gwarancji na okres określony w projekcie umowy.
4. Oświadczam, że na dostarczony asortyment udzielę gwarancji na okres określony w projekcie umowy.
5. Oświadczam, że wybór oferty będzie / nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
6. Akceptuję projekt umowy i w sytuacji wybrania oferty zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ.
8. Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

9. Informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy znajdują się na następujących stronach oferty / załącznika do, których tylko Zamawiający ma możliwość wglądu.
10. Wykonawca oświadcza, że jest:
- 1) mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR)*;
 - 2) małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)*;
 - 3) średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)*;
 - 4) innym niż ww.*
11. Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).
12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**.
13. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
- | | |
|----------|----------|
| 1) | 4) |
| 2) | 5) |
| 3) | 6) |

Oferta wraz z załącznikami składa się z stron*.

* niepotrzebne skreślić.

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2

Nazwa Wykonawcy

.....
.....
.....

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. 20.1. Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania nr SZP.272.738.2022.

Załącznik nr 3

Nazwa Wykonawcy

.....
.....
.....

OŚWIADCZENIE
nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu

1. Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu nr SZP.272.738.2022 na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
2. Oświadczam, że podlegam wykluczeniu wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy (Wykonawca zobowiązany jest określić mającą zastosowanie podstawę wykluczenia wymienioną w ustawie). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:
.....*

**OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....
.....
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjęte zostały następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....*

**OŚWIADCZENIE
dotyczące podanych informacji:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

* Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - 1) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 - 2) zreorganizował personel,
 - 3) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - 4) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - 5) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Załącznik nr 4

UMOWA NR SZP...2022

zawarta w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

zawarta dnia 2022 r. w Białej Podlaskiej pomiędzy:

Akademią Białską Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Sidorskiej 95/97
w Białej Podlaskiej, NIP 537-21-31-853, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:

.....

a
.....

reprezentowaną przez:

..... zwanym dalej „Wykonawcą”

Łącznie dalej zwanych w umowie Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym opublikowanym w dniu pod nr
..... w Biuletynie Informacji Publicznej, została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy**§ 1**

1. Zgodnie z warunkami i na zasadach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć a Zamawiający kupić meble medyczne, szczegółowo opisane, co do rodzaju w Opisie przedmiotu zamówienia, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy(przedmiot umowy), za cenę wskazaną w ofercie Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 2 niniejszej umowy. Ww. i nw. załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, umiejętności oraz potencjał do wykonania czynności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu i zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych niniejszą umową z należytą starannością oraz, że nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na należyte wykonanie przez niego niniejszej umowy.
3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, siłami własnymi i / lub przy udziale wybranych przez siebie podwykonawców. Zakres powierzonych podwykonawcom części przedmiotu umowy oraz ich wartość została określona w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. Wykonawca za działania bądź zaniechania podwykonawcy, odpowiada tak jak za działania bądź zaniechania własne.

Termin wykonania umowy**§ 2**

Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, należy zrealizować w terminie do ... dni kalendarzowych od podpisania niniejszej umowy.

§ 3

1. Miejscem dostawy przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 niniejszej umowy, są pomieszczenia Filii Akademii Białskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim przy ul. Sikorskiego 15.
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest zawiadomienie Zamawiającego o terminie dostawy z jednodniowym wyprzedzeniem.

3. Dostawa przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 ust 1 niniejszej umowy, odbędzie się najpóźniej do godziny 14-tej ostatniego dnia terminu wykonania określonego w § 2 niniejszej umowy.
4. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 niniejszej umowy, dostarczonego po godzinie 14-tej i przesunąć odbiór na kolejny dzień pracy, niezależnie od innych uprawnień Zamawiającego przewidzianych niniejszą umową.
5. Niebezpieczeństwo utraty czy też uszkodzenia dostarczonego przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 ust 1 niniejszej umowy, przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą protokolarnego zakończenia czynności odbioru bez uwag.

§ 4

1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, niezwłocznie po osiągnięciu gotowości do odbioru tj. dostawie, montażu mebli do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym oświadczenie Zamawiającego o odbiorze lub odmowie odbioru.
3. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli:
 - 1) przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, nie będzie zgodny z Opiskiem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, albo
 - 2) stwierdzone zostaną wady przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy i płatności

§ 5

1. Za terminowe i prawidłowe pod względem jakościowym i ilościowym wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie, które nie przekroczy kwoty brutto zł (słownie:) wskazanej w ofercie Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz Formularzu cenowym, którego kopia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest kwotą ostateczną obejmującą cały zakres przedmiotu umowy przedstawiony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, i jako wynagrodzenie ryczałtowe nie będzie podlegać jakiegokolwiek waloryzacji ani jakimkolwiek zwiększeniu w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 niniejszej umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dokonana będzie na podstawie faktury / rachunku, wystawionego po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag zrealizowanego bez usterek, niedoróbek, wad całego przedmiotu niniejszej umowy, płatnego przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze / rachunku w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury / rachunku.
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP 537-21-31-853.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP
6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur / rachunków zawierających ceny jednostkowe na wskazane w Formularzu cenowym, którego kopia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

Odstąpienie od umowy i kary umowne

§ 6

1. Poza wypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku gdy:
 - 1) Wykonawca w terminie, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, nie dostarczy całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,
 - 2) Zamawiający odmówi dokonania odbioru całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie.
2. Poza wypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku gdy:
 - 1) Zamawiający odmówi dokonania odbioru części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie;
 - 2) Wykonawca w terminie, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, nie dostarczy części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie z tytułu jej wykonania.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy w części Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości będącej sumą iloczynów ilości odebranych bez uwag przez Zamawiającego mebli i cen jednostkowych wskazanych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
5. Płatność, o której mowa ust. 4 niniejszego paragrafu, odbędzie się zgodnie z zapisami § 5 ust. 3 niniejszej umowy.
6. Prawo odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiający może wykonać w terminie 7 dni kalendarzowych od uzyskania informacji, o okoliczności wskazanej w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, stanowiącej przyczynę odstąpienia.
7. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa odstąpienia, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych wynikających z niniejszej umowy, a następnie dochodzenia zapłaty tychże kar umownych, jak również odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości przenoszącej zastrzeżone kary umowne.
8. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
9. Zamawiający może również odstąpić od niniejszej umowy w wypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy o ile ta część wykonana została prawidłowo.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w wypadku nie dostarczenia w terminie wskazanym w § 2 niniejszej umowy przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 niniejszej umowy – w wysokości 0,5% wartości brutto nieodebranej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

- 2) w wypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy – w wysokości 0,5% wartości brutto części przedmiotu umowy objętej naprawą gwarancyjną za każdy dzień zwłoki,
 - 3) w wypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20% wartości brutto nieodebranej części przedmiotu.
2. Strony oświadczają, iż łączna maksymalna kwota naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy, nie przekroczy 25% kwoty brutto wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
 3. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości przenoszącej zastrzeżone kary umowne. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy zestawienia tych kosztów.
 4. Naliczone kary umowne, jak również koszty wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może również potrącić z przysługującej Wykonawcy wierzytelności z tytułu wynagrodzenia.

Warunki gwarancji i rękojmi

§ 8

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy ustalony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy na okres minimum 24 miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony protokołu odbioru bez uwag.
3. W wyniku zaistnienia konieczności naprawy w ramach gwarancji Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt obowiązany jest do:
 - 1) przystąpienia do naprawy w terminie 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia;
 - 2) dokonania naprawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia;
 - 3) wymiany na fabrycznie nowe w terminie do 45 dni od dnia stwierdzenia wady nie dającej się usunąć lub nie naprawienia przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 3 pkt. 2) niniejszego paragrafu.
4. Okres gwarancji jest automatycznie przedłużany o okres od daty zgłoszenia usterki do daty odbioru po naprawie.
5. Naprawy będą dokonywane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego w miejscu eksploatacji asortymentu składających się na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W wypadku braku możliwości dokonania w miejscu wskazanym Wykonawca na własny koszt dokona odbioru i zwrotu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w miejsce jego eksploatacji.

Postanowienia końcowe

§ 9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Osoba po stronie Wykonawcy podpisująca niniejszą umowę oświadcza, że jest w pełnym zakresie umocowana do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuje i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia niniejszej umowy.
3. Osoby po stronie Zamawiającego podpisujące niniejszą umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, którego reprezentują i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia niniejszej umowy.

4. Zawiadomienia wskazane w niniejszej umowie mogą być dokonywane pisemnie lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru na adresy Stron:
 - 1) Wykonawcy:, e-mail:
 - 2) Zamawiającego: Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska e-mail: kontakt@akademiabialska.pl, tel. 83 344 99 00.
5. Strony są zobowiązane informować się niezwłocznie nawzajem na piśmie o każdej zmianie siedziby, bądź adresu do doręczeń, pod rygorem uznania doręczenia korespondencji na ostatnio wskazany adres za skuteczne, tj. wywołujące skutki prawne.
6. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji i odbioru przedmiotu niniejszej umowy jest
7. Osoba wskazana w ust. 6 niniejszego paragrafu nie jest jednak upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, które zmierzałyby do zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy.

§ 10

Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia (SWZ);
- 2) Kopia oferty Wykonawcy;
- 3) Wykaz prac zleconych podwykonawcom;
- 4) Formularz cenowy.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli medycznych w ilości i asortymencie wskazanym poniżej.
2. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy tj. wykonany z nowych elementów, nie używany, zapakowany w oryginalne opakowania producenta.
3. Zamawiający przedstawił minimalne parametry techniczne, które spełniałyby założone wymagania techniczne i jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Wykonawca może zaoferować inny typ asortymentu, ale musi być ono równoważne jakościowo do określonego w SWZ. Oznacza to, że w ofercie nie może być zaoferowany asortyment o niższym standardzie i gorszych parametrach niż określone w SWZ.
4. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których przedmiot zamówienia zostanie dostarczony (Zamawiający może usunąć opakowania po dostawie, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony asortyment, mimo braku opakowań, będzie podlegał usłudze gwarancyjnej).
5. Dostawa, rozładunek i montaż mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
6. Transport na koszt Wykonawcy.
7. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli medycznych w ilości i asortymencie:
 - 7.1. Stanowisko do pobierania krwi i iniekcji w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 7.1.1. podłokietnik regulowany 2 szt. (prawy i lewy);
 - 7.1.2. możliwości obrotu podłokietników o 180° (+/-5) podłokietniki z manualną regulacją wysokości;
 - 7.1.3. regulacji położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia pleców o minimum 80° (+/- 5);
 - 7.1.4. dopuszczalne obciążenie fotela minimum 120 kg (+/- 500 mm);
 - 7.1.5. szerokość maksymalnie 800 mm (z podłokietnikami) (+/- 50 mm);
 - 7.1.6. maksymalna wysokość 850 mm (+/- 50 mm);
 - 7.1.7. waga stanowiska 25 kg (+/- 1 kg);
 - 7.1.8. produkt atestowany, oznaczony znakiem CE;
 - 7.1.9. certyfikaty producenta – pozytywna certyfikacja ISO odnośnie produkcji mebli medycznych i wyposażenia;
 - 7.1.10. tapicerowane siedzisko, podłokietniki i oparcie pleców;
 - 7.1.11. tapicerka wytrzymała na rozdieranie, odporna powłoka na ścieranie; odporna na dezynfekcję popularnymi środkami do dezynfekcji powierzchni;
 - 7.1.12. rama stanowiska lakierowana proszkowo;
 - 7.1.13. kolor tapicerki do wyboru po podpisaniu umowy.
 - 7.2. Stolik do pielęgnacji niemowląt z kółkami 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 7.2.1. zbudowany jest z blatu, pojemnej szafki dwudrzwiowej na akcesoria oraz podstawy z kołami;
 - 7.2.2. blat otoczony burtą z trzech stron;
 - 7.2.3. blat z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym;
 - 7.2.4. wyposażony w materacyk o wymiarach 765x620 mm
 - 7.2.5. stelaż z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo, z kanałami montażowymi umożliwiającymi doposażenie stolika o dodatkowe akcesoria bez konieczności wykonywania otworów oraz przeróbek technologicznych
 - 7.2.6. listwy na dodatkowe akcesoria, wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, montowane do kanałów montażowych stelaża

- 7.2.7. szafka z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym;
 - 7.2.8. front z płyty meblowej MDF lakierowanej min. 20 kolorów do wyboru;
 - 7.2.9. podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, wyposażona w kółka w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy minimum 75 mm w tym dwa z blokadą;
 - 7.2.10. elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor frontów;
 - 7.2.11. szerokość 830 mm (+/- 20 mm);
 - 7.2.12. głębokość 650 mm (+/- 20 mm);
 - 7.2.13. wysokość od podłoża do blatu 900 mm (+/- 20 mm);
 - 7.2.14. wysokość całkowita stolika 950 cm (+/- 20 mm);
 - 7.2.15. materacyk z miękkiej pianki PU obszyty materiałem skóropodobnym odpornym na rozrywanie, dezynfekcję ogólnodostępnymi płynami do dezynfekcji powierzchni.
- 7.3. Kozetka lekarska w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.3.1. stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało leże dwusegmentowe, tapicerowane materiałem zmywalnym min. 16 kolorów do wyboru
 - 7.3.2. zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego: +/-45°;
 - 7.3.3. wymiary 1850x560x500 mm (+/- 10 mm)
 - 7.3.4. obciążenie minimum 180 kg (+/- 500g);
 - 7.3.5. wyposażenie: uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku z możliwością zamocowania od strony podnóżka oraz wezgłowia.
 - 7.3.6. taboret medyczny tapicerowany, z siedziskiem o średnicy 350 mm (+/- 10 mm)
 - 7.3.7. regulowana wysokość siedziska za pomocą sprężyny gazowej dźwignią ręczną, w zakresie 425-545 mm (+/- 10 mm), podstawa metalowa chromowana, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm
 - 7.3.8. tapicerka miękka z obiciem tworzywowym, skóropodobnym, zmywalnym odpornym na rozrywanie, dezynfekcję ogólnodostępnymi płynami do dezynfekcji powierzchni;
 - 7.3.9. kolor do wyboru po podpisaniu umowy (min. 16 kolorów do wyboru).
- 7.4. Parawan medyczny jednoskrzydłowy w ilości 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.4.1. jednoskrzydłowy parawan wykonany z lekkich aluminiowych, profili lakierowanych proszkowo na kolor biały o odporności na korozję i uszkodzenia mechaniczne; podstawa stalowa, malowana proszkowo na kolor biały
 - 7.4.2. kółka w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, pozwalające na swobodne przemieszczanie bez utraty stabilności;
 - 7.4.3. tkanina ekranu z tkaniny zmywalnej (poliester z wodoodporną powłoką);
 - 7.4.4. wysokość 1700 mm (+/- 50 mm);
 - 7.4.5. szerokość 1000 mm (+/- 50 mm);
 - 7.4.6. kolor tkaniny doprecyzowany po podpisaniu umowy (min. 6 kolorów do wyboru).
- 7.5. Wózek transportowy do czystej i brudnej bielizny w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.5.1. szafka z drzwiczkami, 2 x półka;
 - 7.5.2. 2 x stelaż do worków na odpady obudowany,
 - 7.5.3. szafka zbudowana z stelaża z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor (kolor zostanie doprecyzowany po podpisaniu umowy, min. 20 kolorów do wyboru), wypełnienia z płyty meblowej obustronnie laminowanej (kolor zostanie doprecyzowany po podpisaniu umowy min. 7 kolorów do wyboru), blatu z 3 stron obudowanego, uchwytu do prowadzenia;

- 7.5.4. podstawa stalowa, lakierowana proszkowo (min. 20 kolorów do wyboru), wyposażona w wysoce mobilne koła z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm (+/- 5 mm), w tym dwa z blokadą, odboje na narożach podstawy;
- 7.5.5. obręcz do worka na odpady ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, otwieraną ręcznie;
- 7.5.6. obudowana wymiary: 1450 x 580 x 1080 mm (+/- 50 mm);
- 7.5.7. wymiary szafki: 550 x 530 x 685 mm (+/- 50 mm);
- 7.5.8. wysokość użytkowa szafki (3 x 215 mm) (+/- 50 mm);
- 7.5.9. kolor płyt doprecyzowany po podpisaniu umowy.
- 7.6. Wózek na odpady w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 7.6.1. podwójny wózek na odpady
 - 7.6.2. wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
 - 7.6.3. stelaż o wym. 900x495x850 mm (+/- 10 mm)
 - 7.6.4. zamykany dwiema pokrywami za pomocą mechanizmu nożnego;
 - 7.6.5. odpady zbierane w dwóch osobnych workach foliowych o pojemności 120 l.
- 7.7. Szafka przyłóżkowa szpitalna 3 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 7.7.1. Szafka z możliwością dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie
 - 7.7.2. Szerokość szafki: 490 mm (\pm 30 mm)
 - 7.7.3. Głębokość szafki: 370 mm (\pm 30 mm)
 - 7.7.4. Wysokość blatu: 850 mm (\pm 20 mm)
 - 7.7.5. Dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki, z regulacją wysokości i kąta nachylenia
 - 7.7.6. Konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego lakierowana, poruszająca się w lakierowanych proszkowo prowadnicach
 - 7.7.7. Regulacja wysokości blatu bocznego : 750 – 1080 mm (+/- 20 mm)
 - 7.7.8. Przechył blatu w zakresie od min. -30° do min. +30°
 - 7.7.9. Szerokość blatu bocznego min. 550 mm
 - 7.7.10. Głębokość blatu bocznego min. 340 mm
 - 7.7.11. Blaty szafki wykonane z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra.
 - 7.7.12. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków.
 - 7.7.13. Blaty profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę
 - 7.7.14. Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Możliwość wyboru koloru czoł szuflady oraz drzwiczek
 - 7.7.15. Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek
 - 7.7.16. Szuflada i drzwiczki wyposażone w ergonomiczny uchwyt do otwierania, wykonany z anodowanego stopu aluminiowego.
 - 7.7.17. Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład wykonany z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być

- integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra.
- 7.7.18. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków.
 - 7.7.19. Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta)
 - 7.7.20. Szafka przejezdna z blokadą dwóch kół wykonanych z tworzywa
 - 7.7.21. Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (dołączyć do oferty)
 - 7.7.22. Szafka dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta
 - 7.7.23. Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne
 - 7.7.24. Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych – dołączyć do oferty.
- 7.8. Materac pasywny w ilości 3 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.8.1. Materac przeciwoleżynowy pasywny przeznaczony do leżenia dla pacjentów w czasie diagnozowania, leczenia, rehabilitacji
 - 7.8.2. Materac do stosowania dla pacjentów do IV stopnia odleżyn wg klasyfikacji EPUAP
 - 7.8.3. Wysokość materaca min: 140 mm
 - 7.8.4. Długość i szerokość dostosowana do wymiarów leża łóżka
 - 7.8.5. Formowany materac jednosekcyjny wykonany z dwóch warstw piany niepalnej z wycięciem na miednicę z dwoma wkładami z białej piany o wymiarach min. 50x40 cm zlokalizowanych w okolicy piętowej oraz miednicznej
 - 7.8.6. Materac wyposażony w kanały wentylacyjne pomiędzy bločkami
 - 7.8.7. Warstwa wierzchnia o wysokości min. 6 cm wykonana z pianki wiskoelastycznej termoaktywnej w gęstości min. 80kg/m³
 - 7.8.8. Warstwa spodnia o wysokości min. 8 cm wykonana z pianki wiskoelastycznej o gęstości min. 40 kg/m³
 - 7.8.9. Zaokrąglone rogi materaca
 - 7.8.10. Materac w pokrowcu poliuretanowym, nieprzemakalnym
 - 7.8.11. Hypoalergiczna powłoka posiadająca właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne
 - 7.8.12. Antypoślizgowa podstawa
 - 7.8.13. Zamek błyskawiczny otwierany z min. 3 stron materaca
 - 7.8.14. Możliwość prania w temp. do 95 stopni Celsjusza
 - 7.8.15. Możliwość dezynfekcji na zimno
 - 7.8.16. Materac posiadający atest niepalności wg normy EN ISO 597 - 1 & 2.
- 7.9. Łóżko rehabilitacyjne z leżem metalowym w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.9.1. wyposażone w 4 zamaskowane w obudowie siłowniki;
 - 7.9.2. drewniana konstrukcja stelaża podnosi wytrzymałość łóżka;
 - 7.9.3. sterowanie elektryczne przy pomocy intuicyjnego pilota;
 - 7.9.4. konstrukcja na kołach;
 - 7.9.5. komplet poręczy drewnianych;
 - 7.9.6. wysięgnik z trójkątem;
 - 7.9.7. kolor zostanie doprecyzowany po podpisaniu umowy;
 - 7.9.8. typ leża: listwy metalowe;
 - 7.9.9. leże metalowe;
 - 7.9.10. wymiary:

- 7.9.10.1. wymiary zewnętrzne łóżka: 105 x 225 cm (+/- 11 cm);
- 7.9.10.2. wymiary leża: 90 x 200 cm (+/- 10 cm);
- 7.9.11. typ leża: listwy metalowe;
- 7.9.12. elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 400 mm do 800 mm (+/- 10 mm)
- 7.9.13. regulacja segmentu oparcia pleców- zagłówek łóżka, w zakresie: 0 – 85° (+/-5°);
- 7.9.14. regulacja segmentu oparcia uda: 0 – 35° (+/- 5°);
- 7.9.15. Regulowana pozycja Trendelenburga;
- 7.9.16. Regulowana pozycja anty-Trendelenburga;
- 7.9.17. bezpieczne obciążenie robocze min. 200 kg (+/- 500g);
- 7.9.18. materac w pokrowcu nieprzemakalnym dostosowany do wymiarów leża.
- 7.10. Łóżko elektryczne uniwersalne w ilości 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 7.10.1. Łóżko wytworzone w antybakteryjnej technologii (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. Rok produkcji min. 2022.
 - 7.10.2. Zasilanie 230V~ 50/60Hz
 - 7.10.3. Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II
 - 7.10.4. Typ części aplikacyjnej B
 - 7.10.5. Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4
 - 7.10.6. Przewód zasilający skręcany
 - 7.10.7. Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1000 mm
 - 7.10.8. Całkowita długość łóżka: maksymalnie 2190 mm.
 - 7.10.9. Nie dopuszcza się dłuższych łóżek ze względu na wymiary wind.
 - 7.10.10. Łóżko przystosowane do materaca o wymiarach min. 2000 x 850 mm
 - 7.10.11. Wydłużenie leża min. 320 mm
 - 7.10.12. Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka:
 - 7.10.12.1. zmiana wysokości leża,
 - 7.10.12.2. pochylenie oparcia pleców,
 - 7.10.12.3. pochylenie segmentu udowego,
 - 7.10.12.4. funkcja autokontur
 - 7.10.13. Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego
 - 7.10.14. Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej
 - 7.10.15. Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi
 - 7.10.16. Elektryczna regulacja wysokości leża
 - 7.10.17. Minimalna wysokość leża od podłogi 370 mm (+/-20 mm). Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac
 - 7.10.18. Maksymalna wysokość leża od podłogi 810 mm (+/- 20 mm). Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac.
 - 7.10.19. Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do 70° (+/- 3°)
 - 7.10.20. Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga: 16° (+/- 3°).
 - 7.10.21. Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga: 17° (+/-3°).
 - 7.10.22. Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do 70o ± 3° oraz segmentu uda do 40° (+/- 3°),
 - 7.10.23. Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0° do 40° (+/- 3°)
 - 7.10.24. Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm
 - 7.10.25. System autoregresji totalnej (oparcie pleców + segment udowy) min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej.
 - 7.10.26. Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta (z możliwością zdjęcia go ze szczytu). Panel z diodową

- sygnalizacją podłączenia łóżka do sieci energetycznej.
- 7.10.27. Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym:
 - 7.10.27.1. pozycja krzesła kardiologicznego
 - 7.10.27.2. pozycja antyszokowa (funkcja Trendelenburga ratunkowego)
 - 7.10.27.3. pozycja do badań (maksymalnie podniesione i wypoziomowane leże)
 - 7.10.27.4. pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się)
 - 7.10.27.5. pozycja zerowa (elektryczny CPR)
 - 7.10.28. Panel centralny wyposażony w przyciski służące do uzyskiwania pozycji wykorzystywanych przy tzw. wczesnej mobilizacji pacjenta:
 - 7.10.28.1. ruch oparcia pleców do 300 oraz maksymalne podniesienie leża
 - 7.10.28.2. podniesione oparcie pleców, leże maksymalnie podniesione i pochylone w kierunku nóg
 - 7.10.29. Każda powyższa pozycja uzyskiwana ze specjalnie oznaczonego przycisku.
 - 7.10.30. Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga
 - 7.10.31. Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych – z diodową informacją o zablokowanych funkcjach.
 - 7.10.32. Na panelu jednoprzyciskowa blokada wszystkich funkcji za wyjątkiem funkcji ratunkowych (tj. Trendelenburga ratunkowego i elektrycznego CPR).
 - 7.10.33. Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego
 - 7.10.34. Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów.
 - 7.10.35. Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża.
 - 7.10.36. Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką.
 - 7.10.37. Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta
 - 7.10.38. Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta
 - 7.10.39. Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru.
 - 7.10.40. Segmenty leża wypełnione odejmowanymi płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG
 - 7.10.41. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża.
 - 7.10.42. 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik)
 - 7.10.43. Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta
 - 7.10.44. Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania
 - 7.10.45. Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145 mm i na długości min. 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego

- 7.10.46. Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów.
- 7.10.47. Rama leża wyposażona w:
 - 7.10.47.1. krążki odbojowe w narożach leża,
 - 7.10.47.2. sworzeń wyrównania potencjału,
 - 7.10.47.3. poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg
 - 7.10.47.4. cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża
- 7.10.48. Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża
- 7.10.49. Dopuszczalne obciążenie robocze min. 280 kg
- 7.10.50. Elementy wyposażenia łóżka:
 - 7.10.50.1. materac o grubości 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznnej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt.
- 7.10.51. Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty)
- 7.10.52. Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta
- 7.10.53. Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne
- 7.10.54. Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych – dołączyć do oferty.
- 7.11. Rama ortopedyczna wyciągowa w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 7.11.1. ze stali nierdzewnej, wszystkie elementy mocujące oraz łączniki z wykończeniem matowym;
 - 7.11.2. Kompatybilna z dostarczonym łóżkiem;
- 7.12. Łóżko dziecięce w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 7.12.1. konstrukcja stabilna, wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo w celu zapewnienia wysokiej ochrony przed zarysowaniami oraz korozją;
 - 7.12.2. Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym
 - 7.12.3. Ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie do 60°
 - 7.12.4. Łóżko wyposażone w opuszczane poręcze boczne z blokadami uniemożliwiającymi przypadkowe otwarcie. Blokady znajdują się w poręczach bocznych, łatwych w użytkowaniu
 - 7.12.5. Regulacja wysokości poręczy bocznych w zakresie 910-1310mm (+/- 10 mm)
 - 7.12.6. łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 125 mm z w tym 2 koła z indywidualną blokadą jazdy i obrotu
 - 7.12.7. wyposażenie:
 - 7.12.7.1. materac o grubości 10 cm (+/- 1cm);
 - 7.12.7.2. możliwość doposażenia w wieszak kroplówki;
 - 7.12.7.3. koszyk zamocowany pod leżem np. na akcesoria, podręczne rzeczy pacjenta;
 - 7.12.7.4. barierki boczne wykonane z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo farbą epoksydową, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża.
 - 7.12.8. wymiary:
 - 7.12.8.1. szerokość całkowita 765mm (+/- 10 mm)
 - 7.12.8.2. długość całkowita 1665mm (+/- 10mm)
 - 7.12.8.3. regulacja wysokości 505 – 805mm (+/- 10mm)
 - 7.12.8.4. kąt przechyłu Trendelenburga 0 – 15° (+/- 5°)
 - 7.12.8.5. kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0 – 15° (+/- 5°)

- 7.13. Wózek funkcyjny użytkowy w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.13.1. wózek 4-szufladowy, wykonany ze stali malowanej proszkowo oraz tworzywa ABS
 - 7.13.2. szafka wyposażona w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości
 - 7.13.3. wózek z blatem i osłoną podstawy z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym
 - 7.13.4. podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS, pełniącej funkcję odbojów
 - 7.13.5. miejsca na umieszczenie opisu umożliwiającego rozpoznanie zawartości szuflad;
 - 7.13.6. szafka wyposażona w cztery szuflady, trzy z nich z frontami o wysokości 156 mm (+/- 5 mm), jedna o wysokości frontu 234 mm (+/- 5 mm)
 - 7.13.7. powierzchnia użytkowa szuflady o wysokości frontu 156 mm równa 525x440x141 mm (+/- 5 mm)
 - 7.13.8. powierzchnia użytkowa szuflady o wysokości frontu 234 mm równa 525x440x209 mm (+/- 5 mm)
 - 7.13.9. szuflady wyposażone w system samodomykania
 - 7.13.10. wózek wyposażony w cztery koła jezdne o średnicy 125 mm, ułatwiające wygodne przemieszczanie, oraz możliwość zablokowania min. dwóch kół hamulcem w celu uzyskania stabilnej pozycji;
 - 7.13.11. blat wózka zabezpieczony przed zsunięciem umieszczonych przedmiotów; otoczony z 3 stron bandami
 - 7.13.12. wózek dodatkowo posiada wyposażanie:
 - 7.13.12.1. uchwyt do przetaczania zintegrowany z wózkiem, umieszczony z przodu wózka, wykonany ze stali malowanej proszkowo
 - 7.13.12.2. pojemnik do zużytych igieł ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 (z możliwością dostosowania uchwytu do wym. pojemnika Zamawiającego),
 - 7.13.12.3. pojemnik na cewniki z tworzywa sztucznego, w uchwycie ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,
 - 7.13.12.4. otwieracz ampułek;
 - 7.13.12.5. kosz na odpadki, tworzywowy, z pokrywą, mocowany z boku wózka po prawej stronie, poj. min. 8 l, możliwość otwierania kosza kolaniem
 - 7.13.12.6. trzy przezroczyste odchylane pojemniki z boku wózka;
 - 7.13.12.7. wysuwana spod blatu półka do pisania, o wymiarach 430x430 mm (+/- 10 mm);
 - 7.13.13. wymiary wózka:
 - 7.13.13.1. wymiar całkowity: 770 x 570 x 1000 mm (+/- 10 mm);
 - 7.13.13.2. wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 10 mm)
- 7.14. Stolik zabiegowy w ilości 3 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- 7.14.1. stół zabiegowy 3-półkowy o konstrukcji stalowej;
 - 7.14.2. stelaż z rurek malowanych proszkowo, blaty ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9);
 - 7.14.3. 4 kółka w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm (+/- 5 mm), w tym 2 z blokadą;
 - 7.14.4. wysokość: 820 mm (+/- 50 mm);
 - 7.14.5. głębokość: 440 mm (+/- 50 mm);
 - 7.14.6. szerokość: 740 mm (+/- 50 mm).
- 7.15. Stojak na kroplówki w ilości 4 szt. o parametrach nie gorszych niż:

- 7.15.1. podstawa z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, o średnicy 640 mm (+/- 10 mm) z pięcioma obrotowymi kołami o średnicy 50 mm (czarne), w tym dwa z blokadą;
- 7.15.2. regulowana mechanizmem zaciskowym wysokość stojaka od 1320-2150 mm (+/-10 mm)
- 7.15.3. kolumna zewnętrzna ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, o średnicy 25 mm (+/- 3 mm)
- 7.15.4. kolumna wewnętrzna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, o średnicy 16 mm (+/- 3 mm)
- 7.15.5. głowica wyposażona w 4 haczyki, głowica wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
- 7.16. Stolik zabiegowy trzypółkowy w ilości 3 szt. z miskami w ilości 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 7.16.1. stół zabiegowy 3-półkowy
 - 7.16.2. stelaż z rurek malowanych proszkowo, blaty ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9);
 - 7.16.3. 4 kółka w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm (+/- 5 mm), w tym 2 z blokadą;
 - 7.16.4. wyposażony w dwie miski wykonane ze stali nierdzewnej, miski o poj. 2,5l
 - 7.16.5. wysokość: 820 mm (+/- 50 mm);
 - 7.16.6. głębokość: 440 mm (+/-50 mm);
 - 7.16.7. szerokość: 620 mm - 740 mm (+/- 50 mm).
- 7.17. Stół zabiegowy na dwóch kolumnach w ilości 1 szt. z możliwością regulowania wysokości:
 - 7.17.1. konstrukcja wykonana z kształtowników i rur ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym;
 - 7.17.2. segment oparcia pleców, siedzisko, segment nożny odporne na działanie środków dezynfekujących i promieni UV;
 - 7.17.3. tapicerka dopuszczona do stosowania w placówkach służby zdrowia, posiadająca atest higieniczny, odporna na dezynfekcję standardowymi środkami stosowanymi w placówkach medycznych;
 - 7.17.4. podłokietniki oraz zagłówki wykonane ze specjalnych odlewów z pianki poliuretanowej;
 - 7.17.5. podłokietniki odchylane z możliwością demontażu;
 - 7.17.6. możliwość zamocowania barierki zabezpieczających bocznych zamiast podłokietników (opcjonalnie);
 - 7.17.7. podstawa stołu zabiegowego zabudowana osłoną z tworzywa ABS łatwą do dezynfekcji i utrzymania czystości;
 - 7.17.8. wysokość leżyska regulowana za pomocą kolumn elektrycznych obudowanych osłoną łatwą do utrzymania w czystości, zapobiegającej przenikaniu cieczy i cząstek stałych o współczynniku minimum IPX6;
 - 7.17.9. 4 podwójne koła o średnicy $\varnothing 125$ w obudowie antystatycznej. Cały system jezdny z centralnym blokowaniem;
 - 7.17.10. regulowany elektrycznie za pomocą pilota przewodowego lub za pomocą pedału nożnego z wyraźnie oznaczonymi piktogramami;
 - 7.17.11. Podnóżek regulowany elektrycznie w zakresie min. 0-60°;
 - 7.17.12. Materac stały wykonany z pianki wysokoelastycznej (min. 35 kg/m³) - Grubość 10 cm;
 - 7.17.13. Spawana maszynowo stalowa rama, pokryta żywicą epoksydową;
 - 7.17.14. elektryczna regulacja segmentu siedziska w zakresie min. 0-18° (+/-5 °);

- 7.17.15. elektryczna regulacja do pozycji Trendelenburga w zakresie 0° do 15° ($\pm 5^{\circ}$);
- 7.17.16. elektryczna regulacja wysokości w zakresie 490-890 mm (± 30 mm);
- 7.17.17. możliwość ustawienia stołu w pozycji wyjściowej/ krzeselkowej ułatwiającej pacjentowi zajęcie wygodnej pozycji na stole oraz zejście ze stołu;
- 7.17.18. pilot przewodowy;
- 7.17.19. długość całkowita w pozycji łóżka 2020 mm (± 30 mm);
- 7.17.20. długość całkowita fotela 1480 mm (± 30 mm);
- 7.17.21. szerokość całkowita fotela nie więcej niż 105 cm; (± 30 mm);
- 7.17.22. dopuszczalne obciążenie min. 250 kg (± 500 g);
- 7.18. Wózek reanimacyjny w ilości 1 szt.
 - 7.18.1 z pełnym wyposażeniem (uchwyt na butle z tlenem, płytą do prowadzenia RKO, pojemnikiem na odpady medyczne - ostre, półka pod defibrylator kliniczny;
 - 7.18.2 wózek 5-szufladowy, wykonany ze stali malowanej proszkowo oraz tworzywa ABS
 - 7.18.3 szafka wyposażona w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości
 - 7.18.4 wózek z blatem i osłona podstawy z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym
 - 7.18.5 podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS, pełniącą funkcję odbojów
 - 7.18.6 miejsca na umieszczenie opisu umożliwiającego rozpoznanie zawartości szuflad;
 - 7.18.7 szafka wyposażona w pięć szuflad, dwie z nich z frontami o wysokości 97 mm (± 5 mm), jedna o wysokości frontu 156 mm (± 5 mm), dwie z nich o wysokości frontu 175 mm (± 5 mm)
 - 7.18.8 powierzchnia użytkowa szuflady o wysokości frontu 97 mm równa 525x440x82 mm (± 5 mm)
 - 7.18.9 powierzchnia użytkowa szuflady o wysokości frontu 156 mm równa 525x440x141 mm (± 5 mm)
 - 7.18.10 powierzchnia użytkowa szuflady o wysokości frontu 175 mm równa 525x440x150 mm (± 5 mm)
 - 7.18.11 szuflady wyposażone w system samodomykania
 - 7.18.12 wózek wyposażony w cztery koła jezdne o średnicy 125 mm, ułatwiające wygodne przemieszczanie, oraz możliwość zablokowania min. dwóch kół hamulcem w celu uzyskania stabilnej pozycji;
 - 7.18.13 blat wózka zabezpieczony przed zsunieniem umieszczonych przedmiotów; otoczony z 3 stron bandami
 - 7.18.14 Wózek dodatkowo posiada wyposażenie:
 - 7.18.14.1 uchwyt z pojemnikiem do zużytych igieł wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z możliwością dostosowania do wym. pojemnika Zamawiającego
 - 7.18.14.2 tworzywowy pojemnik na odpady z pokrywą, mocowany z boku wózka, poj. min. 8l, możliwość otwierania pojemnika kolanem;
 - 7.18.14.3 wyposażony w wysuwaną spod blatu półkę (np. do pisania) o wymiarach 430x430 mm (± 20 mm);
 - 7.18.14.4 półka na defibrylator z płynną reg. wysokości i obrotu, wykonana z aluminium malowanego proszkowo, półka o wym. 345x295 mm (± 10 mm)

- 7.18.14.5 uchwyt z poj. na cewniki, uchwyt wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, pojemnik wykonany z tworzywa w kolorze białym
- 7.18.14.6 deska do prowadzenia masażu serca
- 7.18.14.7 wieszak kroplówki z regulacją wysokości, z głowicą na 2 haczyki, głowica wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
- 7.18.1. wymiary wózka:
 - 7.18.1.1. wymiar całkowity: 670 x 570 x 1000 mm (+/- 10 mm);
 - 7.18.1.2. wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/-10 mm)
- 7.19. Wózek zabiegowy + narzędzia do szycia w ilości 1 kpl. o parametrach nie gorszych niż:
 - 7.19.1. zestaw narzędzi składający się z 9 instrumentów;
 - 7.19.2. z wysokiej jakości stali szlachetnej;
 - 7.19.3. można dezynfekować i sterylizować;
 - 7.19.4. 6 par nożyczek, 2 pęsety, 1 szt. kleszczyków;
 - 7.19.5. 1 zestaw;
 - 7.19.6. wózek o konstrukcji metalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały;
 - 7.19.7. 2 szklane półki;
 - 7.19.8. cztery kółka jezdne;
 - 7.19.9. 2 uchylne miski ze stali nierdzewnej;
 - 7.19.10. wys. 800 mm, szer. 400 mm, dł. 700 mm (+/- 50 mm).
- 7.20. Łóżko-stół zabiegowy jeżdżący, rozkładany, podnoszony góra-dół w ilości 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 7.20.1. Stół do operacji ogólnochirurgicznych
 - 7.20.2. Konfiguracja blatu stołu:
 - 7.20.2.1. podglówek płytowy na całą szerokość blatu,
 - 7.20.2.2. oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe),
 - 7.20.2.3. płyta lędźwiowa,
 - 7.20.2.4. podnóżki: lewy i prawy.
 - 7.20.3. Błat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podglówkiem.
 - 7.20.4. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia.
 - 7.20.5. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem
 - 7.20.6. Napęd stołu elektrohydrauliczny. Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu
 - 7.20.7. Długość stołu z blatem: 2050 mm (+/- 20 mm)
 - 7.20.8. Całkowita szerokość blatu: 570 mm (+/- 20 mm)
 - 7.20.9. Regulacja wysokości: 720 do 1140 mm (+/- 20 mm)
 - 7.20.10. Regulacja oparcia pleców: - 450 do 850 (+/- 50)
 - 7.20.11. Regulacja podglówka: - 550 do 600 (+/- 50)
 - 7.20.12. Przechyły boczne min. +/- 300 (min. po 300 w lewo i prawo)
 - 7.20.13. Przechył Trendelenburga min: 400
 - 7.20.14. Przechył anty-Trendelenburga min.: 400
 - 7.20.15. Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 300 (+/- 50)

- 7.20.16. Przesuw wzdluzny blatu: min. 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C
- 7.20.17. Regulacja pilotem następujących pozycji:
- 7.20.18. regulacja wysokości
- 7.20.19. regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu)
- 7.20.20. funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku)
- 7.20.21. wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu)
- 7.20.22. przechyły wzdluzne i boczne
- 7.20.23. pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej
- 7.20.24. przesuw wzdluzny blatu
- 7.20.25. Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia).
- 7.20.26. Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji.
- 7.20.27. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu.
- 7.20.28. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru.
- 7.20.29. Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”.
- 7.20.30. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów.
- 7.20.31. Możliwość podłączenia pilota do stołu od strony nóg lub od strony głowy pacjenta.
- 7.20.32. Dodatkowy panel sterowania umieszczony z boku kolumny stołu. Możliwość regulacji takich samych funkcji jak z pilota przewodowego.
- 7.20.33. Panel wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu
- 7.20.34. Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”.
- 7.20.35. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów.
- 7.20.36. Panel wyposażony w wizualny wskaźnik poziomu naładowania baterii stołu:
 - 7.20.36.1. ikona wskaźnika podświetlona na zielono: bateria naładowana
 - 7.20.36.2. ikona wskaźnika podświetlona na żółto:
 - 7.20.36.3. ok. 50% naładowania baterii
 - 7.20.36.4. ikona wskaźnika podświetlona na czerwono: bateria rozładowana
- 7.20.37. Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu
- 7.20.38. Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej – powierzchnie matowe
- 7.20.39. Wysoka mobilność stołu dzięki 4 kołom o średnicy min. 120 mm.

- 7.20.40. Centralna blokada kół realizowana poprzez dźwignię nożną umieszczoną w podstawie stołu.
- 7.20.41. Podstawa stołu ze stali nierdzewnej zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu
- 7.20.42. Regulacja podglówka oraz podnóżków wspomaganą sprężynami gazowymi z blokadą
- 7.20.43. Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota.
- 7.20.44. Błat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C (przesuw min. 400 mm) – prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podglówka, oparcia pleców i siedziska.
- 7.20.45. Materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, antystatyczne, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej
- 7.20.46. Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 275 kg
- 7.20.47. Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (błat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 350 kg
- 7.20.48. Wyposażenie stołu:
 - 7.20.48.1. podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej – 2 szt.
 - 7.20.48.2. wieszak kroplówki z uchwytem mocującym – 1 kpl.
 - 7.20.48.3. ramka ekranu ze stali nierdzewnej, z regulacją wysokości i obrotu wokół osi pionowej – 1 szt.
 - 7.20.48.4. pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie, z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma podpórkami bocznymi będący anatomicznym odlewem wykonanym z pianki wiskoelastycznej z bezszwową, membranową powłoką ochronną, umożliwiającym ułożenie i pełną stabilizacji głowy pod różnym kątem, możliwość stabilizacji pozycjonera na stole zabiegowym – antypoślizgowa podstawa pozycjonera, rozmiar: L – dla pacjentów o obwodzie głowy 55-68 cm, o własnościach przeciwdolezynowych, eliminujący nacisk na kość potyliczną oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach głowy do bezpiecznego poziomu, wyposażony w wyprofilowane uchwyty umożliwiające przekładanie pacjenta razem z pozycjonerem, o konstrukcji zapewniającej swobodny przepływ powietrza, przeznaczony do dezynfekcji środkami na bazie alkoholu, nie zawierający lateksu, nie powodujący zakłóceń podczas badań RTG i CT - 1 szt.
- 7.20.49. Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta
- 7.20.50. Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne
- 7.20.51. Deklaracja Zgodności – dołączyć do oferty
- 7.21. Łóżko szpitalne 4- segmentowe (specjalistyczne z przechyłami bocznymi) dla dorosłego w ilości 3 szt. o parametrach nie gorszych niż:
 - 7.21.1. Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe.
 - 7.21.2. Szerokość łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi maksymalnie 990 mm
 - 7.21.3. Długość bazowa łóżka max. 2300 mm
 - 7.21.4. Leże z możliwością przedłużenia o min. 200 mm od długości bazowej
 - 7.21.5. Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego

- 7.21.6. Konstrukcja łóżka oparta na trzech maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym umożliwiającym monitorowanie pacjenta ramieniem C i umożliwiającym uzyskanie przechyłu bocznego w celu zastosowania terapii ułożeniowej.
- 7.21.7. Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi
- 7.21.8. Elektryczna regulacja wysokości leża
- 7.21.9. Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 490 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac
- 7.21.10. Maksymalna wysokość leża od podłogi nie mniej niż 880 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac
- 7.21.11. Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do min. 70o
- 7.21.12. z funkcją zatrzymania oparcia i akustycznej sygnalizacji, gdy osiągnięto kąt pochylenia 30° (zarówno w trakcie podnoszenia, jak i w trakcie opuszczania oparcia)
- 7.21.13. Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga 15o (+/- 2°) (regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych po zewnętrznej stronie poręczy bocznych – od strony personelu)
- 7.21.14. Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 15° (+/- 2°) (regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych po zewnętrznej stronie poręczy bocznych – od strony personelu)
- 7.21.15. Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0° do min. 40°
- 7.21.16. Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda
- 7.21.17. Przechyły boczne leża regulowane elektrycznie - ze względów bezpieczeństwa regulacja dostępna tylko z panelu centralnego.
- 7.21.18. W najniższym położeniu, przy wypoziomowanej ramie leża, przechył boczny (w każdą ze stron) o wartości min. 5.
- 7.21.19. Przy wypoziomowanej ramie leża na wysokości powyżej 635 mm, przechył boczny (w każdą ze stron) o wartości min. 25 (-1°)
- 7.21.20. Automatyczna dezaktywacja dostępu do funkcji przechyłów bocznych w przypadku opuszczenia choćby jednej z poręczy bocznych (system czujników w poręczach).
- 7.21.21. Akustyczna sygnalizacja zatrzymania leża dla kąta przechyłu bocznego wynoszącego 00 w trakcie przesterowywania położenia leża z jednego przechyłu bocznego do drugiego.
- 7.21.22. Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm
- 7.21.23. Funkcja autoregresji segmentu uda min. 90 mm
- 7.21.24. Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony pod leżem, od strony nóg pacjenta – w wysuwanej półce na pościel. Możliwość wyjęcia panelu oraz zawieszenia go na szczytce od strony nóg pacjenta.
- 7.21.25. Centralny panel sterujący z ekranem dotykowym wyposażonym we wskaźnik podłączenia łóżka do sieci elektrycznej oraz wskaźnik ładowania akumulatora łóżka.
- 7.21.26. Ekran dotykowy z trzema menu:
 - 7.21.26.1. menu do sterowania kolumnami (wysokość leża, przechyły Tr/aTr, przechyły boczne),
 - 7.21.26.2. menu do sterowania segmentami leża (oparcie pleców, segment ud, autokontur)
 - 7.21.26.3. menu do sterowania pozycją Fowlera i pozycją do badań.
- 7.21.27. W trakcie regulacji elektrycznych funkcji łóżka z centralnego panelu

- sterującego, na ekranie dotykowym prezentowana jest ikona regulowanej funkcji wraz z aktualnym parametrem
- 7.21.28. Przyciski funkcyjne centralnego panelu sterującego podświetlane. Natężenie podświetlenia (kontrastowość przycisków i ekranu dotykowego) dostosowujące się do warunków oświetlenia panujących w otoczeniu łóżka.
- 7.21.29. Centralny panel sterujący umożliwiający sterowanie następującymi funkcjami łóżka:
- 7.21.29.1. regulacja wysokości leża
 - 7.21.29.2. regulacja kąta nachylenia segmentu pleców
 - 7.21.29.3. regulacja kąta nachylenia segmentu ud
 - 7.21.29.4. funkcja autokontur
 - 7.21.29.5. regulacja pozycji Trendelenburga
 - 7.21.29.6. regulacja pozycji anty-Trendelenburga
 - 7.21.29.7. regulacja przechyłów bocznych
 - 7.21.29.8. pozycja „krzesła kardiologicznego”
 - 7.21.29.9. pozycja CPR
 - 7.21.29.10. pozycja antyszokowa
 - 7.21.29.11. pozycja do badań
 - 7.21.29.12. pozycja Fowlera
- 7.21.30. Pozycja „krzesła kardiologicznego” uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym.
- 7.21.31. Pozycja CPR uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym.
- 7.21.32. Pozycja antyszokowa uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym.
- 7.21.33. Możliwość ustawienia ergonomicznej pozycji do badań na wysokości dostosowanej do wykonywanego zabiegu, czynności pielęgnacyjnych lub badania, poprzez wybór funkcji „do badań” na panelu dotykowym oraz przyciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku na panelu centralnym (górze lub dół).
- 7.21.34. Pozycja Fowlera uzyskiwana poprzez wybór tej funkcji na panelu dotykowym oraz przyciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku na panelu centralnym (górze lub dół).
- 7.21.35. Informacja na ekranie dotykowym, wyświetlana w czasie rzeczywistym, czy segmenty leża znajdują się w ustawieniu Fowler Low, Fowler Semi, Fowler Standard czy Fowler High.
- 7.21.36. Możliwe trzy stany systemu sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka:
- 7.21.36.1. stan I – wszystkie sterowniki (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) nieaktywne, brak możliwości regulacji elektrycznych funkcji łóżka
 - 7.21.36.2. stan II - możliwość regulacji elektrycznych funkcji łóżek ze wszystkich sterowników (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych)
 - 7.21.36.3. stan III – centralny panel sterujący w trybie „stand by”. Możliwość regulacji elektrycznych funkcji łóżka z pilota przewodowego i paneli w poręczach bocznych, a z centralnego panelu sterującego możliwe sterowanie funkcjami CPR, antyszokową i krzesła kardiologicznego.
- 7.21.37. Tryb „stand by” pojawiający się po 3 minutach nie używania żadnej funkcji sterowanej elektrycznie.
- 7.21.38. Układ sterowania zapewniający możliwość ustawiania czasu przejścia centralnego panelu sterującego w stan „stand by” po 5 minutach lub po 10

- minutach nie używania żadnej funkcji sterowanej elektrycznie.
- 7.21.39. Wyjście centralnego panelu sterującego ze stanu „stand by” po naciśnięciu jednego z następujących przycisków sterujących:
- 7.21.39.1. włącz/wyłącz,
 - 7.21.39.2. CPR,
 - 7.21.39.3. pozycja antyszokowa,
 - 7.21.39.4. krzesło kardiologiczne.
- 7.21.40. Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk, np. napisem STOP – po jego naciśnięciu natychmiastowo blokowany jest cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (centralny panel sterujący, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych).
- 7.21.41. Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk, np. ikoną zamkniętej kłódki, blokujący cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) za wyjątkiem tzw. „funkcji ratujących życie” dostępnych tylko z centralnego panelu sterującego:
- 7.21.41.1. pozycja CPR
 - 7.21.41.2. pozycja antyszokowa
 - 7.21.41.3. pozycja „krzesła kardiologicznego”
- 7.21.42. Centralny panel sterujący z możliwością selektywnego blokowania elektrycznych funkcji łóżka.
- 7.21.43. Elektryczne funkcje łóżka regulowane z pilota przewodowego:
- 7.21.43.1. regulacja wysokości leża
 - 7.21.43.2. regulacja kąta nachylenia segmentu pleców
 - 7.21.43.3. regulacja kąta nachylenia segmentu ud
 - 7.21.43.4. funkcja autokontur
- 7.21.44. Układ sterowania zapewniający możliwość zablokowania regulacji elektrycznych funkcji łóżka z pilota przewodowego.
- 7.21.45. Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka za pomocą paneli w poręczach bocznych, dostępnych od strony pacjenta i personelu:
- 7.21.45.1. regulacja wysokości leża
 - 7.21.45.2. regulacja kąta nachylenia segmentu pleców
 - 7.21.45.3. regulacja kąta nachylenia segmentu ud
 - 7.21.45.4. autokontur,
- 7.21.46. oraz tylko od strony personelu:
- 7.21.46.1. regulacja pozycji Trendelenburga
 - 7.21.46.2. regulacja pozycji anti-Trendelenburga
- 7.21.47. Regulacje z paneli od strony pacjenta i personelu możliwe po świadomym naciśnięciu, na panelu, przycisku uruchamiającego dostępność funkcji
- 7.21.48. Panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego
- 7.21.49. Segment podudzia regulowany ręcznie przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą
- 7.21.50. Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania oraz w przypadku przetaczania łóżka
- 7.21.51. Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane

- poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Jednocześnie osłona podwozia wykonana z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra.
- 7.21.52. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków.
- 7.21.53. Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieni RTG
- 7.21.54. Segment oparcia pleców i uda z możliwością szybkiego, ręcznego poziomowania (CPR) dźwigniami umieszczonymi w okolicy segmentów pleców i nóg
- 7.21.55. Układ jezdny z pięcioma podwójnymi kołami o średnicy min. 150 mm – piąte koło ułatwiające manewrowanie łóżkiem
- 7.21.56. Dźwignie hamulca centralnej blokady kół umieszczone w czterech narożach ramy podwozia łóżka
- 7.21.57. Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania
- 7.21.58. Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, z klejką (kolor do uzgodnienia). Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra.
- 7.21.59. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków.
- 7.21.60. Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża
- 7.21.61. Rama leża wyposażona w poziomice
- 7.21.62. Rama leża wyposażona w 4 krążki odbojowe
- 7.21.63. Łóżko zaopatrzone w 4 haczyki na woreczki na płyny infuzyjne
- 7.21.64. Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża
- 7.21.65. Listwy do mocowania wyposażenia mocowane po obu stronach ramy leża
- 7.21.66. Poręcze boczne dzielone, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, dzielone. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra.
- 7.21.67. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków.
- 7.21.68.
- 7.21.69. Poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców.
- 7.21.70. Poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia,
- 7.21.71. Dwie poręcze w oparciu pleców z panelami sterującymi.
- 7.21.72. Łóżko wyposażone od strony nóg pacjenta w wysuwaną półkę na pościel
- 7.21.73. Udźwig łóżka min. 250 kg
- 7.21.74. Elementy wyposażenia łóżka:
- 7.21.74.1. materac o grubości 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznnej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt.
- 7.21.74.2. wieszak kroplówki – 1 szt.

- 7.21.74.3. tunel z tacą na kasetę RTG pod segmentem oparcia pleców – 1 szt.
- 7.21.74.4. tunel z tacą na kasetę RTG pod segmentami leża – 1 szt.
- 7.21.75. Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta
- 7.21.76. Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne
- 7.21.77. Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych.