

Biała Podlaska, 02.10.2019 r.

**SZP-232-679/PN/2019****L.dz. 2988/19****Wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania pt.: „Dostawa wyposażenia pracowni ratownictwa medycznego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej”

Postępując zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej zwana ustawą, informuję, iż wpłynęły do Zamawiającego pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej zwanej SIWZ. W załączeniu treść pytania i odpowiedź.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany w SIWZ w zakresie:

**Pkt. 8.63.1.1. Opisu przedmiotu zamówienia****Było:**

**8.63.1.1.** Nożyczki METZENBAUM 14.0 cm / 5 ½", tępe/tępe, zagięte – 1 szt.

**Jest:**

**8.63.1.1.** Nożyczki METZENBAUM 14.0 – 14.5 cm / 5 ½", tępe/tępe, zagięte – 1 szt.

**Pkt. 8.63.1.2. Opisu przedmiotu zamówienia****Było:**

**8.63.1.2.** Nożyczki operacyjne standard 14.0 cm / 5 1/2 ", ostre/ostre proste - 1 szt.

**Jest:**

**8.63.1.2.** Nożyczki operacyjne standard 14.0 cm – 14.5 cm / 5 ½ ", ostre/ostre proste - 1 szt.

**Pkt. 8.63.1.4. Opisu przedmiotu zamówienia****Było:**

**8.63.1.4.** Pinceta SEMKEN 15.0 cm / 6", 1x2 ząb – 1 szt.

**Jest:**

**8.63.1.4.** Pinceta SEMKEN 15.0 – 15.5 cm / 6", 1x2 ząb – 1 szt.

**Pkt. 8.63.1.9. Opisu przedmiotu zamówienia****Było:**

**8.63.1.9.** Rączka do skalpela nr 4 z podziałką, 10.0 cm / 4" – 1 szt.

**Jest:**

**8.63.1.9.** Rączka do skalpela nr 4 z podziałką, 10.0 cm – 13.5 cm / 4" – 1 szt.

**Pkt. 8.63.1.14. Opisu przedmiotu zamówienia****Było:**

**8.63.1.14.** Spinak do serwet BACKHAUS 9.0 cm – 4 szt.

**Jest:**

**8.63.1.14.** Spinak do serwet BACKHAUS 8.0 cm - 9.0 cm – 4 szt.

W załączeniu Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ uwzględniający zmiany wniesione niniejszym pismem.

Mając na uwadze zakres i termin wniesionej zmiany termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

**Z wyrazami szacunku**

**prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk**  
**Rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II**  
**w Białej Podlaskiej**

## **Treść pisma nr 1 z 01.10.2019 r.**

### **Pytanie nr 1**

Dotyczy: PAKIET NR 8.63.

Czy Zamawiający dopuści:

Poz. nr 8.63.1.1 – nożyczki Metzenbaun o długości 14,5 cm?

Poz. nr 8.63.1.2 – nożyczki standard o długości 14,5 cm?

Poz. nr 8.63.1.4 – pincetę Semken o długości 15,5 cm?

Poz. nr 8.63.1.9 – rączkę do skalpela nr 4 z podziałką o dł. 13,5 cm?

Poz. nr 8.63.1.14 – spinak do serwet Backhause o dł. 8 cm?

### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany. Zmianie ulega Opis przedmiotu zamówienia.