

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pieca mikrofalowego Anton Paar Multiwave PRO zamawianego na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
2. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy tj. wykonany z nowych elementów, nie używany, zapakowany w oryginalne opakowania producenta.
3. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których przedmiot zamówienia zostanie dostarczony (Zamawiający może usunąć opakowania po dostawie, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczone urządzenia, mimo braku opakowań, będą podlegały usłudze gwarancyjnej).
4. Dostawa i rozładunek w pomieszczeniach wskazanych w siedzibie Zamawiającego.
5. Transport na koszt Wykonawcy.
6. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
 - 6.1. Rotor 24 – pozycyjny w ilości 1 szt. o parametrach:
 - 6.1.1. Wysokowydajny rotor z 24 aktywowanymi ciśnieniowo naczyniami odpowietrzającymi z PTFE-TFM (50 ml) do rutynowych zastosowań i kontroli jakości.
 - 6.1.2. Pojemność naczynia: 50 ml
 - 6.1.3. Max. objętość napełnienia: 25 ml
 - 6.1.4. Max. ciśnienie: 35 bar (508 psi)
 - 6.1.5. Ciśnienie odpowietrzające: 20 barów (290 psi)
 - 6.1.6. Max. temperatura: 250 ° C
 - 6.2. Zestawu materiałów zużywalnych do obecnie posiadanego rotora - 8- pozycyjnego NXF w ilości 1 kpl. składającego się z pakietu części uszczelniających do zbiorników ciśnieniowych NXF100 w skład którego wchodzi:
 - 6.2.1. Śruba odpowietrzająca N w ilości 8 szt.
 - 6.2.2. Dysk bezpieczeństwa X w ilości 8 szt.
 - 6.2.3. Uszczelka NXF w ilości 8 szt.
 - 6.2.4. Złącze strzykawki w ilości 8 szt.
 - 6.2.5. Uchwyt dysku bezpieczeństwa X
 - 6.2.6. Uchwyt uszczelki X w ilości 8 szt.