

## Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie serwisu stacji Direct-Q 3 UV zamawianego na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
2. Wszystkie czynności serwisowe muszą odbyć się w pomieszczeniu w którym przechowywany jest urządzenie w budynku przy ul. Sidorskiej 105 w Białej Podlaskiej.
3. Wszystkie koszty z dojazdem, częściami, pracami związanymi z serwisem po stronie Wykonawcy.
4. W ramach serwisu Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 4.1. wymiany: filtra oddechowego do zbiornika (rios), millipack gp non ster.(1/box), wkładu wstępnego 5 um, 1 szt./op, smartpak dq3 lt , uv lamp 185 nm - 6w
  - 4.2. zestaw złączek i przewodów,
  - 4.3. przyjazd serwisantów,
  - 4.4. sprawdzenie funkcjonalności urządzenia.