

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie serwisu chromatografu cieczowego Ultimate 3000 sprzężonego z spektrometrem mas LTQ XL oraz chromatografu gazowego Trace 1300 zamawianego na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
2. Wszystkie czynności serwisowe muszą odbyć się w pomieszczeniu w którym eksploatowane jest urządzenie w budynku przy ul. Sidorskiej 105 w Białej Podlaskiej.
3. Wszystkie koszty z dojazdem, częściami, pracami związanymi z serwisem po stronie Wykonawcy.
4. W ramach serwisu Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 4.1. sprawdzenie poprawności funkcjonowania chromatografu cieczowego HPLC, gazowego i spektrometru mas i usunięcie stwierdzonych niezgodności,
 - 4.2. mieszaninę kalibracyjną do spektrometru mas,
 - 4.3. przyjazd serwisantów,
 - 4.4. szkolenie pracowników z obsługi urządzenia.